


УТВЪРДИЛ:

Д-р Стефан Филев

Изпълнителен директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД

Дата: 03.04.2017



ДОКЛАД по чл. 103, ал.3 от ЗОП

За дейността на комисия, назначена със Заповед № 108/19.04.2017 г. за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“, публикувана в Регистъра на обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки под номер 00052-2017-0001

Д-р Филев,

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП Ви представяме настоящия доклад за дейността на комисия, назначена със Заповед № 108/19.04.2017 г. за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“, публикувана в Регистъра на обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки под номер 00052-2017-0001.

- I. Със Заповед № 108/19.04.2017 г. на Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново е назначена комисия в състав:

Председател: Д-р Галина Гарева- Н-к отдел ИОСКИОМД

и членове:

1. д-р Сибила Маринова – Н-к ОАИЛ;
2. д-р Александър Александров – лекар в Отделение по Кардиология
3. Д-р Мирослав Ганев – лекар в Отделение по кардиология
4. Силвия Дечева – адвокат ВТАК, правоспособен юрист

със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“.

II. В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в състава и, нито със заповеди са изменяни сроковете, задачите и състав на комисията.

III. Заседанията на комисията се проведеха при спазване на разпоредбите на чл. 54 – чл.60 от ППЗОП, като работния процес протече по следния начин:

На 19.04.2017 г. от 10,00 часа в заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново се събра комисията в пълен състав. Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите до 16.00 часа на 18.04.2017г. оферти, а именно:

1. Оферта с вх. № 47- 194/ 07.04.2017 г., постъпила в 09,15 часа и подадена от „Прохелт“ ЕООД, с адрес: гр. София 1164, ул. Миндур №14, с телефон за контакти 02/865 00 81, факс 02/865 81 54, e-mail:phealth@techno-limk.com.

2. Оферта с вх. № 47-199/12.04.2017 г., постъпила в 09,49 часа и подадена от „Инфомед“ ЕООД с адрес: гр. София 1330, бул. „Акад. Иван Гешов № 2 Е, Бизнес център „Сердика“ сграда 1, етаж 3, офис 307 - 309, с телефон за контакти 02/4891 719, факс 02/491 88 18, e-mail:office@infomed.bg.

3. Оферта с вх. № 47- 200 /12.04.2017 г., постъпила в 10,00 часа и подадена от „Маримпекс-7“ ЕООД с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, с телефон за контакти 02/9532561, 02/9530263, факс 02/9525821, e-mail: office@marimpex7.bg

4. Оферта с вх. № 47- 201/ 12.04.2017 г., постъпила в 10,48 часа и подадена от „Фарматекс Медикъл“ ЕООД, с адрес: гр. София, пл. Славейков №7, вх. В, ет. 1, с телефон за контакти 0888 67 53 53, факс 02/987022, e-mail: aropov@pharmtex.com.

5. Оферта с вх. № 47- 203/ 13.04.2017 г., постъпила в 09.06 часа и подадена от „Булмар МЛ“ ООД, с адрес: гр. София 1618, кв. Манастирски ливади, ул. Пирин № 32, с телефон за контакти 02 / 850 10 50, факс 02/855 85 43, e-mail: office@bulmarml.bg.

6. Оферта с вх. № 47- 204/ 13.04.2017 г., постъпила в 09.26 часа и подадена от „ЕКОС Медика“ ООД, с адрес: гр. София 1618, кв. Павлово, ул. Голям Братан № 8, с телефон за контакти 02 / 491 40 88 , факс 02/491 40 87, e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com.

7. Оферта с вх. № 47- 205/ 13.04.2017 г., постъпила в 09.29 часа и подадена от „Медимаг“ ЕООД, с адрес: гр. София 1404, кв. Манастирски ливади - Изток, ул. Димитър Сагаев № 19, с телефон за контакти 02 / 958 21 80 , факс 02/958 21 81, e-mail: medimag@inet.bg.

8. Оферта с вх. № 47-207/ 18.04.2017 г., постъпила в 08,20 часа и подадена от „Софарма Трейдинг“ АД, с адрес: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, с телефон за контакти 02/8133660, факс 02/8133666, e-mail: office@sopharmatrading.bg.

9. Оферта с вх. № 47-208/ 18.04.2017 г., постъпила в 08,25 часа и подадена от „Интерагро - 90“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Бяло Поле“ № 3, Офис сграда „Комфорт“, офис 1, с телефон за контакти 02/85 48 147, факс 02/85 48 147, e-mail: office@interagro90.com.

10. Оферта с вх. № 47-209/ 18.04.2017 г., постъпила в 08,30 часа и подадена от „Медихелп“ ЕООД, с адрес: гр. София 1330, ж.к. Красна поляна, ул. „Добротич“ бл.329 А, ет.1, с телефон за контакти 02/810 5953, факс 02/810 59 58, e-mail: b.markova@medihelp-bg.com.

11. Оферта с вх. № 47-210/ 18.04.2017 г., постъпила в 09,52 часа и подадена от „Алекс 01“ ЕООД, с адрес: гр. София 1303, бул. „инж. Иван Иванов“ № 68, офис 1, с телефон за контакти 02/931 31 66, факс 02/929 23 51, e-mail: stanyb@mail.bg.

12. Оферта с вх. № 47-211/ 18.04.2017 г., постъпила в 09,53 часа и подадена от „Булмед 2000“ ЕООД, с адрес: гр. София 1680, ул. „Хайдушка гора“ № 59 - 61, с телефон за контакти 02/958 04 81, факс 02/958 01 92, e-mail: trade@bulmed2000-bg.com.

13. Оферта с вх. № 47-212/ 18.04.2017 г., постъпила в 11,03 часа и подадена от „Гамидор България“ ООД, с адрес: гр. София 1408, бул. „Витоша“ № 152, ет.2, ап.6, с телефон за контакти 02/981 47 37, факс 02/963 30 87, e-mail: office@gamidor.bg.

14. Оферта с вх. № 47- 213 /18.04.2017 г., постъпила в 12,14 часа и подадена от „Истлинк България“ООД с адрес: гр. Пловдив, бул.“Шести септември” № 87, с телефон за контакти 032/644 588 , факс 032/642 706, e-mail: eastlink pv@mail.orbitel.bg.

15. Оферта с вх. № 47- 214 /18.04.2017 г., постъпила в 12,16 часа и подадена от „Апекс Медика“ООД с адрес: гр. София, ж.к. Красно село, Борово, бл.214, вх. В, ет.2, ап.40, с телефон за контакти 0886 75 53 55, e-mail: apexmedicabg@gmail.com.

16. Оферта с вх. № 47- 215 /18.04.2017 г., постъпила в 12,18 часа и подадена от „Новимед Кардио“ ЕООД с адрес: гр. София 1404, ж.к. Манастирски ливади Б, бл.65, Евроцентър, ет.2, телефон за контакти 02/421 90 69 , факс 02/854 81 44, e-mail: novimed@inet.bg

17. Оферта с вх. № 47- 216 /18.04.2017 г., постъпила в 12,20 часа и подадена от „Б. Браун Медикал“ ЕООД с адрес: гр. София 1528, бул. Христофор Колумб №64, телефон за контакти 02/807 67 81 , факс 02/974 30 83, e-mail: gergana.gyosheva@bbraun.com.

18. Оферта с вх. № 47- 217 /18.04.2017 г., постъпила в 13,25 часа и подадена от „Вега Медикал“ ЕООД с адрес: гр. София 1404, бул. България № 109, БЦ „Вертиго“, ет.3, офис 2.6. – 2.7, телефон за контакти 02/971 40 08 , факс 02/971 20 85, e-mail: vodenicharova@vegamedical.bg

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа подписа декларация по реда на чл. 103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, ал.9 и ал.13 и чл.52 от ППЗОП. При отваряне на офертите не присъстваха представители на участника. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура, като пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след отваряне на офертите и оповестяване на тяхното съдържание, полагане на подписи върху Техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", приключи публичната част от заседанието на комисията. В закрито заседание, комисията продължи своята работа, като обстойно разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. В Протокол №1 от 19.04.2017г. – 05.05.2017г.,неразделна част от настоящия доклад, са отразени единствено констатираните липси на документи и /или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Комисията единодушно констатира, че офертите на всички участници съответстват напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като са представени всички документи и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя по отношение на минимални изисквания за годност и технически възможности и квалификация на участниците.

На 10.05.2017 г. от 07,30 ч. в административната сграда на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, град Велико Търново, комисията продължи своята работа като допусна до разглеждане на техническите предложения на всички участници по позиции както следва:

1. Оферта с вх. № 47- 194/ 07.04.2017 г., постъпила в 09,15 часа и подадена от „Прохелт“ ЕООД, с адрес: гр. София 1164, ул. Миндур №14 за обособена група № 2 с

номенклатурна единица № 20, обособена група № 7 с номенклатурна единица № 58 и обособена група № 8 с номенклатурни единици № 63 и 65.

2. Оферта с вх. № 47-199/12.04.2017 г., постъпила в 09,49 часа и подадена от „Инфомед“ ЕООД с адрес: гр. София 1330, бул. „Акад. Иван Гешов № 2 Е, Бизнес център „Сердика“ сграда 1, етаж 3, офис 307 – 309 за обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 63, 106, 131, 132 и 133.

3. Оферта с вх. № 47- 200 /12.04.2017 г., постъпила в 10,00 часа и подадена от „Маримпекс-7“ ЕООД с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 за обособена група № 1 с номенклатурна единица № 3, обособена група № 5 с номенклатурна единица № 43, обособена група 8 с номенклатурни единици №№ 92, 93, 94, 96, 97 и 98, обособена група 10 с номенклатурни единици №№ 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 170 и 171, обособена група 11 с номенклатурни единици №№ 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191 и 194, обособена група 12 с номенклатурни единици №№ 198, 199, 200 и 201, обособена група 13 с номенклатурни единици №№ 216, 217, 218, 219, 220, 221 и 226, обособена група 14 с номенклатурни единици №№ 228, 230 и 231, обособена група 15 с номенклатурни единици №№ 235 и 236, обособена група 16 с номенклатурни единици №№ 241 и 242, обособена група 17 с номенклатурна единица № 244, обособена група 18 с номенклатурни единици №№ 246, 249, 250 и 251 и обособена група №20 с номенклатурни единици №№ 266, 267, 268, 269, 270, 271 и 272.

4. Оферта с вх. № 47- 201/ 12.04.2017 г., постъпила в 10,48 часа и подадена от „Фарматекс Медикъл“ ЕООД, с адрес: гр. София, пл. Славейков №7, вх. В, ет. 1 за обособена група № 5 с номенклатурни единици №№ 31, 32, 33,34 и 46, обособена група № 6 с номенклатурни единици №№ 52, 53, 54, 56 и 57, обособена група 8 с номенклатурни единици №№ 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 114, 128 и 129, обособена група 9 с номенклатурни единици №№ 147 и 151, обособена група 12 с номенклатурна единица № 199, обособена група 15 с номенклатурна единица № 236, обособена група 16 с номенклатурни единици №№ 241 и 242, обособена група 17 с номенклатурна единица № 245 и обособена група №18 с номенклатурна единица № 247.

5. Оферта с вх. № 47- 203/ 13.04.2017 г., постъпила в 09.06 часа и подадена от „Булмар МЛ“ ООД, с адрес: гр. София 1618, кв. Манастирски ливади, ул. Пирин № 32 за обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 63, 65, 106, 115, 116 и 132.

6. Оферта с вх. № 47- 204/ 13.04.2017 г., постъпила в 09.26 часа и подадена от „ЕКОС Медика“ ООД, с адрес: гр. София 1618, кв. Павлово, ул. Голям Братан № 8 за обособена група № 1 с номенклатурна единица № 4, обособена група № 2 с номенклатурна единица № 19, обособена група № 3 с номенклатурна единица № 24, обособена група № 4 с номенклатурна единица № 27, обособена група № 5 с номенклатурни единици №№ 30, 31, 35, 36, 37, 38, 48 и 49, обособена група № 6 с номенклатурни единици №№ 51, 52 и 55, обособена група № 7 с номенклатурни единици №№ 60 и 61, обособена група 8 с номенклатурни единици №№ 76, 112, 136, 137, 138, 139 и 140, обособена група 9 с номенклатурни единици №№ 143, 144 и 145, обособена група 10 с номенклатурни единици №№ 166, 167 и 168, обособена група № 11 с номенклатурна единица № 192, обособена група 12 с номенклатурна единица № 202, обособена група 13 с номенклатурни единици №№ 222 и 223, обособена група 15

с номенклатурна единица № 237, обособена група 17 с номенклатурна единица № 245 и обособена група №18 с номенклатурни единици №№ 246, 248 и 255.

7. Оферта с вх. № 47- 205/ 13.04.2017 г., постъпила в 09.29 часа и подадена от „Медимаг“ ЕООД, с адрес: гр. София 1404, кв. Манастирски ливади - Изток, ул. Димитър Сагаев № 19 за обособена група № 11 с номенклатурна единица № 187.

8. Оферта с вх. № 47-207/ 18.04.2017 г., постъпила в 08,20 часа и подадена от „Софарма Трейдинг“ АД, с адрес: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 за обособена група № 5 с номенклатурни единици №№ 32, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 46 и 47, обособена група № 6 с номенклатурни единици №№ 52, 53 и 54, обособена група № 7 с номенклатурни единици №№ 58, 60 и 62, обособена група 8 с номенклатурни единици №№ 63, 65, 67, 68, 70, 71, 106, 107, 115, 116, 121 и 132, обособена група 9 с номенклатурни единици №№ 143 и 144, обособена група 10 с номенклатурни единици №№ 155, 156, 157, 158, 159, 160, 165, 166, 167 и 173, обособена група № 11 с номенклатурни единици №№ 180, 181, 186, 187, 188, 191 и 192, обособена група 12 с номенклатурни единици № 197, 198 и 201 и обособена група №13 с номенклатурни единици №№ 215 и 220.

9. Оферта с вх. № 47-208/ 18.04.2017 г., постъпила в 08,25 часа и подадена от „Интерагро - 90“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Бяло Поле“ № 3, Офис сграда „Комфорт“, офис 1 за обособена група № 20 с номенклатурни единици №№ 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287 и 288 и обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 291, 296 и 297.

10. Оферта с вх. № 47-209/ 18.04.2017 г., постъпила в 08,30 часа и подадена от „Медихелп“ ЕООД, с адрес: гр. София 1330, ж.к. Красна поляна, ул. „Добротич“ бл.329 А, ет.1 за обособена група № 1 с номенклатурни единици №№ 1, 2, 5 и 6, обособена група №2 с номенклатурна единица № 22, обособена група № 9 с номенклатурна единица № 142, обособена група № 10 с номенклатурни единици №№ 162, 163, 164, 165 и 169, обособена група № 11 с номенклатурни единици №№ 174, 175, 176, 177, 178 и 179, обособена група № 12 с номенклатурна единица № 197, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 212, 213, 214, 215 и 224, обособена група № 14 с номенклатурни единици №№ 227, 229, 233 и 234, обособена група № 20 с номенклатурни единици №№ 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,286, 287 и 288 и обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 289, 290, 292 и 298.

11. Оферта с вх. № 47-210/ 18.04.2017 г., постъпила в 09,52 часа и подадена от „Алекс 01“ ЕООД, с адрес: гр. София 1303, бул. „инж. Иван Иванов“ № 68, офис 1 за обособена група № 1 с номенклатурна единица № 1, обособена група №5 с номенклатурни единици №№ 32, 34, 41 и 49, обособена група № 6 с номенклатурна единица № 52, обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 68, 75, 78, 80, 82, 86, 87, 89 и 90, обособена група № 9 с номенклатурна единица № 147, обособена група № 10 с номенклатурна единица № 155, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 215 и 222 и обособена група № 14 с номенклатурни единици №№ 227 и 229.

12. Оферта с вх. № 47-211/ 18.04.2017 г., постъпила в 09,53 часа и подадена от „Булмед 2000“ ЕООД, с адрес: гр. София 1680, ул. „Хайдушка гора“ № 59 - 61 за обособена група №5 с номенклатурни единици №№ 32,33, 34, 42, 44, 45, 46 и 50, обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 113, 120, 121, 126 и 127,

обособена група № 9 с номенклатурни единици № 149 и 150 и обособена група № 21 с номенклатурни единици № 292, 296, 299, 300 и 303.

13. Оферта с вх. № 47-212/ 18.04.2017 г., постъпила в 11,03 часа и подадена от „Гамидор България“ ООД, с адрес: гр. София 1408, бул. „Витоша“ № 152, ет.2, ап.6 за обособена група №5 с номенклатурни единици №№ 32 и 34 и обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 69, 71, 73, 82 и 90.

14. Оферта с вх. № 47- 213 /18.04.2017 г., постъпила в 12,14 часа и подадена от „Истлинк България“ ООД с адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 87 за обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 87, 99, 100, 101, 106, 107, 115, 116, 117, 119, 135, 136, 137, 138, 139 и 140.

15. Оферта с вх. № 47- 214 /18.04.2017 г., постъпила в 12,16 часа и подадена от „Апекс Медика“ ООД с адрес: гр. София, ж.к. Красно село, Борово, бл.214, вх. В, ет.2, ап.40 за обособена група № 2 с номенклатурна единица №21, обособена група №8 с номенклатурна единица №225 и обособена група № 14 с номенклатурна единица № 232.

16. Оферта с вх. № 47- 215 /18.04.2017 г., постъпила в 12,18 часа и подадена от „Новимед Кардио“ ЕООД с адрес: гр. София 1404, ж.к. Манастирски ливади Б, бл.65, Евроцентър, ет.2 за обособена група № 2 с номенклатурни единици №№ 20 и 22, обособена група №3 с номенклатурна единица №24, обособена група №8 с номенклатурни единици №№ 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 86, 87, 90, 112, 117, 128, 129, 134, обособена група № 10 с номенклатурни единици №№ 155, 161, 165, 169, 170 и 172, обособена група № 11 с номенклатурни единици №№ 176, 181, 184, 188 и 189, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 213, 215, 220, 222, 224 и 225, обособена група № 14 с номенклатурни единици №№ 227, 229 и 233 и обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 292 и 303

17. Оферта с вх. № 47- 216 /18.04.2017 г., постъпила в 12,20 часа и подадена от „Б. Браун Медикал“ ЕООД с адрес: гр. София 1528, бул. Христофор Колумб №64 за обособена група № 1 с номенклатурни единици №№ 5 и 14, обособена група №5 с номенклатурни единици №№32, 34 и 46, обособена група № 6 с номенклатурна единица № 52, обособена група №7 с номенклатурна единица №62, обособена група №8 с номенклатурни единици №№ 70, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 86, 100, 101, 114, 119 и 134, обособена група № 10 с номенклатурни единици №№ 169 и 172, обособена група № 11 с номенклатурни единици №№ 176 и 187, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 212, 213, 215, 222, 224 и 225, обособена група № 14 с номенклатурни единици №№ 229, 232, 233 и 234 и обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 292, 296 и 303.

18. Оферта с вх. № 47- 217 /18.04.2017 г., постъпила в 13,25 часа и подадена от „Вега Медикал“ ЕООД с адрес: гр. София 1404, бул. България № 109, БЦ „Вертиго“, ет.3, офис 2.6. – 2.7 за обособена група № 4 с номенклатурна единица №29, обособена група №5 с номенклатурни единици №№42, 47 и 50, обособена група №8 с номенклатурна единица № 67, обособена група №9 с номенклатурни единици №№ 146, 147, 148, 149, 150, 153 и 154, обособена група № 10 с номенклатурни единици №№ 155, 157, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 172 и 173, обособена група № 11 с номенклатурни единици №№ 174, 175, 176, 178, 181 и 187, обособена група № 12 с номенклатурни единици №№ 198, 203, 208 и 211, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 213, 224, 225 и 226, обособена група № 14 с номенклатурни единици №№ 230,

231 и 232, обособена група № 15 с номенклатурни единици №№ 238 и 239, обособена група №16 с номенклатурни единици №№ 241 и 242 и обособена група № 18 с номенклатурни единици №№ 248, 252 и 253.

На следващия етап от своята работа, комисията пристъпи към обстойно разглеждане на техническата спецификация (Образец № 3А), съдържаща се към техническото предложение на участниците.

Комисията провери съответствието на техническото предложение за предлаганите продукти от участниците със специфичните изисквания, включени в Техническата спецификация (Приложение № 1 и Образец № 3А) от утвърдената от възложителя документацията за участие в откритата процедура.

След като разгледа и обсъди подробно техническите предложения на всички участници, комисията констатира:

1. По отношение на техническото предложение на участника „Алекс 01“ ЕООД, комисията установи:

1.1. **Участникът** е предложил за номенклатурна единица № 1 - **Коронарен дилатационен водач Тип I**, медицинско изделие под търговско наименование FALCON - Umbra Medical-USA, което е водещ катетър, а не водач, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт FALCON - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 1 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 1 - **Коронарен дилатационен водач Тип I** включена в обособена група 1, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт FALCON - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 1 - **Коронарен дилатационен водач Тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е водещ катетър, а не водач.

1.2. **Участникът** е предложил за номенклатурна единица № 49 - **Сетове за трансфеморален достъп тип II**, медицинско изделие под търговско наименование RadialStat - Umbra Medical-USA, при което липсват исканите от Възложителя дължини 70, 100 и 160 мм. Т.е. Предлаганият от участникът продукт RadialStat - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 49 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 49 - **Сетове за трансфеморален достъп тип II** включена в обособена група 5, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт RadialStat - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 49 - **Сетове за трансфеморален достъп тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват исканите от Възложителя дължини 70, 100 и 160 мм.

1.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Osprey - Umbra Medical-USA, при което няма исканите от Възложителя 4 Fr катетри. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Osprey - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 52 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017г. от участие за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** включена в обособена група 6, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Osprey - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което няма исканите от Възложителя 4 Fr катетри.

1.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI**, медицинско изделие под търговско наименование RadialStat - Umbra Medical-USA, което не е феморално дезиле и липсва 90 см дължина. Т.е. Предлаганият от участникът продукт RadialStat - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 147 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** включена в обособена група 9, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт RadialStat - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е феморално дезиле и липсва 90 см дължина, каквито са изискванията на Възложителя.

1.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Cathy 4 - Translumina-Germany, при което липсва дължина 220 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Cathy 4 - Translumina-Germany за номенклатурна единица № 155 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017г. от участие за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Cathy 4 - Translumina-Germany за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на

поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 220 мм, каквото е изискването на Възложителя.

1.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III**, медицинско изделие под търговско наименование HAWK - Umbra Medical-USA, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт HAWK - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 215 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование HAWK - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

1.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 222 - **РТСА балон тип X**, медицинско изделие под търговско наименование HAWK STO - Umbra Medical-USA, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт HAWK STO - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 222 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 222 - **РТСА балон тип X** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование HAWK STO - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 222 - **РТСА балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя.

1.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Yukon CC - Translumina-Germany, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Yukon CC - Translumina-Germany за номенклатурна единица № 227 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Yukon CC - Translumina-Germany за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** не

отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратовеите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя.

1.9. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Yukon Choice PC - Translumina -Germany, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратовеите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Yukon Choice PC - Translumina -Germany за номенклатурна единица № 229 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** включена в обособена група 14, поради следните **МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Yukon Choice PC - Translumina -Germany за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратовеите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис *„Предлагани ценови параметри“* на участника *„Алекс 01“* ЕООД за номенклатурни единици с №№ 1, 49, 52, 147, 155, 215, 222, 227 и 229 да не се оповестяват, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

2. По отношение на техническото предложение на участника **„Б.Браун Медикал“** ЕООД, комисията установи:

2.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 5 - **Коронарен дилатационен водач Тип V**, медицинско изделие под търговско наименование Navitas; Brivant LTD, който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 14 - **Коронарен дилатационен водач Тип XIV**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие. Предлаганият от участникът продукт Navitas; Brivant LTD за номенклатурна единица № 5 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 5- **Коронарен дилатационен водач Тип V** включена в обособена група 1, поради следните **МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Navitas; Brivant LTD не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 5 - **Коронарен дилатационен водач Тип V** и съответно не отговаря на предварително

обявените условия на поръчката. Navitas; Brivant LTD отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 14 - **Коронарен дилатационен водач Тип XIV**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

2.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Angiographic Catheter; PendraCare, при което няма исканите от Възложителя две разновидности на IM. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Angiographic Catheter; PendraCare за номенклатурна единица № 52 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** включена в обособена група 6, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Angiographic Catheter; PendraCare за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което няма исканите от Възложителя две разновидности на IM.

2.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 62 - **Диагностичен коронарен катетър тип V**, медицинско изделие под търговско наименование Serpia; PendraCare International B.V., при което вътрешния диаметър на посочения продукт е 0,071", а не 0,072" , каквото е изискването на Възложителя. т.е. Предлаганият от участникът продукт Serpia; PendraCare International B.V. за номенклатурна единица № 62 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 62 - **Диагностичен коронарен катетър тип V** включена в обособена група 7, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт Serpia; PendraCare International B.V. за номенклатурна единица № 62 - **Диагностичен коронарен катетър тип V** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което вътрешния диаметър на посочения продукт е 0,071", а не 0,072" , каквото е изискването на Възложителя.

2.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Please OTW; B. Braun, Melsungen AG който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие. Предлаганият от участникът продукт SeQuent Please OTW; B. Braun, Melsungen AG за номенклатурна единица № 169 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна

единица № 169 - **Балон тип XVII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт SeQuent Please OTW; B. Braun, Melsungen AG не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. SeQuent Please OTW; B. Braun, Melsungen AG отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

2.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III**, медицинско изделие под търговско Vascuflex; B. Braun Melsungen AG, при което липсва Покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт Vascuflex; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 176 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Vascuflex; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя.

2.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV**, медицинско изделие под търговско наименование Vascuflex; B. Braun Melsungen AG, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт Vascuflex; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 187 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Vascuflex; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя.

2.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 212 - **PTCA балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG, при което липсва дизайн на shaft: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от

участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 212 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 212 - **РТСА балон тип I** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 212 - **РТСА балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дизайн на shaft: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), каквото е изискването на Възложителя.

2.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 213 - **РТСА балон тип II**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen за номенклатурна единица № 213 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 213 - **РТСА балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen за номенклатурна единица № 213 - **РТСА балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя.

2.9. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 215 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

2.10. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 222 - **РТСА балон тип X**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Neo; B.

Braun Melsungen AG, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 222 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 222 - **РТСА балон тип X** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 222 - **РТСА балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя.

2.11. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG, при което липсват Hupotube EFT(Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 224 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват Hupotube EFT(Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя.

2.12. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG, при което липсва Paclitaxel 2,5mg/mm², каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 225 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 225 -

Медикамент излъчващ балон тип II не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Paclitaxel 2,5mg/mm², каквото е изискването на Възложителя.

2.13. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и липсва дължина 13 мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 229 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и липсва дължина 13 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

2.14. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV**, медицинско изделие под търговско наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG, при което липсват биоабсорбиращо покритие от PLGA - полилактид и полигликолид 50/50%, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 232 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват биоабсорбиращо покритие от PLGA - полилактид и полигликолид 50/50%, каквито са изискванията на Възложителя.

2.15. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф**, медицинско изделие под търговско наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG, което изделие не е стент граф, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 233 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 233 – **Коронарен стент граф** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; В. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е стент граф, каквото е изискването на Възложителя.

2.16. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 234 – **Резорбиращо се коронарно скеле**, медицинско изделие под търговско наименование Coroflex ISAR; В. Braun Melsungen AG, което изделие не е резорбируемо магнезиево скеле, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Coroflex ISAR; В. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 234 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 234 – **Резорбиращо се коронарно скеле** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; В. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 234 - **Резорбиращо се коронарно скеле** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е резорбируемо магнезиево скеле, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис „*Предлагани ценови параметри*“ на участника „**Б. Браун Медикал**“ ЕООД за номенклатурни единици с №№ 5, 52, 62, 169, 176, 187, 212, 213, 215, 222, 224, 225, 229, 232, 233 и 234 да не се оповестяват, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

3. По отношение на техническото предложение на участника „**Новимед Кардио**“ ЕООД, комисията установи:

3.1. Участникът „**Новимед Кардио**“ ЕООД, е предложил за номенклатурна единица № 20 - **Специален катетър тип II**, медицинско изделие за което не е представена оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

Съгласно изискванията на Възложителя в документацията за участие /Изисквания към участниците/ и в обявлението на обществената поръчка към предложението за изпълнение на поръчката, участниците задължително следва да представят оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП

участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 20 - **Специален катетър тип II** включена в обособена група 2, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 20.

3.2. **Участникът** е предложил за номенклатурна единица № 22 - **Специален катетър тип IV**, медицинско изделие под търговско наименование Xtract, SIS Medical, Switzerland, което е с метален стилет, което не кореспондира с техническата спецификация за катетъра. Т.е. Предлаганият от участникът продукт наименование Xtract, SIS Medical, Switzerland за номенклатурна единица № 22 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 22 - **Специален катетър тип IV** включена в обособена група 2, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт Xtract, SIS Medical, Switzerland за номенклатурна единица № 22 - **Специален катетър тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е с метален стилет, което не кореспондира с техническата спецификация за катетъра.

3.3. **Участникът** е предложил за номенклатурна единица № 24 - **Коронарен микрокатетър тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Nhancer RX, IMDS Operations B.V., The Netherlands, при който маркерът е от платина/иридий, а не от злато и липсва дължина 140 см, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт наименование Nhancer RX, IMDS Operations B.V., The Netherlands за номенклатурна единица № 24 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 24 - **Коронарен микрокатетър тип II** включена в обособена група 2, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Nhancer RX, IMDS Operations B.V., The Netherlands за номенклатурна единица № 24 - **Коронарен микрокатетър тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, който маркерът е от платина/иридий, а не от злато и липсва дължина 140 см, каквито са изискванията на Възложителя.

3.4. **Участникът** е предложил за номенклатурна единица № 112 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза**, медицинско изделие под търговско наименование Seal one; Perouse Medical France, като продуктът не е с раздуване с въздух, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт наименование Seal one; Perouse Medical France за номенклатурна единица № 112 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 112 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза** включена в обособена група 8, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Seal one; Perouse Medical France за номенклатурна единица № 112 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с раздуване с въздух, каквото е изискването на Възложителя.

3.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Milvus; Conic Vascular Technology, при което липсва размер 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Milvus; Conic Vascular Technology за номенклатурна единица № 155 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Milvus; Conic Vascular Technology за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва размер 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя.

3.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII**, медицинско изделие под търговско наименование Milvus plus; Conic Vascular, при което липсва диаметър 3 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Milvus plus; Conic Vascular за номенклатурна единица № 165 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт Milvus plus; Conic Vascular за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва диаметър 3 мм, каквото е изискването на Възложителя.

3.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI**, медицинско изделие под търговско наименование LegFlow 0,018"; Cardionovum Sp.z, при което матрицата на изделието не е Butyryl-tri-hexyl citrate (ВТНС), каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт LegFlow 0,018"; Cardionovum Sp.z за номенклатурна единица № 169 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП

участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт LegFlow 0,018"; Cardionovum Sp.z за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което матрицата на изделието не е Butyryl-tri-hexyl citrate (ВТНС), каквото е изискването на Възложителя.

3.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII**, медицинско изделие под търговско наименование LegFlow 0,014"; Cardionovum Sp.z, при което дозата на медикамента е 3.0 µg на мм², а не 2.0 µg на мм², каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт LegFlow 0,014"; Cardionovum Sp.z за номенклатурна единица № 170 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт LegFlow 0,014"; Cardionovum Sp.z за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което дозата на медикамента е 3.0 µg на мм², а не 2.0 µg на мм², каквото е изискването на Възложителя.

3.9. Участникът „Новимед Кардио“ ЕООД, е предложил за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, медицинско изделие за което не е представена оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

Съгласно изискванията на Възложителя в документацията за участие /Изисквания към участниците/ и в обявлението на обществената поръчка към предложението за изпълнение на поръчката, участниците задължително следва да представят оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 172.

3.10. Участникът „Новимед Кардио“ ЕООД, е предложил за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III**, медицинско изделие за което не е представена оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

Съгласно изискванията на Възложителя в документацията за участие /Изисквания към участниците/ и в обявлението на обществената поръчка към предложението за изпълнение на поръчката, участниците задължително следва да представят оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 176.

3.11. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII**, медицинско изделие под търговско BeSmooth; Bentley InnoMed GmbH, при което липсва покритие Hydro Pass™ на дисталните 30 - 40 см, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BeSmooth; Bentley InnoMed GmbH за номенклатурна единица № 181 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт BeSmooth; Bentley InnoMed GmbH за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие Hydro Pass™ на дисталните 30 - 40 см, каквото е изискването на Възложителя.

3.12. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I**, медицинско изделие под търговско наименование BeGraft peripheral; Bentley InnoMed GmbH, който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 189 - **Периферен стент графт тип II**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

Предлаганият от участникът продукт BeGraft peripheral; Bentley InnoMed GmbH за номенклатурна единица № 188 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт BeGraft peripheral; Bentley InnoMed GmbH не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. BeGraft peripheral; Bentley InnoMed GmbH отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица

№ 189 - **Периферен стент графт тип II**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

3.13. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Vecchio; cNovate, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Vecchio; cNovate за номенклатурна единица № 213 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Vecchio; cNovate за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя.

3.14. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III**, медицинско изделие под търговско наименование Scoreflex; Orbus Neich Medical BV, при което липсва три спирали, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Scoreflex; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 215 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Scoreflex; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

3.15. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X**, медицинско изделие под търговско наименование SapphireNC; Orbus Neich Medical BV, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт SapphireNC; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 222 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SapphireNC; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон**

тип X не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя.

3.16. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Restore; Cardionovum Sp.z o.o, при което липсват Nypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Restore; Cardionovum Sp.z o.o за номенклатурна единица № 224 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Restore; Cardionovum Sp.z o.o за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват Nypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя.

3.17. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II**, медицинско изделие за което не е представена оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

Съгласно изискванията на Възложителя в документацията за участие /Изисквания към участниците/ и в обявлението на обществената поръчка към предложението за изпълнение на поръчката, участниците задължително следва да представят оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 225.

3.18. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Azule; Orbus Neich Medical BV, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и липсва дължина 22 мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Azule; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 227 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Azule; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и липсва дължина 22 мм , каквито са изискванията на Възложителя.

3.19. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Xlimus; Cardionovum Sp.z o.o, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Xlimus; Cardionovum Sp.z o.o за номенклатурна единица № 229 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Xlimus; Cardionovum Sp.z o.o за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя.

3.20. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф**, медицинско изделие под търговско наименование BeGraft coronary; Bentley InnoMed, при което има разлика в номиналното налягане от изискваното, както и липсва покритие пасивно: силиконов карбид каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BeGraft coronary; Bentley InnoMed за номенклатурна единица № 233 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BeGraft coronary; Bentley InnoMed за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което има разлика в номиналното налягане от изискваното, както и липсва покритие пасивно: силиконов карбид, каквито са изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлаганата цена в Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Новимед Кардио“ ЕООД за номенклатурни единици с №№ 20, 22, 24, 112, 155, 165, 169, 170, 172, 176, 181, 188, 213, 215, 222, 224, 225, 227, 229 и 233, да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

4. По отношение на техническото предложение на участника „Софарма Трейдинг“ АД, комисията установи:

4.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 54 - **Ангиографски диагностичен катетър тип IV**, медицинско изделие под търговско наименование ДИАГ.КАТЕТЪР Infini/ST+ x1 534***/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсват криви, Cobra и Berenstein, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ДИАГ.КАТЕТЪР Infini/ST+ x1 534***/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 54 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 54 - **Ангиографски диагностичен катетър тип IV** включена в обособена група 6, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ДИАГ.КАТЕТЪР Infini/ST+ x1 534***/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 54 - **Ангиографски диагностичен катетър тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват криви, Cobra и Berenstein, каквото е изискването на Възложителя.

4.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 58 - **Въвеждащ коронарен катетър тип I**, медицинско изделие под търговско наименование ВОД.КАТ ADROIT/ JOHNSON & JOHNSON DOO, при което липсва Vest-Tech Nylon технология, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ ADROIT/ JOHNSON & JOHNSON DOO за номенклатурна единица № 58 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно РЕШИ:

Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 58 - **Въвеждащ коронарен катетър тип I** включена в обособена група 7, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ ADROIT/ JOHNSON & JOHNSON DOO за номенклатурна единица № 58 - **Въвеждащ коронарен катетър тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Vest-Tech Nylon технология, каквото е изискването на Възложителя.

4.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 60 - **Въвеждащ коронарен катетър тип III**, медицинско изделие под търговско наименование

ВОД.КАТ Vista Brite Tip / JOHNSON & JOHNSON DOO, при което липсва Zone-технология, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ Vista Brite Tip / JOHNSON & JOHNSON DOO за номенклатурна единица № 58 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 60 - **Въвеждащ коронарен катетър тип III** включена в обособена група 7, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ Vista Brite Tip / JOHNSON & JOHNSON DOO за номенклатурна единица № 60 - **Въвеждащ коронарен катетър тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Zone- технология, каквото е изискването на Възложителя.

4.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 121 - **Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп**, медицинско изделие под търговско наименование УСТР.СЪДОВО ЗАТВАРЯНЕ EXOSEAL/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсват 8F, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт УСТР.СЪДОВО ЗАТВАРЯНЕ EXOSEAL/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 121 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 121 - **Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп** включена в обособена група 8, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт УСТР.СЪДОВО ЗАТВАРЯНЕ EXOSEAL/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 121 - **Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 8F, каквото е изискването на Възложителя.

4.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование БАЛОН POWERFLEX/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсва размер 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт БАЛОН POWERFLEX/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 155 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт БАЛОН POWERFLEX/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително

обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва размер 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя.

4.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII**, медицинско изделие под търговско наименование БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON, като продуктът не е с RBP: до 27 атм, каквото е изискването на Възложителя, а е с RBP до 18 атм. Т.е. Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 165 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с RBP: до 27 атм, каквото е изискването на Възложителя, а е с RBP до 18 атм.

4.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 166 - **Балон тип XIII**, медицинско изделие под търговско наименование БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON, като продуктът не е RX, каквото е изискването на Възложителя, а е OTW. Т.е. Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 166 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 166 - **Балон тип XIII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 166 - **Балон тип XIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е RX, каквото е изискването на Възложителя, а е OTW.

4.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 167 - **Балон тип XIV**, медицинско изделие под търговско наименование БАЛОН SABER / JOHNSON & JOHNSON, като продуктът не е RX, каквото е изискването на Възложителя, а е OTW, както и липсва M-coat покритие. Т.е. Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 167 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 167 - **Балон тип XIV** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт БАЛОН SABER / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 167 - **Балон тип XIV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително

обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е RX, каквото е изискването на Възложителя, а е OTW, както и липсва M-coat покритие.

4.9. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII**, медицинско изделие под търговско Стент PALMAZ GENESIS/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсва покритие Hydro Pass™ на дисталните 30 - 40 см, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Стент PALMAZ GENESIS/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 181 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Стент PALMAZ GENESIS/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие Hydro Pass™ на дисталните 30 - 40 см, каквото е изискването на Възложителя.

4.10. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV**, медицинско изделие под търговско наименование СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 187 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя.

4.11. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I**, медицинско изделие под търговско наименование СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON, което не е ендопротеза, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 188 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна

единица № 188 - **Периферен стент графт тип I** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е ендопротеза, каквото е изискването на Възложителя.

4.12. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 192 - **Каротиден стент тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON, който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 191 - **Каротиден стент тип I**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

Предлаганият от участникът продукт Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 192 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 192 - **Каротиден стент тип II** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 192 - **Каротиден стент тип II** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 191 - **Каротиден стент тип I**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

4.13. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 197 - **Периферен водач тип I**, медицинско изделие под търговско наименование ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON, при което липсват дължина 195 см и е с диаметър на водача: 035", а не 018", каквито са изискванията на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 197 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 197 - **Периферен водач тип I** включена в обособена група 12, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 197 - **Периферен водач тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 195 см и е с диаметър на водача: 035", а не 018", каквито са изискванията на Възложителя.

4.14. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II**, медицинско изделие под търговско наименование ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON, при което липсват дължина 182 см и е с диаметър на водача: 035", а не 014", каквито са изискванията на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 198 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** включена в обособена група 12, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 182 см и е с диаметър на водача: 035", а не 014", каквито са изискванията на Възложителя.

4.15. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 201 - **Периферен водач тип VII**, медицинско изделие под търговско наименование ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON, при което липсват дължина 195 см и е с диаметър на водача: 035", а не 018", каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 201 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 201 - **Периферен водач тип VII** включена в обособена група 12, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 201 - **Периферен водач тип VII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 195 см и е с диаметър на водача: 035", а не 018", каквито са изискванията на Възложителя.

4.16. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III**, медицинско изделие под търговско наименование БАЛОН EMPIRA/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт БАЛОН EMPIRA/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 215 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование БАЛОН EMPIRA/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис „*Предлагани ценови параметри*“ на участника „Софарма Трейдинг“ АД за номенклатурни единици с №№ 54, 58, 60, 121, 155, 165, 166, 167, 181, 187, 188, 192, 197, 198, 201 и 215, да не се

оповестява, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

5. По отношение на техническото предложение на участника „Вега Медикал“ ЕООД, комисията установи:

5.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 155 - Балон тип I, медицинско изделие под търговско наименование AdvanceMicro14 / COOK Medical, при което липсват размер 4 мм и дължина 220 мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт AdvanceMicro14 / COOK Medical за номенклатурна единица № 155 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 155 - Балон тип I включена в обособена група 10, поради следните **МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт AdvanceMicro14 / COOK Medical за номенклатурна единица № 155 - Балон тип I не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват размер 4 мм и дължина 220 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

5.2. Участникът „Вега Медикал“ ЕООД, е предложил за номенклатурна единица № 162 - Балон тип IX, медицинско изделие под търговско наименование Advance35 /COOK Medical, който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 157 - Балон тип III, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие. Предлаганият от участникът продукт Advance35 /COOK Medical за номенклатурна единица № 162 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 162- Балон тип IX включена в обособена група 10, поради следните **МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Advance35 /COOK Medical не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 162 - Балон тип IX и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Advance35 /COOK Medical отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 157 - Балон тип III, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

5.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 163 - Балон тип X, медицинско изделие под търговско наименование Advance18 /COOK Medical, при което липсва диаметър 2 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Advance18 /COOK Medical за номенклатурна единица № 163 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна

единица № 163 - **Балон тип X** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Advance18 /COOK Medical за номенклатурна единица № 163 - **Балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва диаметър 2 мм, каквото е изискването на Възложителя.

5.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 164 - **Балон тип XI**, медицинско изделие под търговско наименование AdvanceMicro14 /COOK Medical, при което липсва диаметър 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт AdvanceMicro14 /COOK Medical за номенклатурна единица № 164 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 164 - **Балон тип XI** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт AdvanceMicro14 /COOK Medical за номенклатурна единица № 164 - **Балон тип XI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва диаметър 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя.

5.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII**, медицинско изделие под търговско наименование BioPath35 / Biosensors, който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие. Предлаганият от участникът продукт BioPath35 / Biosensors за номенклатурна единица № 169 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт BioPath35 / Biosensors не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. BioPath35 / Biosensors отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

5.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII**, медицинско изделие под търговско наименование BioPath14 / Biosensors, при което доза на медикамента е 3.0 µg на мм², а не 2.0 µg на мм², каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioPath14 / Biosensors за номенклатурна единица № 170 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** включена в обособена група 10, **поради следните**

МОТИВИ: Предлаганият от участникът продукт BioPath14 / Biosensors за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което доза на медикамента е 3.0 µg на мм², а не 2.0 µg на мм², каквото е изискването на Възложителя.

5.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 171 - **Балон тип XVIII**, медицинско изделие под търговско наименование BioPath14 / Biosensors, при което доза на медикамента е 3.0 µg на мм², а не 2.0 µg на мм², както и липсва дължина на катетрите 90 см, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioPath14 / Biosensors за номенклатурна единица № 171 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 171 - **Балон тип XVIII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт BioPath14 / Biosensors за номенклатурна единица № 171 - **Балон тип XVIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което доза на медикамента е 3.0 µg на мм², а не 2.0 µg на мм², както и липсва дължина на катетрите 90 см, каквито са изискванията на Възложителя.

5.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 174 - **Периферен стент тип I**, медицинско изделие под търговско Formula535/COOK Medical, при което липсва покритие: ProBio, както и липсва размер 56 мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Formula535/COOK Medical за номенклатурна единица № 174 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 174 - **Периферен стент тип I** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Formula535/COOK Medical за номенклатурна единица № 174 - **Периферен стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, както и липсва размер 56 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

5.9. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 175 - **Периферен стент тип II**, медицинско изделие под търговско Formula414/COOK Medical, при което липсва покритие: ProBio, както и липсва дължина 19 мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Formula414/COOK Medical за номенклатурна единица № 175 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП

участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 175 - **Периферен стент тип II** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Formula414/COOK Medical за номенклатурна единица № 175 - **Периферен стент тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, както и липсва дължина 19 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

5.10. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III**, медицинско изделие под търговско ZilverFlex35/COOK Medical, при което липсва покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 176 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя.

5.11. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 178 - **Периферен стент тип V**, медицинско изделие под търговско ZilverFlex35/COOK Medical, при което липсва покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 178 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 178 - **Периферен стент тип V** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 178 - **Периферен стент тип V** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя.

5.12. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII**, медицинско изделие под търговско Formula535/COOK Medical, при което липсва дължина на системата за доставка 75 см, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Formula535/COOK Medical за номенклатурна единица № 181 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** включена в обособена група 11, **поради**

следните **МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Formula535/COOK Medical за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина на системата за доставка 75 см, каквото е изискването на Възложителя.

5.13. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV**, медицинско изделие под търговско ZilverFlex35/COOK Medical, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 187 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя.

5.14. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Roadrunner Uniglide / COOK Medical, при което липсва дължина 182 см, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Roadrunner Uniglide / COOK Medical за номенклатурна единица № 198 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** включена в обособена група 12, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Roadrunner Uniglide / COOK Medical за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 182 см, каквото е изискването на Възложителя.

5.15. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Powerline / Biosensors, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Powerline / Biosensors за номенклатурна единица № 213 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП

участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 213 - **РТСА балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Powerline / Biosensors за номенклатурна единица № 213 - **РТСА балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя.

5.16. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование BioStream / COOK Medical, при което липсват Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 224 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя.

5.17. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II**, медицинско изделие под търговско наименование BioStream / COOK Medical, при което липсва Paclitaxel 2,5mg/mm², каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 225 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Paclitaxel 2,5mg/mm², каквото е изискването на Възложителя.

5.18. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 226 - **Медикамент излъчващ балон тип III**, медицинско изделие под търговско наименование BioStream / COOK Medical, при което липсват дължина 8 и 12 мм, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт

BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 226 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 226 - **Медикамент излъчващ балон тип III** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 226 - **Медикамент излъчващ балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 8 и 12 мм, каквото е изискването на Възложителя.

5.19. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 230 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип II**, медицинско изделие под търговско наименование BioMatrix NeoFlex / Biosensors, което е от материал: кобалт-хром, а не платина - хром, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт BioMatrix NeoFlex / Biosensors за номенклатурна единица № 230 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 230 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип II** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioMatrix NeoFlex / Biosensors за номенклатурна единица № 230 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е от материал: кобалт-хром, а не платина - хром, каквото е изискването на Възложителя.

5.20. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 231 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип III**, медицинско изделие под търговско наименование BioFreedom/Biosensors, при което медикамента на излъчване не е еверолимус, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт BioFreedom/Biosensors за номенклатурна единица № 231 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 231 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип III** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioFreedom/Biosensors за номенклатурна единица № 231 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което медикамента на излъчване не е еверолимус, каквото е изискването на Възложителя.

5.21. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV**, медицинско изделие под

търговско наименование BioMatrix NeoFlex / Biosensors, при което медикамента на излъчване не е сиролimus, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioMatrix NeoFlex / Biosensors за номенклатурна единица № 232 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioMatrix NeoFlex / Biosensors за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което медикамента на излъчване не е сиролimus, каквото е изискването на Възложителя.

5.22. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 241 - **Емболизационни партикули тип I**, медицинско изделие под търговско наименование PVA/COOK Medical, при което липсва размер 45 микрона, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт PVA/COOK Medical за номенклатурна единица № 241 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 241 - **Емболизационни партикули тип I** включена в обособена група 16, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование PVA/COOK Medical за номенклатурна единица № 241 - **Емболизационни партикули тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва размер 45 микрона, каквото е изискването на Възложителя.

5.23. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 242 - **Емболизационни партикули тип II**, медицинско изделие под търговско наименование PVA/COOK Medical, при което размера е 1000 - 1400 микрона, а не 1000 - 1180 микрона, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт PVA/COOK Medical за номенклатурна единица № 242 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 242 - **Емболизационни партикули тип II** включена в обособена група 16, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование PVA/COOK Medical за номенклатурна единица № 242 - **Емболизационни партикули тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което размера е 1000 - 1400 микрона, а не 1000 - 1180 микрона, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлаганата цена в Плика с надпис „**Предлагани ценови параметри**“ на участника „**Вега Медикал**“ ЕООД за номенклатурни единици с №№ 155, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 178, 181, 187, 198, 213, 224, 225, 226, 230, 231, 232, 241 и 242, да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

6. По отношение на техническото предложение на участника „**Фарматекс Медикъл**“ ЕООД, комисията установи:

6.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI**, медицинско изделие под търговско наименование Prelude / Мерит Медикъл САЩ, при което липсва дължина 90 см, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Prelude / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 147 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-201/12.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** включена в обособена група 9, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Prelude / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 90 см, каквото е изискването на Възложителя.

6.2 Участникът е предложил за номенклатурна единица № 199 - **Периферен водач тип III**, медицинско изделие под търговско наименование Merit Laureate / Мерит Медикъл САЩ, при което липсва дължина 195 см и е с диаметър на водача: 018", а не 014", каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Merit Laureate / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 199 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-201/12.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 199 - **Периферен водач тип III** включена в обособена група 12, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Merit Laureate / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 199 - **Периферен водач тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 195 см и е с диаметър на водача: 018", а не 014", каквито са изискванията на Възложителя.

6.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 236 - **Микрокатетър за емболизация тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Embocath Plus / Мерит Медикъл САЩ, при което липсва дължина 105 см, както и е с наличен в HI -Flow 0,028 ", а не 0,027 ", каквото е изискването на

Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Embocath Plus / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 236 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-201/12.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 236 - **Микрокатетър за емболизация тип II** включена в обособена група 15, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Embocath Plus / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 236 - **Микрокатетър за емболизация тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 105 см, както и е с наличен в HI -Flow 0,028 ", а не 0,027 ", каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис **„Предлагани ценови параметри“** на участника **„Фарматекс Медикъл“** ЕООД за номенклатурни единици с №№ 147, 199 и 236, да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

7. По отношение на техническото предложение на участника **„Интерагро - 90“** ЕООД, комисията установи:

7.1 Участникът е предложил за номенклатурна единица № 279 - **VVIR комплект**, медицинско изделие под търговско наименование Sensia SR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan, при което няма 4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки, електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Sensia SR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 279 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-208/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 279 - **VVIR комплект** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Sensia SR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 279 - **VVIR комплект** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което няма 4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки, електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя.

7.2 Участникът е предложил за номенклатурна единица № 281 - **DDDR комплект**, медицинско изделие под търговско наименование Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan, при което електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 53 см./60 см. и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на

Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 281 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-208/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 281 - **DDDR комплект** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 281 - **DDDR комплект** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 53см./60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя.

7.3 Участникът е предложил за номенклатурна единица № 283 - **DDDR комплект**, медицинско изделие под търговско наименование Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan, при което електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 53 см./60 см. и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 283 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-208/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 283 - **DDDR комплект** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 283 - **DDDR комплект** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 53см./60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя.

7.4 Участникът е предложил за номенклатурна единица № 288 - **ICD Еднокухинно в комплект с електрод**, медицинско изделие под търговско наименование PROTECTA VR + SPRINT QUATTRO SECURE/S/MRI, Medtron, при което няма възможност да се програмират до 8 шока във всяка зона, електродите не са с фрактална структура и не са с дължина 65 и 75 см., както и не е с max.20 завъртания до пълно отваряне на спиралата от 1,8мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт PROTECTA VR + SPRINT QUATTRO SECURE/S/MRI, Medtron за номенклатурна единица № 288 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-208/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 288 - **ICD Еднокухинно в комплект с електрод** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт PROTECTA VR + SPRINT QUATTRO SECURE/S/MRI, Medtron за номенклатурна единица № 288 - **ICD Еднокухинно в комплект с електрод** не отговаря на

техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което няма възможност да се програмират до 8 шока във всяка зона, електродите не са с фрактална структура и не са с дължина 65 и 75 см., както и не е с max.20 завъртания до пълно отваряне на спиралата от 1,8мм, каквито са изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлаганата цена в Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Интерагро - 90“ ЕООД за номенклатурни единици с №№ 279, 281, 283 и 288, да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

След извършване на действията по чл. 54, ал.9 и чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията констатира, че офертите на всички участници (освен за посочените по горе номенклатурни единици) по обособени групи и обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя, като следва те да бъдат допуснати до оценяване и класиране за съответните номенклатурни единици, за които отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие. Резултатите от техническите предложения за доставка на медицински изделия по обособени групи са подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от Протокол № 2.

Дейността на комисията по разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници е подробно отразена в Протокол № 2 от 10.05.2017г. - 05.06.2017г, неразделна част от настоящия доклад.

На 09.06.2017 г. от 09,00 часа в малкия салон на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново се събра комисията в пълен състав със задача да отвори пликите с предлаганата цена, да разгледа ценовите предложения и да извърши оценка въз основа на критерия „най - ниска цена“ на предложенията на участниците, подали оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново“ в профила на купувача е обявена датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

При отваряне на пликите „Предлагани ценови параметри“ не присъстваха представители на участника Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения в плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

Комисията извърши проверка за наличие на хипотезата по чл.72, ал.1 от ЗОП. В резултат на направените изчисления, комисията, установи, че за определени позиции в обособените групи от предмета на обществената поръчка, предложенията с числово изражение (предлагана цена) на част от участниците съдържат предложение, което в случая подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, по показателя за оценка - „Най-ниска цена“. Бяха изискани на обосновки на предложената цена по отделни позиции, както следва:

✓ от участника „Булмар МЛ“ ООД, подал оферта с вх. № 47- 203/ 13.04.2017 г. е изискана писмена обосновка за следната номенклатурни единици с №№:

65 Стерилен чувал за покриване на Ангио апарата

132 Стерилен еднократен

✓ от участника „Булмед 2000“ ЕООД, подал оферта с вх. № 47-211/ 18.04.2017 г. е изискана писмена обосновка за следната обособени позиции с №№:

33 Диагностичен водач тип II

42 Диагностичен водач тип XI

292 Трансвенозни електроди с балончета на върха

✓ от участника „Истлинк България“ ООД, подал оферта с вх. № 47- 213 /18.04.2017 г. е изискана писмена обосновка за следната обособени позиции с №№:

87 Кранче за високо налягане

116 Еднократни „микулич“

✓ от участника „Новимед Кардио“ ЕООД, подал оферта с вх. № 47- 215 /18.04.2017 г. е изискана писмена обосновка за следната обособени позиции с №№:

70 Инфлатор за налягане

71 Кит с инфлатор за

73 Ангиографски коронарно-

74 Автоматична спринцовка

75 Автоматична спринцовка

76 Ротатор за водач

86 Лайтунг за високо налягане

303 Електроди за временен

✓ от участника „Софарма Трейдинг“ АД, подал оферта с вх. 47-207/ 18.04.2017 г. е изискана писмена обосновка за следната обособени позиции с №№:

42 Диагностичен водач тип XI

46 Диагностичен водач тип XII

52 Ангиографски диагностичен катетър тип II

68 Y-конектори

70 Инфлатор за налягане

71 Кит с инфлатор за налягане

✓ от участника „Алекс 01“ ЕООД, подал оферта с вх. 47-210/ 18.04.2017 г. е изискана писмена обосновка за следната обособени позиции с №№:

34 Диагностичен водач тип III

68 Y-конектори

75 Автоматична спринцовка

80 Интродюсерна игла тип I

82 Манифолд • Десни

86 Лайтунг за високо налягане

На 27.06.2017 г. в 7,30 часа на проведено закрито заседание, комисията продължи своята работа в обществената поръчка с горесцитирания предмет, като разгледа получените в определения срок писмени обосновки от следните участниците, както следва:

✓ „Б. Браун Медикал“ ЕООД - получена обосновка с вх. № 47-274 от 20.06.2017 г.

- ✓ „Алекс 01“ ЕООД - получена обосновка с вх.№ 47-280 от 23.06.2017 г.
- ✓ „Булмар МЛ“ ООД - получена обосновка с вх.№ 47-286 от 21.06.2017 г.
- ✓ „Булмед 2000“ ЕООД - получена обосновка с вх.№ 47-269 от 21.06.2017 г.
- ✓ „Новимед Кардио“ ЕООД - получена обосновка с вх.№ 47-271 от 21.06.2017 г.
- ✓ „Софарма Трейдинг“ АД- получена обосновка с вх.№ 47-272 от 23.06.2017 г.
- ✓ „Гамидор България“ ООД - получена обосновка с вх.№ 47-279 от 23.06.2017 г.
- ✓ „Маримпекс-7“ ЕООД - получена обосновка с вх.№ 47-275 от 21.06.2017 г.

От участниците посочени по-горе бяха представени в указания срок изискваните писмени обосновки, които комисията обстойно разгледа и констатира:

Писмените обосновки на участниците за всички позиции са мотивирани, пълни и точни и с оглед това комисията единодушно реши да не предлага за отстраняване посочените по горе оферти по тези позиции, т.к. са налице обективни обстоятелства, свързани със:

- а). избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите;
- б). оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките;
- в). спазването на задълженията по чл. 115;
- г). възможността участникът да получи държавна помощ.

Комисията установи, че в определения 5- дневен срок от получаване на искането, не е представена писмена обосновка от участника „Истлинк България“ООД.

На участникът „Истлинк България“ООД, беше изпратено по факс писмо с изх.№ 47-270/20.06.2017 г. за представяне на обосновка на предложената цена по следните позиции с №№:

87 Кранче за високо налягане
116 Еднократни „микулич“

Изпратеното писмо от посочения в офертата на участника факс, удостоверява дата на получаване 20.06.2017 г. До крайния срок 26.06.2017г. участникът „Истлинк България“ООД не е представил исканата обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП.

След като съобрази изложените обстоятелства и на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, участникът „Истлинк България“ООД, подал оферта с вх. № 47- 213 /18.04.2017 г., от оценка и класиране за позиции № 87 Кранче за високо налягане и №116 Еднократни „микулич“, поради следните **МОТИВИ:** Участникът „Истлинк България“ООД не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП по посочените по горе позиции № 87 и № 116.

На 28.06.2017 г. в 7,30 часа на проведено закрито заседание, председателят на комисията докладва, че на 27.06.2017г. по факс е получена писмена обосновка от „Истлинк България“ООД с вх. № 47 – 285/27.06.2017г. Комисията, единодушно **РЕШИ:** Обосновката на участника „Истлинк България“ООД да не бъде разглеждана, тъй като същата не е подадена в срок и решение по т.5 от настоящият раздел в протокола, е предложено на възложителя да отстрани участника „Истлинк

България"ООД, подал оферта с вх. № 47- 213 /18.04.2017 г., от оценка и класиране за позиции № 87 и №116.

В хода на своята работа, комисията установи, че има еднакви цени, които са оферирани от следните участници :

- По обособена позиция - № 87 Кранче за високо налягане - участниците „Алекс 01“ ЕООД и „Новимед Кардио“ ЕООД са предложили една и съща цена - 4 ,00 лева на брой.

- По обособена позиция - № 157 Балон тип III - участниците „Вега Медикал“ ЕООД и „Маримпекс-7“ ЕООД са предложили една и съща цена - 300.00 лева за брой.

- По обособена позиция - № 285 CRT комплект - участниците „Интерагро - 90“ ЕООД и „Медихелп“ ЕООД са предложили една и съща цена - 4 950,00 лева на брой.

След направеното класиране на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП и при условията на чл. 58, ал.3 от ППЗОП – наличието на повече от една оферта, класирана на първо място по критерий „най-ниска цена“ и една и съща цена, предложена в две или повече оферти, комисията проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници за позиции с №№ 87, 157 и 285 , които са предложили една и съща най ниска цена.

На 03.07.2017 г. в предварително обявения час (09.00 ч.) не присъстваха представители на участниците, подали оферта за обособени позиции № 87, 157 и 285 при провеждане на публичния жребий. Комисията проведе публичен жребий в посочения час съгласно указанията на възложителя от документацията за възлагане на обществената поръчка, като резултатите от същия са както следва:

1. Провеждането на публичния жребий за позиция № 87 - Изтегленият плик от председателя на комисията се съдържаше листче с наименованието на участника „Новимед Кардио“ ЕООД.

2. Провеждането на публичния жребий за позиция № 157 - Изтегленият плик от член на комисията се съдържаше листче с наименованието на участника „Маримпекс-7“ ЕООД.

3. Провеждането на публичния жребий за позиция № 285 - Изтегленият плик от председателя на комисията се съдържаше листче с наименованието на участника „Медихелп“ ЕООД.

Комисията констатира, че за следните номенклатурни единици не е подадена оферта от нито един участник:

- 7 Коронарен дилатационен водач Тип VII
- 8 Коронарен дилатационен водач Тип VIII
- 9 Коронарен дилатационен водач Тип IX
- 10 Коронарен дилатационен водач Тип X
- 11 Коронарен дилатационен водач Тип XI
- 12 Коронарен дилатационен водач Тип XII
- 13 Коронарен дилатационен водач Тип XIII
- 15 Коронарен дилатационен водач Тип XV
- 16 Коронарен дилатационен водач Тип XVI
- 17 Коронарен дилатационен водач Тип XVII
- 18 Коронарен дилатационен водач Тип XVIII

- 23 Коронарен микрокатетър тип I
- 25 Коронарен микрокатетър тип III
- 26 Коронарен микрокатетър тип IV
- 28 Периферен катетър за добра опора тип II
- 40 Диагностичен водач тип IX
- 59 Въвеждащ коронарен катетър тип II
- 64 Стерилен чувал за Ръонтг
- 66 Камери за инвазивно налягане
- 72 Сет за инжектиране на контрастни материи
- 77 Въвеждаща, нережеща игла
- 83 Спринцовки с гумено бутало тип I
- 84 Спринцовска с гумено бутало тип II
- 85 Спринцовка за аспирация
- 88 Камера за трансдюсер
- 91 Система за контрастна материя
- 95 Iopromide
- 102 Интакардиални игли
- 103 Ангиографски сет-комплект
- 104 Ангиографски еднократен нетъкан текстилен
- 105 Къс лайтунг
- 108 Еднократни гъби за измиване на ръцете
- 109 Разтвор за почистване на опративно поле
- 110 Разтвор за дезинфекция на ръце и повърхности.
- 111 Електродни лепенки за хемодинамична станция
- 118 Спринцовка за инжектомат MEDRAD-V
- 122 Тестове - плочка за Вирусологична експресна
- 123 Тестове - плочка за Вирусологична експресна
- 124 Тестове - плочка за Вирусологична експресна
- 125 Тестове - плочка за Вирусологична експресна
- 130 Дивайс за изваждане на чужди тела тип III
- 141 Комплект за стерилизация AR-11
- 152 Пункционни игли за водачи
- 190 Периферен стент графт III
- 193 Каротиден стент тип III
- 195 Система за протекция тип II
- 196 Система за протекция тип III
- 204 Периферен водач тип X
- 205 Периферен водач тип XI
- 206 Периферен вочат тип XII
- 207 Периферен водач тип XIII
- 209 Периферен водач тип XV
- 210 Периферен водач тип XVI
- 240 Микрокатетър тип VI
- 243 Емболизационни партикули тип III
- 254 Койл тип VI
- 256 Съдов оклудер

- 257 Инфузионен катетър
- 258 Неврокатетър тип I
- 259 Неврокатетър тип II
- 260 Неврокатетър тип III
- 261 Периферен аспирационен катетър за свързване с
- 262 Сепаратор за аспирационен катетър 8F
- 263 Периферен аспирационен катетър за свързване с
- 264 Аксесоари за аспирационна помпа тип II
- 265 Аксесоари за аспирационна помпа тип II
- 293 Медицински силикон модел-АС-0130
- 294 Инструмент за изрязване и отстраняване на
- 295 Накрайник за отрязан електрод
- 301 PSA апарат самостоятелен-с кабел за измерване
- 302 Пациентен кабел за измерване параметрите на

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно взе следното **РЕШЕНИЕ**: На основание чл. 110, ал.1, т. 1 от ЗОП, предлага на възложителя да бъде прекратена обществената поръчка за гореописаните позиции. МОТИВИ: Не е подадена нито една оферта за участие.

Работата на комисията по оценка на ценовите предложения и класиране на участниците е подробно описана в Протокол № 3 от 09.06.2017г. - 03.07.2017г. , неразделна част от настоящия доклад.

- IV. На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, комисията Ви предлага да сключите договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка за отделните обособени позиции с участниците, класирани на първо място.
- V. Настоящият доклад се изготви и подписа от членовете на комисия, назначена със заповед № 108/19.04.2017г. на Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на 03.07.2017г.

КОМИ
 21. 2 от
 3312
 Председател
 (Д-р Ганев)
 Членове:

- .. (д-р Сибилла Маринова)
- .. (д-р Александър Александров)
- .. (Д-р Мирослав Ганев)
- .. (Силвия Дечева)

Заложена
 информация
 по ал. 2
 от
 3312