

ПРОТОКОЛ № 2

От работата на комисия, назначена със Заповед № 108/19.04.2017 г. за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 73, ал.1

от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново“, публикувана в Регистъра на обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки под номер 00052-2017-0001

Комисията поднови своята работа на 10.05.2017 г. от 07:30 ч. в административната сграда на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, етаж втори, Заседателната зала, в изпълнение на Заповед № 108/19.04.2017 г. на Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, в пълен състав:

Председател: Д-р Галина Гарева- Н-к отдел ИОСКИОМД

и членове:

1. д-р Сибила Маринова - Н-к ОАИЛ;
2. д-р Александър Александров - лекар в Отделение по Кардиология
3. Д-р Мирослав Ганев - лекар в Отделение по кардиология
4. Силвия Дечева - адвокат ВТАК, правоспособен юрист

I. На основание чл.56,ал.2 от ППЗОП комисията допуска до разглеждане на техническите предложения на всички участници по позиции както следва:

1. Оферта с вх. № 47- 194/ 07.04.2017 г., постъпила в 09,15 часа и подадена от „Прохелт“ ЕООД, с адрес: гр. София 1164, ул. Миндур №14 за обособена група № 2 с номенклатурна единица № 20, обособена група № 7 с номенклатурна единица № 58 и обособена група № 8 с номенклатурни единици № 63 и 65.

2. Оферта с вх. № 47-199/12.04.2017 г., постъпила в 09,49 часа и подадена от „Инфомед“ ЕООД с адрес: гр. София 1330, бул. „Акад. Иван Гешов № 2 Е, Бизнес център „Сердика“ сграда 1, етаж 3, офис 307 - 309 за обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 63, 106, 131, 132 и 133.

3. Оферта с вх. № 47- 200 /12.04.2017 г., постъпила в 10,00 часа и подадена от „Маримпекс-7“ ЕООД с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 за обособена група № 1 с номенклатурна единица № 3, обособена група № 5 с номенклатурна единица № 43, обособена група 8 с номенклатурни единици №№ 92, 93, 94, 96, 97 и 98, обособена група 10 с номенклатурни единици №№ 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 170 и 171, обособена група 11 с номенклатурни единици №№ 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191 и 194, обособена група 12 с номенклатурни единици №№ 198, 199, 200 и 201, обособена група 13 с номенклатурни единици №№ 216, 217, 218, 219, 220, 221 и 226, обособена група 14 с номенклатурни единици №№ 228, 230 и 231, обособена група 15 с номенклатурни единици №№ 235 и 236, обособена група 16 с номенклатурни единици №№ 241 и 242, обособена група 17 с номенклатурна единица № 244, обособена група 18 с номенклатурни единици №№ 246, 249, 250 и 251 и обособена група №20 с номенклатурни единици №№ 266, 267, 268, 269, 270, 271 и 272.

4. Оферта с вх. № 47- 201/ 12.04.2017 г., постъпила в 10,48 часа и подадена от „Фарматекс Медикъл“ ЕООД, с адрес: гр. София, пл. Славейков №7, вх. В, ет. 1 за

обособена група № 5 с номенклатурни единици №№ 31, 32, 33,34 и 46, обособена група № 6 с номенклатурни единици №№ 52, 53, 54, 56 и 57, обособена група 8 с номенклатурни единици №№ 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 114, 128 и 129, обособена група 9 с номенклатурни единици №№ 147 и 151, обособена група 12 с номенклатурна единица № 199, обособена група 15 с номенклатурна единица № 236, обособена група 16 с номенклатурни единици №№ 241 и 242, обособена група 17 с номенклатурна единица № 245 и обособена група №18 с номенклатурна единица № 247.

5. Оферта с вх. № 47- 203/ 13.04.2017 г., постъпила в 09.06 часа и подадена от „Булмар МЛ“ ООД, с адрес: гр. София 1618, кв. Манастирски ливади, ул. Пирин № 32 за обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 63, 65, 106, 115, 116 и 132.

6. Оферта с вх. № 47- 204/ 13.04.2017 г., постъпила в 09.26 часа и подадена от „ЕКОС Медика“ ООД, с адрес: гр. София 1618, кв. Павлово, ул. Голям Браган № 8 за обособена група № 1 с номенклатурна единица № 4, обособена група № 2 с номенклатурна единица № 19, обособена група № 3 с номенклатурна единица № 24, обособена група № 4 с номенклатурна единица № 27, обособена група № 5 с номенклатурни единици №№ 30, 31, 35, 36, 37, 38, 48 и 49, обособена група № 6 с номенклатурни единици №№ 51, 52 и 55, обособена група № 7 с номенклатурни единици №№ 60 и 61, обособена група 8 с номенклатурни единици №№ 76, 112, 136, 137, 138, 139 и 140, обособена група 9 с номенклатурни единици №№ 143, 144 и 145, обособена група 10 с номенклатурни единици №№ 166, 167 и 168, обособена група № 11 с номенклатурна единица № 192, обособена група 12 с номенклатурна единица № 202, обособена група 13 с номенклатурни единици №№ 222 и 223, обособена група 15 с номенклатурна единица № 237, обособена група 17 с номенклатурна единица № 245 и обособена група №18 с номенклатурни единици №№ 246, 248 и 255.

7. Оферта с вх. № 47- 205/ 13.04.2017 г., постъпила в 09.29 часа и подадена от „Медимаг“ ЕООД, с адрес: гр. София 1404, кв. Манастирски ливади - Изток, ул. Димитър Сагаев № 19 за обособена група № 11 с номенклатурна единица № 187.

8. Оферта с вх. № 47-207/ 18.04.2017 г., постъпила в 08,20 часа и подадена от „Софарма Трейдинг“ АД, с адрес: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 за обособена група № 5 с номенклатурни единици №№ 32, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 46 и 47, обособена група № 6 с номенклатурни единици №№ 52, 53 и 54, обособена група № 7 с номенклатурни единици №№ 58, 60 и 62, обособена група 8 с номенклатурни единици №№ 63, 65, 67, 68, 70, 71, 106, 107, 115, 116, 121 и 132, обособена група 9 с номенклатурни единици №№ 143 и 144, обособена група 10 с номенклатурни единици №№ 155, 156, 157, 158, 159, 160, 165, 166, 167 и 173, обособена група № 11 с номенклатурни единици №№ 180, 181, 186, 187, 188, 191 и 192, обособена група 12 с номенклатурни единици № 197, 198 и 201 и обособена група №13 с номенклатурни единици №№ 215 и 220.

9. Оферта с вх. № 47-208/ 18.04.2017 г., постъпила в 08,25 часа и подадена от „Интерагро - 90“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Бяло Поле“ № 3, Офис сграда „Комфорт“, офис 1 за обособена група № 20 с номенклатурни единици №№ 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287 и 288 и обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 291, 296 и 297.

10. Оферта с вх. № 47-209/ 18.04.2017 г., постъпила в 08,30 часа и подадена от „Медихелп“ ЕООД, с адрес: гр. София 1330, ж.к. Красна поляна, ул. „Добротич“ бл.329 А, ет.1 за обособена група № 1 с номенклатурни единици №№ 1, 2, 5 и 6, обособена група №2 с номенклатурна единица № 22, обособена група № 9 с номенклатурна единица № 142, обособена група № 10 с номенклатурни единици

№№ 162, 163, 164, 165 и 169, обособена група № 11 с номенклатурни единици №№ 174, 175, 176, 177, 178 и 179, обособена група № 12 с номенклатурна единица № 197, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 212, 213, 214, 215 и 224, обособена група № 14 с номенклатурни единици №№ 227, 229, 233 и 234, обособена група № 20 с номенклатурни единици №№ 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 и 288 и обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 289, 290, 292 и 298.

11. Оферта с вх. № 47-210/ 18.04.2017 г., постъпила в 09,52 часа и подадена от „Алекс 01“ ЕООД, с адрес: гр. София 1303, бул. „инж. Иван Иванов“ № 68, офис 1 за обособена група № 1 с номенклатурна единица № 1, обособена група №5 с номенклатурни единици №№ 32, 34, 41 и 49, обособена група № 6 с номенклатурна единица № 52, обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 68, 75, 78, 80, 82, 86, 87, 89 и 90, обособена група № 9 с номенклатурна единица № 147, обособена група № 10 с номенклатурна единица № 155, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 215 и 222 и обособена група № 14 с номенклатурни единици №№ 227 и 229.

12. Оферта с вх. № 47-211/ 18.04.2017 г., постъпила в 09,53 часа и подадена от „Булмед 2000“ ЕООД, с адрес: гр. София 1680, ул. „Хайдушка гора“ № 59 - 61 за обособена група №5 с номенклатурни единици №№ 32,33, 34, 42, 44, 45, 46 и 50, обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 113, 120, 121, 126 и 127, обособена група № 9 с номенклатурни единици № 149 и 150 и обособена група № 21 с номенклатурни единици № 292, 296, 299, 300 и 303.

13. Оферта с вх. № 47-212/ 18.04.2017 г., постъпила в 11,03 часа и подадена от „Гамидор България“ ООД, с адрес: гр. София 1408, бул. „Витоша“ № 152, ет.2, ап.6 за обособена група №5 с номенклатурни единици №№ 32 и 34 и обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 69, 71, 73, 82 и 90.

14. Оферта с вх. № 47- 213 /18.04.2017 г., постъпила в 12,14 часа и подадена от „Истлинк България“ ООД с адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 87 за обособена група № 8 с номенклатурни единици №№ 87, 99, 100, 101, 106, 107, 115, 116, 117, 119, 135, 136, 137, 138, 139 и 140.

15. Оферта с вх. № 47- 214 /18.04.2017 г., постъпила в 12,16 часа и подадена от „Апекс Медика“ ООД с адрес: гр. София, ж.к. Красно село, Борово, бл.214, вх. В, ет.2, ап.40 за обособена група № 2 с номенклатурна единица №21, обособена група №8 с номенклатурна единица №225 и обособена група № 14 с номенклатурна единица № 232.

16. Оферта с вх. № 47- 215 /18.04.2017 г., постъпила в 12,18 часа и подадена от „Новимед Кардио“ ЕООД с адрес: гр. София 1404, ж.к. Манастирски ливади Б, бл.65, Евроцентър, ет.2 за обособена група № 2 с номенклатурни единици №№ 20 и 22, обособена група №3 с номенклатурна единица №24, обособена група №8 с номенклатурни единици №№ 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 86, 87, 90, 112, 117, 128, 129, 134, обособена група № 10 с номенклатурни единици №№ 155, 161, 165, 169, 170 и 172, обособена група № 11 с номенклатурни единици №№ 176, 181, 184, 188 и 189, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 213, 215, 220, 222, 224 и 225, обособена група № 14 с номенклатурни единици №№ 227, 229 и 233 и обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 292 и 303

17. Оферта с вх. № 47- 216 /18.04.2017 г., постъпила в 12,20 часа и подадена от „Б. Браун Медикал“ ЕООД с адрес: гр. София 1528, бул. Христофор Колумб №64 за обособена група № 1 с номенклатурни единици №№ 5 и 14, обособена група №5 с номенклатурни единици №№32, 34 и 46, обособена група № 6 с номенклатурна единица № 52, обособена група №7 с номенклатурна единица

№62, обособена група №8 с номенклатурни единици №№ 70, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 86, 100, 101, 114, 119 и 134, обособена група № 10 с номенклатурни единици №№ 169 и 172, обособена група № 11 с номенклатурни единици №№ 176 и 187, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 212, 213, 215, 222, 224 и 225, обособена група № 14 с номенклатурни единици №№ 229, 232, 233 и 234 и обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 292, 296 и 303.

18. Оферта с вх. № 47- 217 /18.04.2017 г., постъпила в 13,25 часа и подадена от „Вега Медикал“ ЕООД с адрес: гр. София 1404, бул. България № 109, БЦ „Вертиго“, ет.3, офис 2.6. – 2.7 за обособена група № 4 с номенклатурна единица №29, обособена група №5 с номенклатурни единици №№42, 47 и 50, обособена група №8 с номенклатурна единица № 67, обособена група №9 с номенклатурни единици №№ 146, 147, 148, 149, 150, 153 и 154, обособена група № 10 с номенклатурни единици №№ 155, 157, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 172 и 173, обособена група № 11 с номенклатурни единици №№ 174, 175, 176, 178, 181 и 187, обособена група № 12 с номенклатурни единици №№ 198, 203, 208 и 211, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 213, 224, 225 и 226, обособена група № 14 с номенклатурни единици №№ 230, 231 и 232, обособена група № 15 с номенклатурни единици №№ 238 и 239, обособена група №16 с номенклатурни единици №№ 241 и 242 и обособена група № 18 с номенклатурни единици №№ 248, 252 и 253.

II. След извършване на горните действия относно преценката на съответствието на документите, представени от участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор, комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение (Образец № 3), съдържащо се в офертата на всеки един участник.

Участниците са направили следните предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. по отношение на **Оферта № 1** на участника „Прохелт“ ЕООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 24 (двадесет и четири) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Прохелт“ ЕООД е изготвено съобразно образаца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

2. по отношение на Оферта № 2 на участника „Инфомед“ ЕООД , същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще склучи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Инфомед“ ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

3. по отношение на Оферта № 3 на участника „Маримпекс-7“ ЕООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%.**

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Маримпекс-7“ ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

4. по отношение на **Оферта № 4** на участника „Фарматекс Медикъл“ ЕООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Фарматекс Медикъл“ ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

5. по отношение на **Оферта № 5** на участника **„Булмар МЛ“ ООД**, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%.**

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника **„Булмар МЛ“ ООД** е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата;
- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

6. по отношение на **Оферта № 6** на участника „ЕКОС Медика“ ООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „ЕКОС Медика“ ООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

7. по отношение на **Оферта № 7** на участника „Медимаг“ ЕООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%**.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Медимаг“ ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

8. по отношение на **Оферта № 8** на участника „Софарма Трейдинг“ АД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%.**

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Софарма Трейдинг“ АД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

9. по отношение на **Оферта № 9** на участника „Интерагро - 90“ ЕООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за

изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 36 (тридесет и шест) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Интерагро - 90“ ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

10. по отношение на Оферта № 10 на участника „Медихелп“ ЕООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%.**

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Медихелп“ ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

11. по отношение на **Оферта № 11** на участника „Алекс 01“ ЕООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%**.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Алекс 01“ ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

12. по отношение на **Оферта № 12** на участника „Булмед 2000“ ЕООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%**.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Булмед 2000“ ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

13. по отношение на **Оферта № 13** на участника „Гамидор България“ ООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 12 (дванадесет) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%**.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Гамидор България“ ООД е изготвено съобразно образца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

14. по отношение на **Оферта № 14** на участника „Истлинк България“ ООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%.**

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Истлинк България“ООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

15. по отношение на **Оферта № 15** на участника „Алекс Медика“ООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“АД - гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%.**

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Апекс Медика“ООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

16. по отношение на **Оферта № 16** на участника „Новимед Кардио“ ЕООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%.**

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Новимед Кардио“ ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

17. по отношение на **Оферта № 17** на участника **„Б. Браун Медикал“** ЕООД, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника **„Б. Браун Медикал“** ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата;
- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

18. по отношение на **Оферта № 18** на участника **„Вега Медикал“ ЕООД**, същият е направил следните предложения по отношение на всички обособени групи и номенклатурни единици, за които участва:

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, **но не по-малко от 60%**.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът не е заявил, че част от офертата има конфиденциален характер.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника **„Вега Медикал“ ЕООД** е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени следните документи:

- Заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.

- Оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия.

- Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

III. На следващия етап от своята работа, комисията пристъпи към обстойно разглеждане на техническата спецификация (Образец № 3А), съдържаща се към техническото предложение на участниците.

Комисията провери съответствието на техническото предложение за предлаганите продукти от участниците със специфичните изисквания, включени в Техническата спецификация (Приложение № 1 и Образец № 3А) от утвърдената от възложителя документацията за участие в откритата процедура.

1. По отношение на техническото предложение на участника **„Алекс 01“ ЕООД**, комисията установи:

1.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 1 - **Коронарен дилатационен водач Тип I**, медицинско изделие под търговско наименование FALCON - Umbra Medical-USA, което е водещ катетър, а не водач, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт FALCON - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 1 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 1 - **Коронарен дилатационен водач Тип I** включена в обособена група 1, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт FALCON - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 1 - **Коронарен дилатационен водач Тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е водещ катетър, а не водач.

1.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 49 - **Сетове за трансфеморален достъп тип II**, медицинско изделие под търговско наименование RadialStat - Umbra Medical-USA, при което липсват исканите от Възложителя дължини 70, 100 и 160 мм. Т.е. Предлаганият от участникът продукт RadialStat - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 49 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 49 - **Сетове за трансфеморален достъп тип II** включена в обособена група 5, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт RadialStat - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 49 - **Сетове за трансфеморален достъп тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват исканите от Възложителя дължини 70, 100 и 160 мм.

1.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Osprey - Umbra Medical-USA, при което няма исканите от Възложителя 4 Fr катетри. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Osprey - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 52 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017г. от участие за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** включена в обособена група 6, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Osprey - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което няма исканите от Възложителя 4 Fr катетри.

1.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI**, медицинско изделие под търговско наименование RadialStat - Umbra Medical-USA, което не е феморално дезиле и липсва 90 см дължина. Т.е. Предлаганият от участникът продукт RadialStat - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 147 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** включена в обособена група 9, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт RadialStat - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е феморално дезиле и липсва 90 см дължина, каквито са изискванията на Възложителя.

1.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Cathy 4 - Translumina-Germany, при което липсва дължина 220 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Cathy 4 - Translumina-Germany за номенклатурна единица № 155 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017г. от участие за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Cathy 4 - Translumina-Germany за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 220 мм, каквото е изискването на Възложителя.

1.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III**, медицинско изделие под търговско наименование HAWK - Umbra Medical-USA, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт HAWK - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 215 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП

участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование HAWK - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

1.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 222 - **РТСА балон тип X**, медицинско изделие под търговско наименование HAWK CTO - Umbra Medical-USA, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт HAWK CTO- Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 222 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 222 - **РТСА балон тип X** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование HAWK CTO - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 222 - **РТСА балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя.

1.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Yukon CC - Translumina-Germany, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт Yukon CC - Translumina-Germany за номенклатурна единица № 227 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Yukon CC - Translumina-Germany за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя.

1.9. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Yukon Choice PC - Translumina -Germany, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт Yukon Choice PC - Translumina -Germany за номенклатурна единица № 229 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** включена в обособена група 14, поради следните **МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Yukon Choice PC - Translumina -Germany за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратовеите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис *„Предлагани ценови параметри“* на участника „Алекс 01“ ЕООД за номенклатурни единици с №№ 1, 49, 52, 147, 155, 215, 222, 227 и 229 да не се оповестяват, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

2. По отношение на техническото предложение на участника **„Б.Браун Медикал“** ЕООД, комисията установи:

2.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 5 - **Коронарен дилатационен водач Тип V**, медицинско изделие под търговско наименование Navitas; Brivant LTD, който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 14 - **Коронарен дилатационен водач Тип XIV**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие. Предлаганият от участника продукт Navitas; Brivant LTD за номенклатурна единица № 5 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 5- **Коронарен дилатационен водач Тип V** включена в обособена група 1, поради следните **МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Navitas; Brivant LTD не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 5 - **Коронарен дилатационен водач Тип V** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Navitas; Brivant LTD отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 14 - **Коронарен дилатационен водач Тип XIV**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

2.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Angiographic Catheter; PendraCare, при което няма исканите от Възложителя две разновидности на IM. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Angiographic Catheter; PendraCare за номенклатурна единица № 52 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** включена в

обособена група 6, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Angiographic Catheter; PendraCare за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което няма исканите от Възложителя две разновидности на ИМ.

2.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 62 - **Диагностичен коронарен катетър тип V**, медицинско изделие под търговско наименование Serpia; PendraCare International B.V., при което вътрешния диаметър на посочения продукт е 0,071", а не 0,072" , каквото е изискването на Възложителя. т.е. Предлаганият от участникът продукт Serpia; PendraCare International B.V. за номенклатурна единица № 62 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 62 - **Диагностичен коронарен катетър тип V** включена в обособена група 7, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт Serpia; PendraCare International B.V. за номенклатурна единица № 62 - **Диагностичен коронарен катетър тип V** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което вътрешния диаметър на посочения продукт е 0,071", а не 0,072" , каквото е изискването на Възложителя.

2.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Please OTW; B. Braun, Melsungen AG който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие. Предлаганият от участникът продукт SeQuent Please OTW; B. Braun, Melsungen AG за номенклатурна единица № 169 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт SeQuent Please OTW; B. Braun, Melsungen AG не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. SeQuent Please OTW; B. Braun, Melsungen AG отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

2.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III**, медицинско изделие под търговско Vascuflex; B. Braun Melsungen AG, при което липсва Покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Vascuflex; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 176 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна

единица № 176 - **Периферен стент тип III** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Vascuflex; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя.

2.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV**, медицинско изделие под търговско наименование Vascuflex; B. Braun Melsungen AG, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт Vascuflex; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 187 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Vascuflex; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя.

2.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 212 - **PTCA балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG, при което липсва дизайн на shaft: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 212 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 212 - **PTCA балон тип I** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 212 - **PTCA балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дизайн на shaft: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), каквото е изискването на Възложителя.

2.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline copolymer), каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen за номенклатурна единица № 213 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна

единица № 213 - **PTCA балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което материал на балона не е SCP (semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя.

2.9. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 215 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

2.10. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 222 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя.

2.11. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG, при което липсват Hupotube EFT(Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 224 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна

единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя.

2.12. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II**, медицинско изделие под търговско наименование SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG, при което липсва Paclitaxel 2,5mg/mm², каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 225 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Paclitaxel 2,5mg/mm², каквото е изискването на Възложителя.

2.13. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и липсва дължина 13 мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 229 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и липсва дължина 13 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

2.14. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV**, медицинско изделие под търговско наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG, при което липсват биоабсорбиращо покритие от PLGA - полилактид и полигликолид 50/50%, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 232 не

отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 232 – **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват биоабсорбиращо покритие от PLGA – полилактид и полигликолид 50/50%, каквито са изискванията на Възложителя.

2.15. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф**, медицинско изделие под търговско наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG, което изделие не е стент граф, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 233 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 233 – **Коронарен стент граф** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е стент граф, каквото е изискването на Възложителя.

2.16. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 234 – **Резорбиращо се коронарно скеле**, медицинско изделие под търговско наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG, което изделие не е резорбируемо магнезиево скеле, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 234 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 234 – **Резорбиращо се коронарно скеле** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 234 - **Резорбиращо се коронарно скеле** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е резорбируемо магнезиево скеле, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис **„Предлагани ценови параметри“** на участника **„Б. Браун Медикал“** ЕООД за номенклатурни единици с №№ 5, 52, 62, 169, 176, 187, 212, 213, 215, 222, 224, 225, 229, 232, 233 и 234 да не се оповестяват, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не

отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

3. По отношение на техническото предложение на участника „Новимед Кардио“ ЕООД, комисията установи:

3.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 20 - **Специален катетър тип II**, медицинско изделие за което не е представена оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия. Съгласно изискванията на Възложителя в документацията за участие /Изисквания към участниците/ и в обявлението на обществената поръчка към предложението за изпълнение на поръчката, участниците задължително следва да представят оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 20 - **Специален катетър тип II** включена в обособена група 2, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 20.

3.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 22 - **Специален катетър тип IV**, медицинско изделие под търговско наименование Xtract, SIS Medical, Switzerland, което е с метален стилет, което не кореспондира с техническата спецификация за катетъра. Т.е. Предлаганият от участникът продукт наименование Xtract, SIS Medical, Switzerland за номенклатурна единица № 22 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 22 - **Специален катетър тип IV** включена в обособена група 2, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Xtract, SIS Medical, Switzerland за номенклатурна единица № 22 - **Специален катетър тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е с метален стилет, което не кореспондира с техническата спецификация за катетъра.

3.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 24 - **Коронарен микрокатетър тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Nhancer RX, IMDS Operations B.V., The Netherlands, при който маркерът е от платина/иридий, а не от злато и липсва дължина 140 см, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт наименование Nhancer RX, IMDS Operations B.V., The Netherlands за номенклатурна единица № 24 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 24 - **Коронарен микрокатетър тип II** включена в обособена група 2, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Nhancer RX,

IMDS Operations B.V., The Netherlands за номенклатурна единица № 24 - **Коронарен микрокатетър тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, който маркерът е от платина/иридий, а не от злато и липсва дължина 140 см, каквито са изискванията на Възложителя.

3.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 112 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза**, медицинско изделие под търговско наименование Seal one; Perouse Medical France, като продуктът не е с раздуване с въздух, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт наименование Seal one; Perouse Medical France за номенклатурна единица № 112 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 112 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза** включена в обособена група 8, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Seal one; Perouse Medical France за номенклатурна единица № 112 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с раздуване с въздух, каквото е изискването на Възложителя.

3.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Milvus; Conic Vascular Technology, при което липсва размер 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Milvus; Conic Vascular Technology за номенклатурна единица № 155 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Milvus; Conic Vascular Technology за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва размер 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя.

3.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII**, медицинско изделие под търговско наименование Milvus plus; Conic Vascular, при което липсва диаметър 3 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Milvus plus; Conic Vascular за номенклатурна единица № 165 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт Milvus plus; Conic Vascular за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII** не отговаря на техническото

задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва диаметър 3 мм, каквото е изискването на Възложителя.

3.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI**, медицинско изделие под търговско наименование LegFlow 0,018"; Cardionovum Sp.z, при което матрицата на изделието не е Butyryl-tri-hexyl citrate (ВТНС), каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт LegFlow 0,018"; Cardionovum Sp.z за номенклатурна единица № 169 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт LegFlow 0,018"; Cardionovum Sp.z за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което матрицата на изделието не е Butyryl-tri-hexyl citrate (ВТНС), каквото е изискването на Възложителя.

3.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII**, медицинско изделие под търговско наименование LegFlow 0,014"; Cardionovum Sp.z, при което дозата на медикамента е 3.0 µg на мм², а не 2.0 µg на мм², каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт LegFlow 0,014"; Cardionovum Sp.z за номенклатурна единица № 170 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт LegFlow 0,014"; Cardionovum Sp.z за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което дозата на медикамента е 3.0 µg на мм², а не 2.0 µg на мм², каквото е изискването на Възложителя.

3.9. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, медицинско изделие за което не е представена оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия. Съгласно изискванията на Възложителя в документацията за участие /Изисквания към участниците/ и в обявлението на обществената поръчка към предложението за изпълнение на поръчката, участниците задължително следва да представят оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от

производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 172.

3.10. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III**, медицинско изделие за което не е представена оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия. Съгласно изискванията на Възложителя в документацията за участие /Изисквания към участниците/ и в обявлението на обществената поръчка към предложението за изпълнение на поръчката, участниците задължително следва да представят оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 176.

3.11. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII**, медицинско изделие под търговско BeSmooth; Bentley InnoMed GmbH, при което липсва покритие Hydro Pass™ на дисталните 30 - 40 см, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BeSmooth; Bentley InnoMed GmbH за номенклатурна единица № 181 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт BeSmooth; Bentley InnoMed GmbH за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие Hydro Pass™ на дисталните 30 - 40 см, каквото е изискването на Възложителя.

3.12. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I**, медицинско изделие под търговско наименование BeGraft peripheral; Bentley InnoMed GmbH, който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 189 - **Периферен стент графт тип II**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие. Предлаганият от участникът продукт BeGraft peripheral; Bentley InnoMed GmbH за номенклатурна единица № 188 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт BeGraft peripheral; Bentley InnoMed GmbH не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. BeGraft peripheral;

Bentley InnoMed GmbH отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 189 - **Периферен стент графт тип II**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

3.13. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Vecchio; cNovate, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Vecchio; cNovate за номенклатурна единица № 213 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Vecchio; cNovate за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя.

3.14. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III**, медицинско изделие под търговско наименование Scoreflex; Orbus Neich Medical BV, при което липсва три спирали, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Scoreflex; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 215 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Scoreflex; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

3.15. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X**, медицинско изделие под търговско наименование SapphireNC; Orbus Neich Medical BV, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт SapphireNC; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 222 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование SapphireNC; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е

предложил медицинско изделие, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя.

3.16. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** медицинско изделие под търговско наименование Restore; Cardionovum Sp.z o.o, при което липсват Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Restore; Cardionovum Sp.z o.o за номенклатурна единица № 224 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Restore; Cardionovum Sp.z o.o за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя.

3.17. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** медицинско изделие, за което не е представена оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

Съгласно изискванията на Възложителя в документацията за участие /Изисквания към участниците/ и в обявлението на обществената поръчка към предложението за изпълнение на поръчката, участниците задължително следва да представят оторизация от производителя или официален представител на производителя за предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 225.

3.18. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Azule; Orbus Neich Medical BV, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и липсва дължина 22 мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Azule; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 227 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** включена в обособена група 14, **поради**

следните МОТИВИ: Предлаганият от участникът продукт наименование Azure; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и липсва дължина 22 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

3.19. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I**, медицинско изделие под търговско наименование Xlimus; Cardionovum Sp.z o.o, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Xlimus; Cardionovum Sp.z o.o за номенклатурна единица № 229 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование Xlimus; Cardionovum Sp.z o.o за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя.

3.20. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф**, медицинско изделие под търговско наименование BeGraft coronary; Bentley InnoMed, при което има разлика в номиналното налягане от изискваното, както и липсва покритие пасивно: силиконов карбид каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BeGraft coronary; Bentley InnoMed за номенклатурна единица № 233 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BeGraft coronary; Bentley InnoMed за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което има разлика в номиналното налягане от изискваното, както и липсва покритие пасивно: силиконов карбид, каквито са изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Новимед Кардио“ ЕООД за номенклатурни единици с №№ 20, 22, 24, 112, 155, 165, 169, 170, 172, 176, 181, 188, 213, 215, 222, 224, 225, 227, 229 и 233, да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурни единици не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

4. По отношение на техническото предложение на участника „Софарма Трейдинг“ АД, комисията установи:

4.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 54 - **Ангиографски диагностичен катетър тип IV**, медицинско изделие под търговско наименование ДИАГ.КАТЕТЪР Infini/ST+ x1 534***/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсват криви, Cobra и Berenstein, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ДИАГ.КАТЕТЪР Infini/ST+ x1 534***/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 54 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 54 - **Ангиографски диагностичен катетър тип IV** включена в обособена група 6, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ДИАГ.КАТЕТЪР Infini/ST+ x1 534***/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 54 - **Ангиографски диагностичен катетър тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват криви, Cobra и Berenstein, каквото е изискването на Възложителя.

4.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 58 - **Въвеждащ коронарен катетър тип I**, медицинско изделие под търговско наименование ВОД.КАТ ADROIT/ JOHNSON & JOHNSON DOO, при което липсва Vest-Tech Nylon технология, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ ADROIT/ JOHNSON & JOHNSON DOO за номенклатурна единица № 58 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 58 - **Въвеждащ коронарен катетър тип I** включена в обособена група 7, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ ADROIT/ JOHNSON & JOHNSON DOO за номенклатурна единица № 58 - **Въвеждащ коронарен катетър тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Vest-Tech Nylon технология, каквото е изискването на Възложителя.

4.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 60 - **Въвеждащ коронарен катетър тип III**, медицинско изделие под търговско наименование ВОД.КАТ Vista Brite Tip / JOHNSON & JOHNSON DOO, при което липсва Zone- технология, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ Vista Brite Tip / JOHNSON & JOHNSON DOO за номенклатурна единица № 60 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 60 - **Въвеждащ коронарен катетър тип III** включена в обособена група 7, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ

Vista Brite Tip / JOHNSON & JOHNSON DOO за номенклатурна единица № 60 - **Въвеждащ коронарен катетър тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Zone-технология, каквото е изискването на Възложителя.

4.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 121 - **Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп**, медицинско изделие под търговско наименование УСТР.СЪДОВО ЗАТВАРЯНЕ EXOSEAL/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсват 8F, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт УСТР.СЪДОВО ЗАТВАРЯНЕ EXOSEAL/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 121 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 121 - **Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп** включена в обособена група 8, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт УСТР.СЪДОВО ЗАТВАРЯНЕ EXOSEAL/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 121 - **Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 8F, каквото е изискването на Възложителя.

4.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование БАЛОН POWERFLEX/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсва размер 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт БАЛОН POWERFLEX/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 155 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт БАЛОН POWERFLEX/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва размер 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя.

4.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII**, медицинско изделие под търговско наименование БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON, като продуктът не е с RBP: до 27 атм, каквото е изискването на Възложителя, а е с RBP до 18 атм. Т.е. Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 165 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ

POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 165 - Балон тип XII не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с RBP: до 27 атм, каквото е изискването на Възложителя, а е с RBP до 18 атм.

4.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 166 - Балон тип XIII, медицинско изделие под търговско наименование БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON, като продуктът не е RX, каквото е изискването на Възложителя, а е OTW. Т.е. Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 166 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 166 - Балон тип XIII включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 166 - Балон тип XIII не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е RX, каквото е изискването на Възложителя, а е OTW.

4.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 167 - Балон тип XIV, медицинско изделие под търговско наименование БАЛОН SABER / JOHNSON & JOHNSON, като продуктът не е RX, каквото е изискването на Възложителя, а е OTW, както и липсва M-coat покритие. Т.е. Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 167 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 167 - Балон тип XIV включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт БАЛОН SABER / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 167 - Балон тип XIV не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е RX, каквото е изискването на Възложителя, а е OTW, както и липсва M-coat покритие.

4.9. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 181 - Периферен стент тип VIII, медицинско изделие под търговско наименование Стент PALMAZ GENESIS/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсва покритие Hydro Pass™ на дисталните 30 – 40 см, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Стент PALMAZ GENESIS/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 181 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 181 - Периферен стент тип VIII включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Стент PALMAZ

GENESIS/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие Hydro Pass™ на дисталните 30 – 40 см, каквото е изискването на Възложителя.

4.10. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV**, медицинско изделие под търговско наименование СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 187 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя.

4.11. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I**, медицинско изделие под търговско наименование СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON, което не е ендопротеза, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 188 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е ендопротеза, каквото е изискването на Възложителя.

4.12. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 192 - **Каротиден стент тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON, който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 191 - **Каротиден стент тип I**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие. Предлаганият от участникът продукт Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 192 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 192 - **Каротиден стент тип II** включена в обособена група 11, **поради**

следните МОТИВИ: Предлаганият от участникът продукт Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 192 - **Каротиден стент тип II** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 191 - **Каротиден стент тип I**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

4.13. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 197 - **Периферен водач тип I**, медицинско изделие под търговско наименование ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON, при което липсват дължина 195 см и е с диаметър на водача: 035", а не 018", каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 197 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 197 - **Периферен водач тип I** включена в обособена група 12, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 197 - **Периферен водач тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 195 см и е с диаметър на водача: 035", а не 018", каквито са изискванията на Възложителя.

4.14. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II**, медицинско изделие под търговско наименование ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON, при което липсват дължина 182 см и е с диаметър на водача: 035", а не 014", каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 198 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** включена в обособена група 12, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 182 см и е с диаметър на водача: 035", а не 014", каквито са изискванията на Възложителя.

4.15. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 201 - **Периферен водач тип VII**, медицинско изделие под търговско наименование ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON, при което липсват дължина 195 см и е с диаметър на водача: 035", а не 018", каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 201 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП

участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 201 - **Периферен водач тип VII** включена в обособена група 12, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 201 - **Периферен водач тип VII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 195 см и е с диаметър на водача: 035", а не 018", каквито са изискванията на Възложителя.

4.16. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III**, медицинско изделие под търговско наименование БАЛОН EMPIRA/ JOHNSON & JOHNSON, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт БАЛОН EMPIRA/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 215 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование БАЛОН EMPIRA/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 215 - **РТСА балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис *„Предлагани ценови параметри“* на участника **„Софарма Трейдинг“ АД** за номенклатурни единици с №№ 54, 58, 60, 121, 155, 165, 166, 167, 181, 187, 188, 192, 197, 198, 201 и 215, да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

5. По отношение на техническото предложение на участника **„Вега Медикал“ ЕООД**, комисията установи:

5.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование AdvanceMicro14 / COOK Medical, при което липсват размер 4 мм и дължина 220 мм, каквито са изискванията на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт AdvanceMicro14 / COOK Medical за номенклатурна единица № 155 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт AdvanceMicro14 / COOK Medical за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените

условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват размер 4 мм и дължина 220 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

5.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 162 - **Балон тип IX**, медицинско изделие под търговско наименование Advance35 /COOK Medical, който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 157 - **Балон тип III**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

Предлаганият от участникът продукт Advance35 /COOK Medical за номенклатурна единица № 162 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 162- **Балон тип IX** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Advance35 /COOK Medical не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 162 - **Балон тип IX** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Advance35 /COOK Medical отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 157 - **Балон тип III**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

5.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 163 - **Балон тип X**, медицинско изделие под търговско наименование Advance18 /COOK Medical, при което липсва диаметър 2 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Advance18 /COOK Medical за номенклатурна единица № 163 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 163 - **Балон тип X** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Advance18 /COOK Medical за номенклатурна единица № 163 - **Балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва диаметър 2 мм, каквото е изискването на Възложителя.

5.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 164 - **Балон тип XI**, медицинско изделие под търговско наименование AdvanceMicro14 /COOK Medical, при което липсва диаметър 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт AdvanceMicro14 /COOK Medical за номенклатурна единица № 164 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 164 - **Балон тип XI** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт AdvanceMicro14 /COOK Medical за номенклатурна единица № 164 - **Балон тип XI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва диаметър 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя.

5.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII**, медицинско изделие под търговско наименование BioPath35 / Biosensors, който отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие. Предлаганият от участникът продукт BioPath35 / Biosensors за номенклатурна единица № 169 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт BioPath35 / Biosensors не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. BioPath35 / Biosensors отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

5.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII**, медицинско изделие под търговско наименование BioPath14 / Biosensors, при което доза на медикамента е 3.0 μg на mm^2 , а не 2.0 μg на mm^2 , каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioPath14 / Biosensors за номенклатурна единица № 170 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт BioPath14 / Biosensors за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което доза на медикамента е 3.0 μg на mm^2 , а не 2.0 μg на mm^2 , каквото е изискването на Възложителя.

5.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 171 - **Балон тип XVIII**, медицинско изделие под търговско наименование BioPath14 / Biosensors, при което доза на медикамента е 3.0 μg на mm^2 , а не 2.0 μg на mm^2 , както и липсва дължина на катетрите 90 см, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioPath14 / Biosensors за номенклатурна единица № 171 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 171 - **Балон тип XVIII** включена в обособена група 10, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт BioPath14 / Biosensors за номенклатурна единица № 171 - **Балон тип XVIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което доза на медикамента е 3.0 μg на mm^2 , а не 2.0 μg на mm^2 , както и липсва дължина на катетрите 90 см, каквито са изискванията на Възложителя.

5.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 174 - **Периферен стент тип I**, медицинско изделие под търговско Formula535/COOK Medical, при което липсва покритие: ProBio, както и липсва размер 56 мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Formula535/COOK Medical за номенклатурна единица № 174 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 174 - **Периферен стент тип I** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Formula535/COOK Medical за номенклатурна единица № 174 - **Периферен стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, както и липсва размер 56 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

5.9. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 175 - **Периферен стент тип II**, медицинско изделие под търговско Formula414/COOK Medical, при което липсва покритие: ProBio, както и липсва дължина 19 мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Formula414/COOK Medical за номенклатурна единица № 175 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 175 - **Периферен стент тип II** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Formula414/COOK Medical за номенклатурна единица № 175 - **Периферен стент тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, както и липсва дължина 19 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

5.10. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III**, медицинско изделие под търговско ZilverFlex35/COOK Medical, при което липсва покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 176 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя.

5.11. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 178 - **Периферен стент тип V**, медицинско изделие под търговско ZilverFlex35/COOK

Medical, при което липсва покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 178 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 178 - **Периферен стент тип V** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 178 - **Периферен стент тип V** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя.

5.12. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII**, медицинско изделие под търговско Formula535/COOK Medical, при което липсва дължина на системата за доставка 75 см, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Formula535/COOK Medical за номенклатурна единица № 181 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Formula535/COOK Medical за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина на системата за доставка 75 см, каквото е изискването на Възложителя.

5.13. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV**, медицинско изделие под търговско ZilverFlex35/COOK Medical, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 187 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** включена в обособена група 11, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя.

5.14. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Roadrunner Uniglide / COOK Medical, при което липсва дължина 182 см, каквото е

изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Roadrunner Uniglide / COOK Medical за номенклатурна единица № 198 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** включена в обособена група 12, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Roadrunner Uniglide / COOK Medical за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 182 см, каквото е изискването на Възложителя.

5.15. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Powerline / Biosensors, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Powerline / Biosensors за номенклатурна единица № 213 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Powerline / Biosensors за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя.

5.16. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I**, медицинско изделие под търговско наименование BioStream / COOK Medical, при което липсват Hupotube EFT (Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 224 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват Hupotube EFT (Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя.

5.17. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II**, медицинско изделие под търговско

наименование BioStream / COOK Medical, при което липсва Paclitaxel 2,5mg/mm², каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 225 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Paclitaxel 2,5mg/mm², каквото е изискването на Възложителя.

5.18. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 226 - **Медикамент излъчващ балон тип III**, медицинско изделие под търговско наименование BioStream / COOK Medical, при което липсват дължина 8 и 12 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 226 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 226 - **Медикамент излъчващ балон тип III** включена в обособена група 13, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 226 - **Медикамент излъчващ балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 8 и 12 мм, каквото е изискването на Възложителя.

5.19. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 230 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип II**, медицинско изделие под търговско наименование BioMatrix NeoFlex / Biosensors, което е от материал: кобалт-хром, а не платина – хром, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioMatrix NeoFlex / Biosensors за номенклатурна единица № 230 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 230 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип II** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioMatrix NeoFlex / Biosensors за номенклатурна единица № 230 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е от материал: кобалт-хром, а не платина – хром, каквото е изискването на Възложителя.

5.20. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 231 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип III**, медицинско изделие под

търговско наименование BioFreedom/Biosensors, при което медикамента на излъчване не е еверолимус, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioFreedom/Biosensors за номенклатурна единица № 231 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 231 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип III** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioFreedom/Biosensors за номенклатурна единица № 231 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което медикамента на излъчване не е еверолимус, каквото е изискването на Възложителя.

5.21. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV**, медицинско изделие под търговско наименование BioMatrix NeoFlex / Biosensors, при което медикамента на излъчване не е сиролимус, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт BioMatrix NeoFlex / Biosensors за номенклатурна единица № 232 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** включена в обособена група 14, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование BioMatrix NeoFlex / Biosensors за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което медикамента на излъчване не е сиролимус, каквото е изискването на Възложителя.

5.22. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 241 - **Емболизационни партикули тип I**, медицинско изделие под търговско наименование PVA/COOK Medical, при което липсва размер 45 микрона, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт PVA/COOK Medical за номенклатурна единица № 241 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 241 - **Емболизационни партикули тип I** включена в обособена група 16, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт наименование PVA/COOK Medical за номенклатурна единица № 241 - **Емболизационни партикули тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва размер 45 микрона, каквото е изискването на Възложителя.

5.23. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 242 - **Емболизационни партикули тип II**, медицинско изделие под търговско наименование PVA/COOK Medical, при което размера е 1000 - 1400 микрона, а не 1000 - 1180 микрона, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт PVA/COOK Medical за номенклатурна единица № 242 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 242 - **Емболизационни партикули тип II** включена в обособена група 16, поради следните **МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт наименование PVA/COOK Medical за номенклатурна единица № 242 - **Емболизационни партикули тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което размера е 1000 - 1400 микрона, а не 1000 - 1180 микрона, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлаганата цена в Плика с надпис *„Предлагани ценови параметри“* на участника **„Вега Медикал“** ЕООД за номенклатурни единици с №№ 155, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 178, 181, 187, 198, 213, 224, 225, 226, 230, 231, 232, 241 и 242, да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

6. По отношение на техническото предложение на участника **„Фарматекс Медикъл“** ЕООД, комисията установи:

6.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI**, медицинско изделие под търговско наименование Prelude / Мерит Медикъл САЩ, при което липсва дължина 90 см, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Prelude / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 147 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-201/12.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** включена в обособена група 9, поради следните **МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Prelude / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 90 см, каквото е изискването на Възложителя.

6.2 Участникът е предложил за номенклатурна единица № 199 - **Периферен водач тип III**, медицинско изделие под търговско наименование Merit Laureate / Мерит Медикъл САЩ, при което липсва дължина 195 см и е с диаметър на водача: 018", а не 014", каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Merit Laureate / Мерит Медикъл САЩ за

номенклатурна единица № 199 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-201/12.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 199 - **Периферен водач тип III** включена в обособена група 12, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Merit Laureate / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 199 - **Периферен водач тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 195 см и е с диаметър на водача: 018", а не 014", каквито са изискванията на Възложителя.

6.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 236 - **Микрокатетър за емболизация тип II**, медицинско изделие под търговско наименование Embocath Plus / Мерит Медикъл САЩ, при което липсва дължина 105 см, както и е с наличен в HI -Flow 0,028 ", а не 0,027 ", каквото е изискването на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт Embocath Plus / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 236 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-201/12.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 236 - **Микрокатетър за емболизация тип II** включена в обособена група 15, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Embocath Plus / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 236 - **Микрокатетър за емболизация тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 105 см, както и е с наличен в HI -Flow 0,028 ", а не 0,027 ", каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис *„Предлагани ценови параметри“* на участника **„Фарматекс Медикъл“** ЕООД за номенклатурни единици с №№ 147, 199 и 236, да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

7. По отношение на техническото предложение на участника **„Интерагро - 90“** ЕООД, комисията установи:

7.1 Участникът е предложил за номенклатурна единица № 279 - **VVIR комплект**, медицинско изделие под търговско наименование Sensia SR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan, при което няма 4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки, електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя. **Т.е.** Предлаганият от участникът продукт Sensia SR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 279 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-208/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 279 - **VVIR комплект** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Sensia SR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 279 - **VVIR комплект** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което няма 4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки, електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя.

7.2 Участникът е предложил за номенклатурна единица № 281 - **DDDR комплект**, медицинско изделие под търговско наименование Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan, при което електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 53 см./60 см. и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 281 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-208/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 281 - **DDDR комплект** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 281 - **DDDR комплект** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 53см./60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя.

7.3 Участникът е предложил за номенклатурна единица № 283 - **DDDR комплект**, медицинско изделие под търговско наименование Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan, при което електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 53 см./60 см. и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 283 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-208/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 283 - **DDDR комплект** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 283 - **DDDR комплект** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 53см./60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя.

7.4 Участникът е предложил за номенклатурна единица № 288 - **ICD Еднокухинно в комплект с електрод**, медицинско изделие под търговско наименование PROTECTA VR + SPRINT QUATTRO SECURE/S/MRI, Medtron, при

което няма възможност да се програмират до 8 шока във всяка зона, електродите не са с фрактална структура и не са с дължина 65 и 75 см., както и не е с max.20 завъртания до пълно отваряне на спиралата от 1,8мм, каквито са изискванията на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт PROTECTA VR + SPRINT QUATTRO SECURE/S/MRI, Medtronic за номенклатурна единица № 288 не отговаря на техническото задание на Възложителя.

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-208/18.04.2017 г. от участие за номенклатурна единица № 288 - **ICD Еднокухинно в комплект с електрод** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт PROTECTA VR + SPRINT QUATTRO SECURE/S/MRI, Medtronic за номенклатурна единица № 288 - **ICD Еднокухинно в комплект с електрод** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което няма възможност да се програмират до 8 шока във всяка зона, електродите не са с фрактална структура и не са с дължина 65 и 75 см., както и не е с max.20 завъртания до пълно отваряне на спиралата от 1,8мм, каквито са изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис **„Предлагани ценови параметри“** на участника **„Интерагро - 90“** ЕООД за номенклатурни единици с №№ 279, 281, 283 и 288, да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

Комисията констатира, че техническата спецификация на всички останали участници по обособени групи и номенклатурни единици отговарят на изискванията на възложителя.

Резултатите от техническите предложения за доставка на медицински изделия по обособени групи са подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от Протокол № 2.

След извършване на действията по чл. 54, ал.9 и чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията констатира, че офертите на всички участници (освен за посочените по горе номенклатурни единици) по обособени групи и обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя, като следва те да бъдат допуснати до оценяване и класиране за съответните номенклатурни единици, за които отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие.

Въз основа на констатираното на етап разглеждане на технически предложения и след установяване на съответствието им с изискванията на възложителя, комисията реши следващото открито заседание да се състои на 09.06.2017 г.(петък) от 09,00 часа, когато ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения на допуснатите участници.

В изпълнение на разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача, че отварянето на ценовите предложения ще се проведе на 09.06.2017 г. от 09,00 часа в Заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД. Съобщението за оповестяване на ценовите предложения да бъде

публикувано на 06.06.2017г. в Профила на купувача на адрес:
<https://mobaltarnovo.nit.bg/proceduri-po-zop/invazivna-2017/>.

Комисията приключи работата си в настоящото заседание в 14:30 часа на
05.06.2017 г.

КОМИ

Председател

(Д-р Галина Гарева)

Членове:

1. (д-р Сибила Маринова)

2. (д-р Александър Александров)

3. (Д-р Мирослав Ганев)

4. (Силвия Дечева)

Заложена
информация
по сл. 2
от
3312

21. 2 от
3312