

МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

№ 215 / 04.07.2017 г.

За определяне на изпълнител чрез открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“

На основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.108,т.1, във връзка с чл.109 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и след запознаване с доклада по чл.103, ал.3 от ЗОП за дейността на комисия, назначена със Заповед № 108/19.04.2017 г.за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“, публикувана в Регистъра на обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки под номер 00052-2017-0001

РЕШИХ :

**I. УТВЪРЖДАВАМ** Доклада по чл.103, ал.3 от 03.07.2017 г. и Протокол №1 от 19.04.2017г. – 05.05.2017г., Протокол № 2 от 10.05.2017г. – 05.06.2017г. и Протокол № 3 от 09.06.2017г. – 03.07.2017г. от дейността на комисия, назначена със заповед № 16/13.01.2017г. на Изпълнителния директор.

**II. ОТСТРАНЯВАМ** от участие в процедурата участници и оферти по отделни позиции както следва:

1. Участникът „Алекс 01“ ЕООД, подал оферта с вх. № 47-210/18.04.2017 г., на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП за номенклатурни единици с №№ 1, 49, 52, 147, 155, 215, 222, 227 и 229, поради следните **МОТИВИ**:

1.1. За номенклатурна единица № 1 - **Коронарен дилатационен водач Тип I**- Предлаганият от участникът продукт FALCON - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 1 - **Коронарен дилатационен водач Тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е водещ катетър, а не водач.

1.2. За номенклатурна единица № 49 - **Сетове за трансфеморален достъп тип II** - Предлаганият от участникът продукт RadialStat - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 49 - **Сетове за трансфеморален достъп тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват исканите от Възложителя дължини 70, 100 и 160 мм.

1.3. За номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** - Предлаганият от участникът продукт Osprey - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което няма исканите от Възложителя 4 Fr катетри.

1.4. За номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** - Предлаганият от участникът продукт RadialStat - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е феморално дезиле и липсва 90 см дължина, каквито са изискванията на Възложителя.

1.5. За номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** - Предлаганият от участникът продукт Cathy 4 - Translumina-Germany за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 220 мм, каквото е изискването на Възложителя.

1.6. За номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** - Предлаганият от участникът продукт наименование HAWK - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

1.7. За номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** - Предлаганият от участникът продукт наименование HAWK STO - Umbra Medical-USA за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя.

1.8. За номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** - Предлаганият от участникът продукт наименование Yukon CC - Translumina-Germany за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя.

1.9. За номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** - Предлаганият от участникът продукт наименование Yukon Choice PC - Translumina -Germany за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което

липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратовете 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя.

2. Участникът „Б.Браун Медикал“ ЕООД, подал оферта с вх. № 47-216/18.04.2017 г. на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП за номенклатурни единици с №№ 5, 52, 62, 169, 176, 187, 212, 213, 215, 222, 224, 225, 229, 232, 233 и 234, поради следните **МОТИВИ**:

2.1. За номенклатурна единица № 5 - **Коронарен дилатационен водач Тип V** - Предлаганият от участникът продукт Navitas; Brivant LTD не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 5 - **Коронарен дилатационен водач Тип V** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Navitas; Brivant LTD отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 14 - **Коронарен дилатационен водач Тип XIV**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

2.2. За номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** - Предлаганият от участникът продукт Angiographic Catheter; PendraCare за номенклатурна единица № 52 - **Ангиографски диагностичен катетър тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което няма исканите от Възложителя две разновидности на IM.

2.3. За номенклатурна единица № 62 - **Диагностичен коронарен катетър тип V**- Предлаганият от участникът продукт Serpia; PendraCare International B.V. за номенклатурна единица № 62 - **Диагностичен коронарен катетър тип V** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което вътрешния диаметър на посочения продукт е 0,071", а не 0,072" , каквото е изискването на Възложителя.

2.4. За номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI**- Предлаганият от участникът продукт SeQuent Please OTW; B. Braun, Melsungen AG не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. SeQuent Please OTW; B. Braun, Melsungen AG отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

2.5. За номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III**- Предлаганият от участникът продукт Vascuflex; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя.

2.6. За номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** - Предлаганият от участникът продукт Vascuflex; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя.

2.7. За номенклатурна единица № 212 - **PTCA балон тип I** - Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 212 - **PTCA балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дизайн на shaft: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), каквото е изискването на Възложителя.

2.8. За номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** - Предлаганият от участникът продукт SeQuent Neo; B. Braun Melsungen за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което материал на балона не е SCP(semi crystalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя.

2.9. За номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** - Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

2.10. За номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** - Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя.

2.11. За номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** - Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя.

2.12. За номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** - Предлаганият от участникът продукт наименование SeQuent Please Neo; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Paclitaxel 2,5mg/mm<sup>2</sup>, каквото е изискването на Възложителя.

2.13. За номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** - Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените

условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и липсва дължина 13 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

**2.14.** За номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** - Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват биоабсорбиращо покритие от PLGA - полилактид и полигликолид 50/50%, каквито са изискванията на Възложителя.

**2.15.** За номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф** - Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е стент граф, каквото е изискването на Възложителя.

**2.16.** За номенклатурна единица № 234 - **Резорбиращо се коронарно скеле** - Предлаганият от участникът продукт наименование Coroflex ISAR; B. Braun Melsungen AG за номенклатурна единица № 234 - **Резорбиращо се коронарно скеле** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е резорбируемо магнезиево скеле, каквото е изискването на Възложителя.

3. Участникът „Новимед Кардио“ ЕООД, подал оферта с вх. № 47-215/18.04.2017 г. на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП за номенклатурни единици с №№ 20, 22, 24, 112, 155, 165, 169, 170, 172, 176, 181, 188, 213, 215, 222, 224, 225, 227, 229 и 233, поради следните **МОТИВИ**:

**3.1.** За номенклатурна единица № 20 - **Специален катетър тип II** - Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 20.

**3.2.** За номенклатурна единица № 22 - **Специален катетър тип IV** - Предлаганият от участникът продукт Xtract, SIS Medical, Switzerland за номенклатурна единица № 22 - **Специален катетър тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е с метален стилет, което не кореспондира с техническата спецификация за катетъра.

**3.3.** За номенклатурна единица № 24 - **Коронарен микрокатетър тип II** - Предлаганият от участникът продукт Nhancer RX, IMDS Operations B.V., The Netherlands за номенклатурна единица № 24 - **Коронарен микрокатетър тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил

медицинско изделие, който маркерът е от платина/иридий, а не от злато и липсва дължина 140 см, каквито са изискванията на Възложителя.

3.4. За номенклатурна единица № 112 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза** - Предлаганият от участникът продукт Seal one; Perouse Medical France за номенклатурна единица № 112 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с раздуване с въздух, каквото е изискването на Възложителя.

3.5. За номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** - Предлаганият от участникът продукт Milvus; Conic Vascular Technology за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва размер 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя.

3.6. За номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII** - Предлаганият от участникът продукт Milvus plus; Conic Vascular за номенклатурна единица № 165 - **Балон тип XII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва диаметър 3 мм, каквото е изискването на Възложителя.

3.7. За номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI** - Предлаганият от участникът продукт LegFlow 0,018"; Cardionovum Sp.z за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което матрицата на изделието не е Butyryl-tri-hexyl citrate (ВТНС), каквото е изискването на Възложителя.

3.8. За номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** - Предлаганият от участникът продукт LegFlow 0,014"; Cardionovum Sp.z за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което дозата на медикамента е 3.0  $\mu\text{g}$  на  $\text{mm}^2$ , а не 2.0  $\mu\text{g}$  на  $\text{mm}^2$ , каквото е изискването на Възложителя.

3.9. За номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX** - Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 172.

3.10. За номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** - Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно **не е представена оторизация** от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 176.

3.11. За номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** - Предлаганият от участникът продукт BeSmooth; Bentley InnoMed GmbH за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** не отговаря на

техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие Hydro Pass™ на дисталните 30 - 40 см, каквото е изискването на Възложителя.

**3.12.** За номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I** - Предлаганият от участникът продукт BeGraft peripheral; Bentley InnoMed GmbH не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 188 - **Периферен стент графт тип I** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. BeGraft peripheral; Bentley InnoMed GmbH отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 189 - **Периферен стент графт тип II**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

**3.13.** За номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** - Предлаганият от участникът продукт Vecchio; cNovate за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което материал на балона не е SCP(semi crystalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя.

**3.14.** За номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** - Предлаганият от участникът продукт наименование Scoreflex; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

**3.15.** За номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** - Предлаганият от участникът продукт наименование SapphireNC; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 222 - **PTCA балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва хидрофилно покритие на балона M-coat II, каквото е изискването на Възложителя.

**3.16.** За номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** - Предлаганият от участникът продукт наименование Restore; Cardionovum Sp.z o.o за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя.

**3.17.** За номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** - Предлаганият от участникът продукт не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно не е представена оторизация от производителя или официален представител на производителя за медицинско изделие по номенклатурна единица № 225.

**3.18.** За номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** - Предлаганият от участникът продукт наименование Azule; Orbus Neich Medical BV за номенклатурна единица № 227 - **Коронарен стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително

обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и липсва дължина 22 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

**3.19.** За номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** - Предлаганият от участникът продукт наименование Xlimus; Cardionovum Sp.z o.o за номенклатурна единица № 229 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: PROBIO /силиконов карбид/, както и няма дебелина на стратозетите 0,0024, каквито са изискванията на Възложителя.

**3.20.** За номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф** - Предлаганият от участникът продукт наименование BeGraft coronary; Bentley InnoMed за номенклатурна единица № 233 - **Коронарен стент граф** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което има разлика в номиналното налягане от изискваното, както и липсва покритие пасивно: силиконов карбид, каквито са изискванията на Възложителя.

**4.** Участникът „Софарма Трейдинг“ АД, подал оферта с вх. № 47-207/18.04.2017 г. на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП за номенклатурни единици с №№ 54, 58, 60, 121, 155, 165, 166, 167, 181, 187, 188, 192, 197, 198, 201 и 215, поради следните **МОТИВИ**:

**4.1.** За номенклатурна единица № 54 - **Ангиографски диагностичен катетър тип IV** - Предлаганият от участникът продукт ДИАГ.КАТЕТЪР Infini/ST+ x1 534\*\*\*/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 54 - **Ангиографски диагностичен катетър тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват криви, Cobra и Berenstein, каквото е изискването на Възложителя.

**4.2.** За номенклатурна единица № 58 - **Въвеждащ коронарен катетър тип I** - Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ ADROIT/ JOHNSON & JOHNSON DOO за номенклатурна единица № 58 - **Въвеждащ коронарен катетър тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Vest-Tech Nylon технология, каквото е изискването на Възложителя.

**4.3.** За номенклатурна единица № 60 - **Въвеждащ коронарен катетър тип III** - Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ Vista Brite Tip / JOHNSON & JOHNSON DOO за номенклатурна единица № 60 - **Въвеждащ коронарен катетър тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Zone- технология, каквото е изискването на Възложителя.

**4.4.** За номенклатурна единица № 121 - **Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп** - Предлаганият от участникът продукт УСТР.СЪДОВО



ЗАТВАРЯНЕ EXOSEAL/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 121 - Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 8F, каквото е изискването на Възложителя.

4.5. За номенклатурна единица № 155 - Балон тип I - Предлаганият от участникът продукт БАЛОН POWERFLEX/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 155 - Балон тип I не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва размер 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя.

4.6. За номенклатурна единица № 165 - Балон тип XII - Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 165 - Балон тип XII не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с RBP: до 27 атм, каквото е изискването на Възложителя, а е с RBP до 18 атм.

4.7. За номенклатурна единица № 166 - Балон тип XIII - Предлаганият от участникът продукт БАЛОН КАТЕТ POWERFLEXPRO/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 166 - Балон тип XIII не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е RX, каквото е изискването на Възложителя, а е OTW.

4.8. За номенклатурна единица № 167 - Балон тип XIV - Предлаганият от участникът продукт БАЛОН SABER / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 167 - Балон тип XIV не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е RX, каквото е изискването на Възложителя, а е OTW, както и липсва M-coat покритие.

4.9. За номенклатурна единица № 181 - Периферен стент тип VIII - Предлаганият от участникът продукт Стент PALMAZ GENESIS/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 181 - Периферен стент тип VIII не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие Hydro Pass™ на дисталните 30 - 40 см, каквото е изискването на Възложителя.

4.10. За номенклатурна единица № 187 - Периферен стент тип XIV - Предлаганият от участникът продукт СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 187 - Периферен стент тип XIV не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя.

4.11. За номенклатурна единица № 188 - Периферен стент графт тип I - Предлаганият от участникът продукт СТЕНТ SMART/ JOHNSON & JOHNSON не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 188 - Периферен стент графт тип I и съответно не отговаря на предварително обявените условия

на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е ендопротеза, каквото е изискването на Възложителя.

**4.12.** За номенклатурна единица № 192 - **Каротиден стент тип II** - Предлаганият от участникът продукт Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 192 - **Каротиден стент тип II** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 191 - **Каротиден стент тип I**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

**4.13.** За номенклатурна единица № 197 - **Периферен водач тип I** - Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 197 - **Периферен водач тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 195 см и е с диаметър на водача: 035", а не 018", каквито са изискванията на Възложителя.

**4.14.** За номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** - Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 182 см и е с диаметър на водача: 035", а не 014", каквито са изискванията на Възложителя.

**4.15.** За номенклатурна единица № 201 - **Периферен водач тип VII** - Предлаганият от участникът продукт ВОДАЧ Storq / JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 201 - **Периферен водач тип VII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 195 см и е с диаметър на водача: 035", а не 018", каквито са изискванията на Възложителя.

**4.16.** За номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** - Предлаганият от участникът продукт наименование БАЛОН EMPIRA/ JOHNSON & JOHNSON за номенклатурна единица № 215 - **PTCA балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Scoring element: нитинолов, три спирали, каквото е изискването на Възложителя.

**5.** Участникът „Вега Медикал“ ЕООД, подал оферта с вх. № 47-217/18.04.2017 г., на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП за номенклатурни единици с №№ 155, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 178, 181, 187, 198, 213, 224, 225, 226, 230, 231, 232, 241 и 242, поради следните **МОТИВИ:**

**5.1.** За номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** - Предлаганият от участникът продукт AdvanceMicro14 / COOK Medical за номенклатурна единица № 155 - **Балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват размер 4 мм и дължина 220 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

5.2. За номенклатурна единица № 162 - **Балон тип IX** - Предлаганият от участникът продукт Advance35 /COOK Medical не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 162 - **Балон тип IX** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Advance35 /COOK Medical отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 157 - **Балон тип III**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

5.3. За номенклатурна единица № 163 - **Балон тип X**- Предлаганият от участникът продукт Advance18 /COOK Medical за номенклатурна единица № 163 - **Балон тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва диаметър 2 мм, каквото е изискването на Възложителя.

5.4. За номенклатурна единица № 164 - **Балон тип XI** - Предлаганият от участникът продукт AdvanceMicro14 /COOK Medical за номенклатурна единица № 164 - **Балон тип XI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва диаметър 1,5 мм, каквото е изискването на Възложителя.

5.5. За номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII** - Предлаганият от участникът продукт BioPath35 / Biosensors не отговаря на техническото задание за номенклатурна единица № 169 - **Балон тип XVII** и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. BioPath35 / Biosensors отговаря на техническото задание на Възложителя за номенклатурна единица № 172 - **Балон тип XIX**, за която участникът е участвал със същото медицинско изделие.

5.6. За номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** - Предлаганият от участникът продукт BioPath14 / Biosensors за номенклатурна единица № 170 - **Балон тип XVII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което доза на медикамента е 3.0 µg на мм<sup>2</sup>, а не 2.0 µg на мм<sup>2</sup>, каквото е изискването на Възложителя.

5.7. За номенклатурна единица № 171 - **Балон тип XVIII** - Предлаганият от участникът продукт BioPath14 / Biosensors за номенклатурна единица № 171 - **Балон тип XVIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което доза на медикамента е 3.0 µg на мм<sup>2</sup>, а не 2.0 µg на мм<sup>2</sup>, както и липсва дължина на катетрите 90 см, каквито са изискванията на Възложителя.

5.8. За номенклатурна единица № 174 - **Периферен стент тип I** - Предлаганият от участникът продукт Formula535/COOK Medical за номенклатурна единица № 174 - **Периферен стент тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, както и липсва размер 56 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

5.9. За номенклатурна единица № 175 - **Периферен стент тип II** - Предлаганият от участникът продукт Formula414/COOK Medical за номенклатурна единица № 175 - **Периферен стент тип II** не отговаря на

техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, както и липсва дължина 19 мм, каквито са изискванията на Възложителя.

**5.10.** За номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** - Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 176 - **Периферен стент тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя.

**5.11.** За номенклатурна единица № 178 - **Периферен стент тип V** - Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 178 - **Периферен стент тип V** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва покритие: ProBio, каквото е изискването на Възложителя.

**5.12.** За номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** - Предлаганият от участникът продукт Formula535/COOK Medical за номенклатурна единица № 181 - **Периферен стент тип VIII** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина на системата за доставка 75 см, каквото е изискването на Възложителя.

**5.13.** За номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** - Предлаганият от участникът продукт ZilverFlex35/COOK Medical за номенклатурна единица № 187 - **Периферен стент тип XIV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетение с радиална здравина над 10 нютона, каквото е изискването на Възложителя.

**5.14.** За номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** - Предлаганият от участникът продукт Roadrunner Uniglide / COOK Medical за номенклатурна единица № 198 - **Периферен водач тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 182 см, каквото е изискването на Възложителя.

**5.15.** За номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** - Предлаганият от участникът продукт Powerline / Biosensors за номенклатурна единица № 213 - **PTCA балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което материал на балона не е SCP(semi cristalline co-polymer), каквото е изискването на Възложителя.

**5.16.** За номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** - Предлаганият от участникът продукт наименование BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 224 - **Медикамент излъчващ балон тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил

медицинско изделие, при което липсват Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission), Бутирил-три-хексил цитрат и цилиндрични и конусовидни раздели на балона, каквито са изискванията на Възложителя.

**5.17.** За номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** - Предлаганият от участникът продукт наименование BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 225 - **Медикамент излъчващ балон тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Paclitaxel 2,5mg/mm<sup>2</sup>, каквото е изискването на Възложителя.

**5.18.** За номенклатурна единица № 226 - **Медикамент излъчващ балон тип III** - Предлаганият от участникът продукт наименование BioStream / COOK Medical за номенклатурна единица № 226 - **Медикамент излъчващ балон тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсват дължина 8 и 12 мм, каквото е изискването на Възложителя.

**5.19.** За номенклатурна единица № 230 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип II** - Предлаганият от участникът продукт наименование BioMatrix NeoFlex / Biosensors за номенклатурна единица № 230 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е от материал: кобалт-хром, а не платина - хром, каквото е изискването на Възложителя.

**5.20.** За номенклатурна единица № 231 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип III** - Предлаганият от участникът продукт наименование BioFreedom/Biosensors за номенклатурна единица № 231 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което медикамента на излъчване не е еверолимус, каквото е изискването на Възложителя.

**5.21.** За номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** - Предлаганият от участникът продукт наименование BioMatrix NeoFlex / Biosensors за номенклатурна единица № 232 - **Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което медикамента на излъчване не е сиролимус, каквото е изискването на Възложителя.

**5.22.** За номенклатурна единица № 241 - **Емболизационни частици тип I** - Предлаганият от участникът продукт наименование PVA/COOK Medical за номенклатурна единица № 241 - **Емболизационни частици тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва размер 45 микрона, каквото е изискването на Възложителя.

**5.23.** За номенклатурна единица № 242 - **Емболизационни частици тип II** - Предлаганият от участникът продукт наименование PVA/COOK Medical за номенклатурна единица № 242 - **Емболизационни частици тип II** не

отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което размера е 1000 - 1400 микрона, а не 1000 - 1180 микрона, каквото е изискването на Възложителя.

6. Участникът „Фарматекс Медикъл“ ЕООД, подал оферта с вх. № 47-201/12.04.2017 г., на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП за номенклатурни единици с №№ 147, 199 и 236, поради следните **МОТИВИ**:

6.1. За номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** - Предлаганият от участникът продукт Prelude / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 147 - **Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 90 см, каквото е изискването на Възложителя.

6.2 За номенклатурна единица № 199 - **Периферен водач тип III** - Предлаганият от участникът продукт Merit Laureate / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 199 - **Периферен водач тип III** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 195 см и е с диаметър на водача: 018", а не 014", каквито са изискванията на Възложителя.

6.3. За номенклатурна единица № 236 - **Микрокатетър за емболизация тип II** - Предлаганият от участникът продукт Embocath Plus / Мерит Медикъл САЩ за номенклатурна единица № 236 - **Микрокатетър за емболизация тип II** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва дължина 105 см, както и е с наличен в HI-Flow 0,028 ", а не 0,027 ", каквото е изискването на Възложителя.

7. Участникът „Интерагро - 90" ЕООД, подал оферта с вх. № 47-208/18.04.2017 г., на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП за номенклатурни единици с №№ 279, 281, 283 и 288, поради следните **МОТИВИ**:

7.1 За номенклатурна единица № 279 - **VVIR комплект** - Предлаганият от участникът продукт Sensia SR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 279 - **VVIR комплект** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което няма 4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки, електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя.

7.2 За номенклатурна единица № 281 - **DDDR комплект** - Предлаганият от участникът продукт Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 281 - **DDDR комплект** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 53см./60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя.

7.3 За номенклатурна единица № 283 - **DDDR комплект** - Предлаганият от участникът продукт Sensia DR + CapSure Sense/Fix Novus/ MRI SureScan за номенклатурна единица № 283 - **DDDR комплект** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което електродите не са с фрактална структура, както и не са с дължина 53см./60 см.и диаметър 5,9F, каквито са изискванията на Възложителя.

7.4 За номенклатурна единица № 288 - **ICD Еднокухинно в комплект с електрод** - Предлаганият от участникът продукт PROTECTA VR + SPRINT QUATTRO SECURE/S/MRI, Medtron за номенклатурна единица № 288 - **ICD Еднокухинно в комплект с електрод** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което няма възможност да се програмират до 8 шока във всяка зона, електродите не са с фрактална структура и не са с дължина 65 и 75 см., както и не е с max.20 завъртания до пълно отваряне на спиралата от 1,8мм, каквито са изискванията на Възложителя.

**III.ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в откритата процедура съгласно критерия за оценка „най-ниска цена”, както следва:**

Позиция	Име	Мярка	количество	цена	
	Доставчик	производител	Оторизация		
			брой		
1	Коронарен дилатационен водач Тип I 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	Cruiser, BIOTRONIK AG, Швейцария	брой	80.00 <u>ДА от стр.70-71</u>	135.0000
2	Коронарен дилатационен водач Тип II 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	Cruiser Hydro, BIOTRONIK AG, Швейцария	брой	40.00 <u>ДА от стр.70-71</u>	135.0000
3	Коронарен дилатационен водач Тип III 1 Маримпекс-7 ЕООД	PT2/ Boston Scientific Corp.	брой	60.00 <u>да, 17-19 стр.</u>	150.0000
4	Коронарен дилатационен водач Тип IV 1 "ЕКОС Медика" ООД	RUNTHROUGH NS TERUMO	Брой	1000.00 <u>ДАстр. 311</u>	159.0000
5	Коронарен дилатационен водач Тип V 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	Galeo/Galeo Hydro, Concert Medical, LLC, САЩ	брой	60.00 <u>ДА от стр.72-73</u>	135.0000
6	Коронарен дилатационен водач Тип VI 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	Magnum, BRIVANT Limited, Ирландия	брой	20.00 <u>ДА от стр.74-75</u>	180.0000
14	Коронарен дилатационен водач Тип XIV 1 Б.Браун Медикал ЕООД	Navitas; Brivant LTD	Брой	20.00 <u>ДА</u>	137.7400
19	Специален катетър тип I 1 "ЕКОС Медика" ООД	ELIMINATETERUMO	брой	80.00 <u>ДАстр. 311</u>	629.0000
20	Специален катетър тип II 1 "Прохелт" ЕООД	Export, Medtronic Inc		50.00 <u>да</u>	355.0000

21	Специален катетър тип III			30.00		
	1	Апекс Медика ООД	EMAX, Quolimed Innovative Medizinprodukte GmbH	ДА		415.0000
22	Специален катетър тип IV		брой	50.00		
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	3Flow, ARTHESYS, Франция	ДА	стр.23-24	490.0000
24	Коронарен микрокатетър тип II		брой	40.00		
	1	"ЕКОС Медика" ООД	FINECROSS MG TERUMO	ДА	стр. 311	998.0000
27	Периферен Катетър за добра опора тип I		брой	50.00		
	1	"ЕКОС Медика" ООД	NAVICROSS TERUMO	ДА	стр. 311	239.0000
29	Периферен катетър за добра опора тип III			20.00		
	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	CXI / COOK Medical	ДА	/	420.0000
30	Интродюсер тип I		брой	1500.00		
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS INTRODUCER II Transradial KIT TERUMO	ДА	стр. 311	59.9800
31	Интродюсер-сет II	брой	500.00			
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS INTRODUCER II Standard KIT TERUMO	ДА	стр. 311	59.9800
	2	Фарматекс	Prelude / Мерит Медикъл САЩ	да		63.0000
32	Диагностичен водач тип I		брой	1500.00		
	1	АЛЕКС 01 ЕООД	ADVANCE - Umbra Medical-USA	ДА		20.0000
	2	Б.Браун Медикал ЕООД	Angiodyn Guide wire 5059755; B. Braun Melsungen	ДА		20.8000
	2	"Булмед 2000" ЕООД	Guide right 404571-St. Jude Medical	да,	стр. 73-75	20.8000
	3	Гамидор България ООД	Guide Wires BIOMETRIX/ИЗРАЕЛ	ДА	/вал,2018	23.5700
	4	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.ВОДАЧ /Emerald .035x1 J 502***/ JOHNSON & JO	да,	/55стр.	24.7000
	5	Фарматекс	Inqwire guide wire / Мерит Медикъл САЩ	да		31.0000
33	Диагностичен водач тип II		брой	100.00		
	1	"Булмед 2000" ЕООД	Guide right 404847-St. Jude Medical	да,	стр. 73-75	18.2000



	2	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald .025 150 x1 502***/ JOHNSON & J	<u>да, /55стр.</u>	24.7000
	3	Фарматекс	Inqwire guide wire / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	31.0000
34		Диагностичен водач тип III		брой 300.00	
	1	АЛЕКС 01 ЕООД	ADVANCE - Umbra Medical-USA	<u>ДА</u>	20.0000
	2	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald .035 260 J и прав x1 502***/ JO	<u>да, /55стр.</u>	24.7000
	3	Гамидор България ООД	Guide Wires BIOMETRIX/ИЗРАЕЛ	<u>ДА/вал,2018</u>	27.4500
	4	Фарматекс	Inqwire guide wire / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	31.0000
	5	"Булмед 2000" ЕООД	Guide right 404844 и 404577-St. Jude Medical	<u>да, стр. 73-75</u>	31.2000
	6	Б.Браун Медикал ЕООД	Angiodyn Guide wire 5050359; B. Braun Melsungen	<u>ДА</u>	41.3900
35		Диагностичен водач тип IV		брой 300.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS GUIDEWIRE MTERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	53.3000
36		Диагностичен водач тип V		брой 100.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS GUIDEWIRE MTERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	98.0000
37		Диагностичен водач тип VI		брой 300.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS GUIDEWIRE MTERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	98.0000
38		Диагностичен водач тип VII		брой 50.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS GUIDEWIRE MTERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	58.0000
39		Диагностичен водач тип VIII		брой 100.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS GUIDEWIRE MTERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	165.9800
41		Диагностичен водач тип X		брой 400.00	
	1	АЛЕКС 01 ЕООД	GlideStat - Umbra Medical- <u>ДА</u> USA		24.0000
	2	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald x1 502***/ JOHNSON & JOHNSON DO	<u>да, /55стр.</u>	24.7000
42		Диагностичен водач тип XI		брой 20.00	
	1	"Булмед 2000" ЕООД	Guide right 404877-St. Jude Medical	<u>да, стр. 73-75</u>	28.6000

	2	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald Super stiff x1 502*** / JOHNSON	<u>да, /55стр.</u>	50.8000
	3	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Roadrunner Extra Support / COOK Medical	<u>Да/</u>	280.0000
43		Диагностичен водач тип XII		100.00	
	1	Маримпекс-7 ЕООД	Starter/ Like Regional Medical	<u>16-20стр.</u>	30.0000
44		Диагностичен водач тип XIII		брой 50.00	
	1	"Булмед 2000" ЕООД	Guide right 404576-St. Jude Medical	<u>да, стр. 73-75</u>	20.8000
	2	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald Rosen x1 502*** / JOHNSON & JOHN	<u>да, /55стр.</u>	50.8000
45		Диагностичен водач тип XIV		брой 200.00	
	1	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald x1 502*** / JOHNSON & JOHNSON DO	<u>да, /55стр.</u>	24.7000
	2	"Булмед 2000" ЕООД	Guide right 404878-St. Jude Medical	<u>да, стр. 73-75</u>	28.6000
46		Диагностичен водач тип XII		брой 600.00	
	1	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald x1 502*** / JOHNSON & JOHNSON DO	<u>да, /55стр.</u>	24.7000
	2	Фарматекс	Inqwire guide wire / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	31.0000
	3	"Булмед 2000" ЕООД	Guide right 404xxx-St. Jude Medical	<u>да, стр. 73-75</u>	31.2000
	4	Б.Браун Медикал ЕООД	Angiodyn Guide wire; B. Braun Melsungen	<u>ДА</u>	44.3400
47		Диагностичен водъч за смяна на катетър		брой 50.00	
	1	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald Super stiff x1 502*** / JOHNSON	<u>да, /55стр.</u>	50.8000
	2	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Amplatz Extra Stiff / COOK Medical	<u>Да</u>	100.0000
48		Сетове за трансфеморален достъп тип I		брой 100.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS INTRODUCER II Standard KIT TERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	59.8000
49		Сетове за трансфеморален достъп тип II		Брой 600.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS INTRODUCER II	<u>ДАстр. 311</u>	59.8000

			Transradial KIT TERUMO		
50	Хидрофилен водач		брой	160.00	
	1	"Булмед 2000" ЕООД	Hydro Stear Guidewire 408005-408017 - St. Jude Med	<u>да, стр. 73-75</u>	98.8000
	2	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Roadrunner Uniglide / COOK Medical	<u>Да</u>	100.0000
51	Ангиографски диагностичен катетър тип I		брой	1300.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS OPTITORQUE /Cardiology/TERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	49.9900
52	Ангиографски диагностичен катетър тип II		брой	300.00	
	1	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.КАТЕТЪР Infini/ST+ x1 534*** / JOHNSON & JOHNS	<u>да, /79стр.</u>	29.4000
	2	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS OPTITORQUE /Cardiology/TERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	49.9900
	3	Фарматекс	Performa / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	50.0000
53	Ангиографски диагностичен катетър тип III		брой	500.00	
	1	"Софарма Трейдинг" АД	ДИАГ.КАТЕТЪР Infini/ST+ x1 534*** / JOHNSON & JOHNS	<u>да, /79стр.</u>	29.4000
	2	Фарматекс	Performa / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	60.0000
54	Ангиографски диагностичен катетър тип IV		брой	250.00	
	1	Фарматекс	Performa / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	50.0000
55	Ангиографски диагностичен катетър тип V		брой	400.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS GLIDECATH TERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	98.0000
56	Ангиографски диагностичен катетър тип VI		брой	160.00	
	1	Фарматекс	Performa cardio / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	118.0000
57	Ангиографски диагностичен катетър тип VII		брой	300.00	
	1	Фарматекс	Performa / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	118.0000
58	Въвеждащ коронарен катетър тип I		брой	800.00	
	1	"Прохелт" ЕООД	Launcher, Medtronic Inc	<u>да</u>	185.0000
60	Въвеждащ коронарен катетър тип III		Брой	100.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	CLIMBERTERUMO/ Pendracare International	<u>ДАстр. 311</u>	149.9800

61	Въвеждащ коронарен катетър тип IV	Брой	200.00	
	1 "ЕКОС Медика" ООД	HEARTRAILTERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	199.9800
62	Диагностичен коронарен катетър тип V	Брой	50.00	
	1 "Софарма Трейдинг" АД	ВОД.КАТ АДРОИТ/ JOHNSON & JOHNSON DOO	<u>да./105стр.</u>	149.0000
63	Стерилен чувал за инструментална маса	брой	1000.00	
	1 "Булмар МЛ" ООД	Чувал за инструментална маса Майо, Кат.№ 16130180,	<u>ДА, стр.84-85</u>	2.7900
	2 ИНФОМЕД ЕООД	BASICS* Mayo Stand Cover Zone-Reinforced , 80x144	<u>ДА</u>	2.9500
	3 "Прохелт" ЕООД	Mayo Stand Cover, Mölnlycke Health Care AB	<u>да</u>	3.4000
	4 "Софарма Трейдинг" АД	ПХ ЧУВАЛ за майо маса 80/145 x20 258300/ HARTMANN	<u>да./134стр.</u>	3.5500
65	Стерилен чувал за покриване на Ангио апарата	брой	2000.00	
	1 "Булмар МЛ" ООД	Покривало за апаратура Ø 50 см/90 см, Кат.№ 161305	<u>ДА, стр.84-85</u>	1.1600
	2 "Прохелт" ЕООД	Banded Bag, Mölnlycke Health Care AB	<u>да</u>	3.6000
	3 "Софарма Трейдинг" АД	ПХ ПОКРИВАЛО ЗА АПАРАТ85x150смx20 938845/ HARTMANN	<u>да./134стр.</u>	5.1000
67	Филтър за вена кава сет	брой	10.00	
	1 "Софарма Трейдинг" АД	ФИЛТЪР Вена Кава ORTEASE/TRAPEASE/ JOHNSON & JOHNS	<u>да./134стр.</u>	1590.0000
	2 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Select Platinum / COOK Medical	<u>ДА</u>	1800.0000
68	Y-конектори	брой	200.00	
	1 "Софарма Трейдинг" АД	АКУРА Хемст сет клапа Yконекторx1бр YC9P/ ACCURA M	<u>да./134стр.</u>	13.8500
	2 АЛЕКС 01 ЕООД	Y-VIEW - Umbra Medical- USA	<u>ДА</u>	14.0000
	3 "НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Myshell lite, Perouse Medical France	<u>315</u>	17.0000
	4 Фарматекс	MAP111 - Hemostatic valves / Мериг Медикъл САЩ	<u>да</u>	27.0000
69	Ротаторна хемостатична клапа	брой	200.00	
	1 Гамидор България ООД	Click Angioplasty Valve-	<u>ДА/вал,2018</u>	16.9700

			БИОМЕТРИХ/Израел		
	2	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Squyd; Perouse Medical France	<u>315</u>	20.0000
	3	Фарматекс	MAP111 - Hemostatic valves / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	27.0000
70		Инфлатор за налягане		брой	200.00
	1	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Flamingo; Perouse Medical France	<u>315</u>	36.0000
	2	"Софарма Трейдинг" АД	Инфлатор-дефлатор 30AT x1 8610230S/ ACCURA MEDIZIN	<u>да,/134стр.</u>	42.5000
	3	Б.Браун Медикал ЕООД	Inflation device 5028901; B. Braun Melsungen AG	<u>ДА</u>	72.6300
	4	Фарматекс	BASIX COMPAK/ IN4130 / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	87.0000
71		Кит с инфлатор за налягане		Брой	300.00
	1	"Софарма Трейдинг" АД	Инфлатор-дефлатор 30AT x1 8610230S/ ACCURA MEDIZIN	<u>да,/134стр.</u>	42.5000
	2	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Flamingo set; Perouse Medical France	<u>315</u>	62.0000
	3	Гамидор България ООД	PTCA kit with inflation device BIOMETRIX/Израел	<u>ДА/вал,2018</u>	84.5600
	4	Фарматекс	BASIX COMPAK/ IN4230 / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	145.0000
73		Ангиографски коронарно-контролни спринцовки		брой	200.00
	1	Гамидор България ООД	12 CC with Rotator BIOMETRIX/Израел	<u>ДА/вал,2018</u>	8.3400
	2	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Corowl; Perouse Medical France	<u>315</u>	10.0000
	3	Б.Браун Медикал ЕООД	Angiodyn angiographic syringe 12 ml; B. Braun Mels	<u>ДА</u>	27.4000
74		Автоматична спринцовка		брой	200.00
	1	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Flamingo; Perouse Medical France	<u>315</u>	36.0000
	2	Б.Браун Медикал ЕООД	Inflation device 5028901; B. Braun Melsungen AG	<u>ДА</u>	72.6300
	3	Фарматекс	BASIX COMPAK/ IN4130 / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	87.0000
75		Автоматична спринцовка		брой	60.00
	1	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Dolphin; Perouse Medical France		42.0000

	2	АЛЕКС 01 ЕООД	InmedFlator - Umbra Medical-USA	<u>ДА</u>	56.0000
	3	Б.Браун Медикал ЕООД	Inflation device 5028901; B. Braun Melsungen AG	<u>ДА</u>	72.6300
	4	Фарматекс	BASIX COMPAK/IN8130 / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	116.0000
76		Ротатор за водач		брой	120.00
	1	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Aligatork; Perouse Medical France	<u>315</u>	3.0000
	2	Б.Браун Медикал ЕООД	Torquer; B. Braun Melsungen AG	<u>ДА</u>	11.8500
	3	Фарматекс	TD100 - Sea Dragon / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	15.0000
	4	"ЕКОС Медика" ООД	RADIFOCUS TORQUE DeviceTERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	16.0000
78		Хемостатичен "push-click"		брой	160.00
	1	АЛЕКС 01 ЕООД	Y-VIEW - Umbra Medical-USA	<u>ДА</u>	17.0000
	2	Фарматекс	MAP351- Hemostatic valves / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	50.0000
79		Сет инфлационна спринцовка		брой	160.00
	1	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Dolphin set; Perouse Medical France	<u>315</u>	67.0000
	2	Фарматекс	BASIX COMPAK/IN8112 / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	150.0000
80		Интродюсерна игла тип I		брой	300.00
	1	Б.Браун Медикал ЕООД	Intradyn arterial puncture needle 5208505; B. Brau	<u>ДА</u>	2.3300
	2	АЛЕКС 01 ЕООД	Poit Set - Umbra Medical-USA	<u>ДА</u>	3.0000
	3	Фарматекс	Merit Advance/ AD18T71W / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	6.0000
81		Интродюсерна игла тип II		брой	100.00
	1	Фарматекс	Merit Advance/ AD21T91W / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>	6.0000
82		Манифолд* Десни манифолд крапчета за високо налягане		брой	200.00
	1	АЛЕКС 01 ЕООД	Clear View - Umbra Medical-USA	<u>ДА</u>	5.5000
	2	Гамидор България ООД	Angiography manifolds 2 ports;3 ports right off/o	<u>ДА/вал,2018</u>	8.2000
	3	Б.Браун Медикал ЕООД	Angiodyn Manifold	<u>ДА</u>	9.0800

			Softgrip 5010576/ 5010575; B. Br		
	4	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Manifold; Perouse Medical <u>315</u> France	10.0000	
86	Лайтунг за високо налягане		Брой	140.00	
	1	АЛЕКС 01 ЕООД	ASSIST - Umbra Medical- <u>ДА</u> USA	9.0000	
	2	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Algaflex; Perouse Medical <u>315</u> France	10.0000	
	3	Б.Браун Медикал ЕООД	Angiodyn High pressure <u>ДА</u> tube 5011523; B. Braun Mels	22.6200	
87	Кранче за високо налягане		Брой	160.00	
	1	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Trefoil stopcock; Perouse <u>315</u> Medical France	4.0000	
	1	АЛЕКС 01 ЕООД	Stopcock - Umbra Medical- <u>ДА</u> USA	4.0000	
	2	Фарматекс	Marquis - НЗРРС / Мерит <u>да</u> Медикъл САЩ	6.4500	
89	Адаптер ротатор		брой	1000.00	
	1	АЛЕКС 01 ЕООД	ASSIST-CIL - Umbra <u>ДА</u> Medical-USA	3.3300	
90	Лайтунг		Брой	1000.00	
	1	Гамидор България ООД	Hight pressure line 75 cm <u>ДА/вал,2018</u> BIOMETRIX/ИЗРАЕЛ	5.9600	
	2	АЛЕКС 01 ЕООД	ASSIST - Umbra Medical- <u>ДА</u> USA	9.0000	
	3	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Algaflex; Perouse Medical <u>315</u> France	13.0000	
92	Iopromide Iopromide 370/50		бр.	2400.00	
	1	Маримпекс-7 ЕООД	ULTRAVIST 370 solution <u>да,21 стр.</u> for injection/infusion 370	20.0000	
93	Iopromide Iopromide 370/100		бр.	2400.00	
	1	Маримпекс-7 ЕООД	ULTRAVIST 370 solution <u>да,21 стр.</u> for injection/infusion 370	40.0000	
94	Iopromide Iopromide 370/200		бр.	2400.00	
	1	Маримпекс-7 ЕООД	ULTRAVIST 370 solution <u>да,21 стр.</u> for injection/infusion 370	80.0000	
96	Gadobutrol Gadobutrol 7,5ml		бр.	200.00	
	1	Маримпекс-7 ЕООД	Gadovist solution for <u>да,21 стр.</u> injection 1mmol/ml - 7.5ml/	55.0000	
97	Gadobutrol Gadobutrol 15ml		бр.	200.00	

	1	Маримпекс-7 ЕООД	Gadovist solution for injection 1mmol/ml - 15 ml/	<u>да,21 стр.</u>	87.5000
98		Gadopentetic acid Gadopentetic acid 20ml	бр.	400.00	
	1	Маримпекс-7 ЕООД	Magnevist solution for injection 469mg/1ml - 20ml/	<u>да,21 стр.</u>	52.5000
99		Скалпел еднократен	брой	800.00	
	1	"Истлинк България"ООД	Скалпел еднократен,Хуайн Медикал Инструментс Ко, Л	<u>да 77-78</u> 0.3000	
100		Нерезорбируеми конци	Кутия	30.00	
		Нерезорбируеми конци 2/0с игла - полифиламентен			
	1	"Истлинк България"ООД	Нерезорбируеми конци,Хуайн Медикал Инструментс Ко,	<u>да 77-78</u>	1.8700
	2	Б.Браун Медикал ЕООД	PremiCron C0026016; B. Braun Surgical SA	<u>ДА</u>	115.7600
101		Резорбируем конец	Кутия	20.00	
		Резорбируем конец 2/0 с игла - polyglaktin 8x70см			
	1	"Истлинк България"ООД	Резорбируем конец,Хуайн Медикал Инструментс Ко, Лт	<u>да77-78</u>	2.0600
	2	Б.Браун Медикал ЕООД	Novosyn C0068031; B. Raun Surgical SA	<u>ДА</u>	143.1200
106		Еднократни текстилни, нетъкани, стерилни престилки	Брой	5000.00	
	1	"Истлинк България"ООД	Хирургичен халат, стерилен,еднократен,Шао синг Фучи	<u>да 135-136</u>	3.1500
	2	ИНФОМЕД ЕООД	ValueSelect* Standard Surgical Gown L with Towels	<u>ДА</u>	3.5000
	3	"Булмар МЛ" ООД	Подсилена хирургична престилка,Кат.№ 120123xx, Кар	<u>ДА, стр.84-85</u>	4.0800
	4	"Софарма Трейдинг" АД	ПХ ПРЕСТИЛКА ProtectReinf x32 992***/ HARTMANN RI	<u>да,/134стр.</u>	4.3000
107		Еднократни стерилни ръкавици	брой	6000.00	
	1	"Истлинк България"ООД	Еднократни стерилни ръкавици,Хуайн Медикал Инструм	<u>да157-158</u>	0.3300
	2	"Софарма Трейдинг" АД	ПХ РЪКАВИЦИ BASIC БЕЗ ПУДР X50 942***/ HARTMANN R	<u>да,/134стр.</u>	0.6000
112		Компресивно устройство за контролирана хемостаза	брой	600.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	TR BANDTERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	32.0000



113	Балони за контрапулсация-		брой	6.00	
	1 "Булмед 2000" ЕООД	Linear 7.5 - 0684-00-0480-01-Getinge	да, стр. 151-153		1325.0000
114	Сет за перикардиоцентеза с включена пункционна игла		брой	5.00	
	1 Фарматекс	PC101 - Pericardiocentesis kit / Мериг Медикъл СА	да		193.0000
	2 Б.Браун Медикал ЕООД	Angiodyn Drainage kit 5213300 + 5213303; B. Braun	ДА		205.7100
115	Марли квадратни Марли квадратни 10/10 см-пакет		пакет	2000.00	
	1 "Истлинк България"ООД	Марлен компрес 10/10 нестерилен,Шаосинг Фучинг Хел	да135-136		2.6600
	2 "Софарма Трейдинг" АД	КОМПРЕСИ М.О. 10см/10см 8 д. x 100/ Медика АД	да,/134стр.		2.9200
	3 "Булмар МЛ" ООД	Марлени компреси 10x10 см, 8 дупли, Джянгу Фейкси	ДА, стр.86-87		2.9800
116	Еднократни „микулич“ компреси		брой	400.00	
	1 "Булмар МЛ" ООД	Лапаротомична салфетка 45x45 см, 4 дупли, Джянгу	Оторизация ДА, стр.86-87	цена	0.4400
	2 "Софарма Трейдинг" АД	ПХ ТУПФЕР РКН микулич 45/45 x5 760543/ HARTMANN RI	да,/134стр.		0.6400
117	Еднократни празни пластмасови спринцовки		брой	140.00	
	1 "НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Еднократни празни пластмасови спринцовки - 150 мл., съвместими с инжектор MEDRAD-V Pelicangio; Perouse Medical France	315		11.0000
	2 "Истлинк България"ООД	Еднократни празни пластмасови спринцовки - 150 мл	да 221-222		16.7300
119	Спринцовка за MEDRAD-V 6000		брой	10.00	
	1 "Истлинк България"ООД	Спринцовка за MEDRAD-V 6000, Узи Юшоу Медикъл Апла	да 221-222		16.7500
	2 Б.Браун Медикал ЕООД	Angiodyn injector syringe 5010207; B. Braun Melsun	ДА		29.4700
120	ФемоСтоп Консуматив		брой	5.00	
	1 "Булмед 2000" ЕООД	Femo Stop II Plus Disposable Set 11166 -St. Jude M	да, стр. 148-150		45.5000

121	Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп			100.00	
	1 "Булмед 2000" ЕООД	Angio Seal 61013x-St. Jude Medical	<u>да, стр. 148-</u> <u>150</u>		184.5800
126	ФемоСтоп Компресионна арка		брой	2.00	
	1 "Булмед 2000" ЕООД	Femo Stop II Plus Arch 11168-St. Jude Medical	<u>да, стр. 148-</u> <u>150</u>		45.5000
127	ФемоСтоп Помпа		брой	2.00	
	1 "Булмед 2000" ЕООД	Femo Stop II Plus Pump 11170-St. Jude Medical	<u>да, стр. 148-</u> <u>150</u>		158.3300
128	Дивайс за изваждане на чужди тела тип I		брой	5.00	
	1 "НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Multisnare set; PFM Medical Ag	<u>318</u>		511.0000
	2 Фарматекс	One snare/En snare / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>		798.0000
129	Дивайс - за изваждане на чужди тела тип II		брой	5.00	
	1 "НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Multisnare set micro; PFM Medical Ag	<u>318</u>		766.0000
	2 Фарматекс	One snare / Мерит Медикъл САЩ	<u>да</u>		798.0000
131	Стерилен, еднократен, трислоен чаршаф за малки процедури		Брой	200.00	
	1 ИНФОМЕД ЕООД	Minor Procedure Fenestrated Drape , 193x315 cm. ,	<u>ДА</u>		21.6500
132	Стерилен еднократен ангиографски чаршаф за радиален и феморален достъп-		Брой	1200.00	
	1 "Булмар МЛ" ООД	Радиален ангиографски чаршаф със странични прозрач	<u>ДА, стр.84-85</u>		14.5400
	2 ИНФОМЕД ЕООД	BASICS* Rad Femoral Angiography Drape with dual Wi	<u>ДА</u>		19.0000
	3 "Софарма Трейдинг" АД	ПХ СЕТ АНГИОГРАФСКИ ФЕМ/РАД x1 938921/ HARTMANN RI	<u>да, /134стр.</u>		28.7000
133	Ангиографски еднократен нетъкан текстилен чаршаф-		Брой	1600.00	
	1 ИНФОМЕД ЕООД	BASICS* Rad Femoral Angiography Drape with dual Wi	<u>ДА</u>		31.0000
134	Плочка MANIFOLD 2 и 3 порта-двупътни		брой	400.00	
	1 Б.Браун Медикал ЕООД	Angiodyn Manifold	<u>ДА</u>		9.0800

			Softgrip 5010576/ 5010575; B. Br	
	2	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Manifold; Perouse Medical 315 France	10.0000
135		Опаковъчна хартия 90/200	брой 40.00	
	1	"Истлинк България" ООД	Хартия за стерилизация да 233-234 90/200, Анцин Канминна Пекин	22.5000
136		Опаковъчна хартия 75/200	брой 40.00	
	1	"Истлинк България" ООД	Хартия за стерилизация да 233-234 75/200, Анцин Канминна Пекин	17.0800
	2	"ЕКОС Медика" ООД	Flat reels for Steam, GAS ДАстр. 313 (EO) and Formaldehyde st	22.1600
137		Опаковъчна хартия 100/200	брой 40.00	
	1	"Истлинк България" ООД	Хартия за стерилизация да 233-234 100/200, Анцин Канминна Пеки	22.5000
	2	"ЕКОС Медика" ООД	Flat reels for Steam, GAS ДАстр. 313 (EO) and Formaldehyde st	29.5200
138		Опаковъчна хартия 150/200	брой 40.00	
	1	"Истлинк България" ООД	Хартия за стерилизация да 233-234 150/200, Анцин Канминна Пеки	34.1600
	2	"ЕКОС Медика" ООД	Flat reels for Steam, GAS ДАстр. 313 (EO) and Formaldehyde st	44.2900
139		Опаковъчна хартия 200/200	брой 40.00	
	1	"Истлинк България" ООД	Хартия за стерилизация да 233-234 200/200, Анцин Канминна Пеки	45.0000
	2	"ЕКОС Медика" ООД	Flat reels for Steam, GAS ДАстр. 313 (EO) and Formaldehyde st	59.0500
140		Опаковъчна хартия 250/200	брой 40.00	
	1	"Истлинк България" ООД	Хартия за стерилизация да 233-234 250/200, Анцин Канминна Пеки	54.0000
	2	"ЕКОС Медика" ООД	Flat reels for Steam, GAS ДАстр. 313 (EO) and Formaldehyde st	73.8100
142		Интродюсер за периферна ангиопластика тип I	брой 100.00	
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Fortress, Contract Medical ДА от стр.29-30 International GmbH, Гер	266.5000
143		Интродюсер за периферна ангиопластика тип II	брой 200.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	DESTINATIONTERUMO ДАстр. 311	229.0000
	2	"Софарма Трейдинг" АД	Vista Brite IG/ Johnson&Johnson да./183стр.	309.8000
144		Интродюсер за периферна ангиопластика тип III	брой 50.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	DESTINATIONTERUMO ДАстр. 311	289.0000
	2	"Софарма Трейдинг" АД	Vista Brite IG/ Johnson&Johnson да./183стр.	309.8000
145		Интродюсер за периферна ангиопластика тип IV	брой 30.00	
	1	"ЕКОС Медика" ООД	DESTINATIONTERUMO ДАстр. 311	339.0000
146		Интродюсер за периферна ангиопластика тип V	брой 80.00	
	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Flexor Ansel / COOK Да	220.0000

147	Интродюсер за периферна ангиопластика тип VI 1 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Medical Flexor Ansel / COOK Medical	Да	30.00	375.0000
148	Интродюсер за периферна ангиопластика тип VII 1 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	брой Micropuncture Pedal Access / COOK Medical	Да	50.00	150.0000
149	Интродюсер шит 18 F 1 "Булмед 2000" ЕООД	брой Ultimum EV 407689-St. Jude Medical	да, стр. 297-	10.00	166.4000
	2 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Performer CheckFlo / COOK Medical	299 Да		375.0000
150	Интродюсер шит 12 F 1 "Булмед 2000" ЕООД	брой Ultimum EV 407697-St. Jude Medical	да, стр. 297-	10.00	166.4000
	2 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Performer CheckFlo / COOK Medical	299 Да		375.0000
151	Кранче за високо налягане 1 АЛЕКС 01 ЕООД	брой Stopcock - Umbra Medical- USA	Да	10.00	4.0000
	2 Фарматекс	Marquis - H3RRC / Мерит Медикъл САЩ	да		6.4500
153	Сетове за микропунктура 1 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	брой Micropuncture / COOK Medical	Да	10.00	100.0000
154	Дълъг Мълинс интродюсер 1 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	брой Performer CheckFlo / COOK Medical	Да	10.00	190.0000
155	Балон тип I 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой Cyote Monorail, Cyote Over-The-Wire/ Boston Scient	да, 178-182 стр.	60.00	300.0000
156	Балон тип II 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой Cyote ES Monorail, Cyote ES Over-The-Wire/ Boston	да, 178-182 стр.	20.00	300.0000
	2 "Софарма Трейдинг" АД	БАЛОН POWERFLEX/ JOHNSON & JOHNSON DOO	стр. да, /207стр.		434.0000
157	Балон тип III 1 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой Advance35 /COOK Medical Mustang™/ Boston Scientific Corp.	Да да, 178-182	100.00	300.0000 300.0000
	2 "Софарма Трейдинг" АД	БАЛОН POWERFLEX/ JOHNSON & JOHNSON DOO	стр. да, /207стр.		434.0000
158	Балон тип IV 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой Sterling Monorail/ Boston Scientific Corp.	да, 178-182	40.00	250.0000
	2 "Софарма Трейдинг" АД	БАЛОН SABER/ JOHNSON & JOHNSON DOO	стр. да, /207стр.		344.2500
159	Балон тип V 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой Sterling Over-The-Wire/ Boston Scientific Corp.	да, 178-182	50.00	250.0000
	2 "Софарма Трейдинг" АД	БАЛОН SABER/ JOHNSON & JOHNSON DOO	стр. да, /207стр.		344.2500
160	Балон тип VI 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой Sterling SI./ Boston Scientific Corp.	да, 178-182	30.00	250.0000

	2	"Софарма Трейдинг" АД	БАЛОН SABER/ JOHNSON & JOHNSON DOO	<u>стр. да, /207стр.</u>	344.2500
161		Балон тип VII			
	1	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	балон Occlusion catheter; ISO Med s.a.r.l.	10.00 <u>493</u>	79.0000
	2	Маримпекс-7 ЕООД	Equalizer Balloon Catheter/ Boston Scientific Corp	<u>да, 178-182</u>	525.0000
162		Балон тип IX			
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	брой Passeo-35, BIOTRONIK AG, Швейцария	100.00 <u>ДА стр.125-126</u>	315.0000
163		Балон тип X			
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	брой Passeo-18, BIOTRONIK AG, Швейцария	120.00 <u>ДА стр.125-126</u>	315.0000
164		Балон тип XI			
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	брой Passeo-14, BIOTRONIK AG, Швейцария	100.00 <u>ДА стр.125-126</u>	350.0000
165		Балон тип XII			
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	брой Passeo-35 HP, Creagh Medical Ltd., Ирландия	30.00 <u>ДА стр.125-126</u>	470.0000
166		Балон тип XIII			
	1	"ЕКОС Медика" ООД	брой RENMATERUMO/ Clearstream Technologies	10.00 <u>ДАстр. 311</u>	498.0000
167		Балон тип XIV			
	1	"ЕКОС Медика" ООД	брой SENRITERUMO/ KANEKA	10.00 <u>ДАстр. 311</u>	498.0000
168		Балон тип XV			
	1	"ЕКОС Медика" ООД	брой TERCROSTERUMO	10.00 <u>ДАстр. 311</u>	498.0000
169		Балон тип XVI			
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	брой Passeo-18 Lux, BIOTRONIK AG, Швейцария	150.00 <u>ДА стр.125-126</u>	900.0000
170		Балон тип XVII			
	1	Маримпекс-7 ЕООД	брой Ranger OTW Paclitaxel-Coated PTA Balloon Catheter/	80.00 <u>да, 178-182</u>	900.0000
171		Балон тип XVIII			
	1	Маримпекс-7 ЕООД	брой Ranger SL OTW Paclitaxel-Coated PTA Balloon Cathet	80.00 <u>да, 178-182</u>	900.0000
172		Балон тип XIX			
	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	брой BioPath35 / Biosensors	100.00 <u>Да</u>	832.5000
	2	Б.Браун Медикал ЕООД	SeQuent Please OTW; B. Braun Melsungen AG	<u>Да</u>	897.0000
173		Балон тип XX			
	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	брой Advance14-18-35/COOK Medical	60.00 <u>Да</u>	300.0000
	2	"Софарма Трейдинг" АД	БАЛОН SABER/ JOHNSON & JOHNSON DOO	<u>да, /207стр.</u>	344.2500
174		Периферен стент тип I			
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	брой Dynamic, BIOTRONIK AG, Швейцария	40.00 <u>ДА от стр.139-</u>	950.0000
175		Периферен стент тип II			
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	брой Dynamic Renal, BIOTRONIK AG, Швейцария	40.00 <u>ДА от стр.139-</u>	950.0000
176		Периферен стент тип III			
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	брой Pulsar-35, BIOTRONIK AG,	100.00 <u>ДА от стр.139-</u>	970.0000

		Швейцария			
177	Периферен стент тип IV 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	брой	<u>140</u>	100.00	970.0000
		Pulsar-18, BIOTRONIK AG, Швейцария	ДА от стр.139-		
178	Периферен стент тип V 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	Брой	<u>140</u>	80.00	970.0000
		Astron, BIOTRONIK AG, Швейцария	ДА от стр.139-		
179	Периферен стент тип VI 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	брой	<u>140</u>	80.00	970.0000
		Astron Pulsar, BIOTRONIK AG, Швейцария	ДА от стр.139-		
180	Периферен стент тип VII 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой	<u>140</u>	10.00	945.0000
		Express Vascular SD/ Boston Scientific Corp.	да, 281-283		
	2 "Софарма Трейдинг" АД		стр. да, /235стр.		948.0000
181	Периферен стент тип VIII 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой	<u>140</u>	40.00	950.0000
		Express Vascular LD/ Boston Scientific Corp.	да, 281-283		
182	Периферен стент тип IX 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой	<u>140</u>	60.00	950.0000
		PROMUS Premier MONORAIL BTK Everolimus-Eluting Ste	стр. да, 281-283		
183	Периферен стент тип X 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой	<u>140</u>	140.00	970.0000
		Wallstent-Uni Endoprosthesis/aeisis/ Boston Scientif	стр. да, 281-283		
184	Периферен стент тип XI 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой	<u>140</u>	60.00	970.0000
		WALLSTENT RP/ Boston Scientific Corp.	стр. да, 281-283		
185	Периферен стент тип XII 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой	<u>140</u>	120.00	970.0000
		E-liac; Jotec GmbH	стр. 626		6533.0000
186	Периферен стент тип XIII 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой	<u>140</u>	100.00	965.0000
		Innova Self-Expanding Stent System	стр. да, 281-283		
	2 "Софарма Трейдинг" АД		стр. да, /235стр.		968.0000
187	Периферен стент тип XIV 1 „МЕДИМАГ“ ЕООД	брой	<u>140</u>	100.00	970.0000
		Supera Peripheral Stent System/ Abbott Vascular	ДА 108-		
188	Периферен стент графт тип I 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой	<u>115</u>	30.00	970.0000
		Wallgraft Covered Stent/ Boston Scientific Corp.	стр. да, 281-283		
189	Периферен стент графт тип II 1 "НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	брой	<u>115</u>	10.00	1725.0000
		BeGraft periheral; Bentley InnoMed GmbH	стр. 624		
191	Каротиден стент тип I 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой	<u>115</u>	40.00	993.0000
		Carotid WALLSTENT/ Boston Scientific Corp.	стр. да, 281-283		
	2 "Софарма Трейдинг" АД		стр. да, /235стр.		995.0000
192	Каротиден стент тип II			40.00	
		Precise Pro/ JOHNSON & JOHNSON DOO			

	1	"ЕКОС Медика" ООД	ROADSAVERTERUMO/ MicroVention	<u>Да</u> Астр. 311	2199.0000
194	1	Система за протекция тип I Маримпекс-7 ЕООД	брой 60.00 FilterWire EZ/ Boston Scientific Corp.	<u>да, 281-283</u> стр.	1000.0000
197	1	Периферен водач тип I МЕДИХЕЛП ЕООД	брой 80.00 Cruiser-18, BRIVANT Limited, Ирландия	<u>Да от стр.21-22</u>	152.5000
198	1	Периферен водач тип II Маримпекс-7 ЕООД	брой 120.00 V-14 Control Wire/ Boston Scientific Corp.	<u>да, 40-44 стр.</u>	230.0000
199	1	Периферен водач тип III Маримпекс-7 ЕООД	брой 30.00 Victory 0.014/ Like Regional Medical	<u>да, 40-44 стр.</u>	275.0000
200	1	Периферен водач тип IV Маримпекс-7 ЕООД	брой 200.00 V-18 Control Wire/ Boston Scientific Corp.	<u>да, 40-44 стр.</u>	165.0000
201	1	Периферен водач тип VII Маримпекс-7 ЕООД	брой 30.00 Victory 0.018/ Like Regional Medical	<u>да, 40-44 стр.</u>	275.0000
202	1	Периферен водач тип VIII "ЕКОС Медика" ООД	брой 100.00 RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGETERUMO	<u>Да</u> Астр. 311	339.0000
203	1	Периферен водач тип IX ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	250.00 Roadrunner PC The Firm / COOK Medical	<u>Да</u>	111.0000
208	1	Периферен водач тип XIV ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	30.00 Roadrunner Uniglide / COOK Medical	<u>Да</u>	111.0000
211	1	Периферен водач тип XVI ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	50.00 Roadrunner PC The Firm / COOK Medical	<u>Да</u>	111.0000
212	1	РТСА балон тип I МЕДИХЕЛП ЕООД	брой 200.00 Pantera, BIOTRONIK AG, Швейцария	<u>Да от стр.153-154</u>	215.0000
213	1	РТСА балон тип II МЕДИХЕЛП ЕООД	100.00 Pantera Pro, BIOTRONIK AG, Швейцария	<u>Да от стр.153-154</u>	215.0000
214	1	РТСА балон тип III МЕДИХЕЛП ЕООД	брой 60.00 Pantera Leo, BIOTRONIK AG, Швейцария	<u>Да от стр.153-154</u>	215.0000
215	1	РТСА балон тип III МЕДИХЕЛП ЕООД	брой 40.00 Angiosculpt РТСА, Spectranetics Corporation, САЩ	<u>Да от стр.155-156</u>	1000.0000
216	1	РТСА балон тип IV Маримпекс-7 ЕООД	брой 10.00 Flextome Cutting Balloon/ Boston Scientific Corp.	<u>да, 148-152</u> стр.	900.0000
217	1	РТСА балон тип V Маримпекс-7 ЕООД	брой 100.00 Maverick2 Monorail/ Boston Scientific Corp.	<u>да, 148-152</u> стр.	165.0000
218	1	РТСА балон тип VI Маримпекс-7 ЕООД	брой 60.00 Maverick XL/ Boston Scientific Corp.	<u>да, 148-152</u> стр.	260.0000
219	1	РТСА балон тип VII Маримпекс-7 ЕООД	брой 450.00 Emerge/ Boston Scientific Corp.	<u>да, 148-152</u> стр.	165.0000

220	PTCA балон тип VIII 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой 250.00	NC Quantum Apex/ Boston Scientific Corp.	<u>да, 148-152</u>	165.0000
	2 "НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД		OPN NC; SiS Medical	<u>стр.</u> <u>852</u>	336.0000
	3 "Софарма Трейдинг" АД		БАЛОН EMPIRA NC/ JOHNSON & JOHNSON DOO	<u>да, /286стр.</u>	344.2500
221	PTCA балон тип IX 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой 100.00	NC Emerge/ Boston Scientific Corp.	<u>да, 148-152</u>	165.0000
222	PTCA балон тип X 1 "ЕКОС Медика" ООД	брой 30.00	TAZUNATERUMO	<u>стр.</u> <u>ДАстр. 311</u>	328.0000
223	PTCA балон тип XI 1 "ЕКОС Медика" ООД	брой 30.00	RYUJIN PlusTERUMO	<u>ДАстр. 311</u>	299.0000
224	Медикамент излъчващ балон тип I 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	брой 120.00	Pantera Lux, BIOTRONIK AG, Швейцария	<u>ДА от стр.153-</u> <u>154</u>	900.0000
225	Медикамент излъчващ балон тип II 1 Апекс Медика ООД	брой 50.00	EMITTER, Quolimed Innovative Medizinprodukte GmbH	<u>ДА</u>	900.0000
226	Медикамент излъчващ балон тип III 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой 50.00	Agent Paclitaxel-Coated PTCA Balloon Catheter/ Нем	<u>да,148-152</u> <u>стр.</u>	900.0000
227	Коронарен стент тип I 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	брой 300.00	Pro-Kinetic Energy, BIOTRONIK AG, Швейцария	<u>ДА от стр.104-</u> <u>105</u>	400.0000
228	Коронарен стент тип II 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой 200.00	REBEL Platinum Chromium Coronary Stent System/ Bos	<u>да, 91-93 стр.</u>	400.0000
229	Коронарен медикамент излъчващ стент тип I 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	брой 400.00	Orsiro, BIOTRONIK AG, Швейцария	<u>ДА от стр.104-</u> <u>105</u>	758.3300
230	Коронарен медикамент излъчващ стент тип II 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой 100.00	PROMUS Premier/ Boston Scientific Corp.	<u>да, 91-93 стр.</u>	758.3000
231	Коронарен медикамент излъчващ стент тип III 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой 400.00	SYNERGY Monorial Evorolimus-Eluting Platinum Chro	<u>да, 91-93 стр.</u>	758.3000
232	Коронарен медикамент излъчващ стент тип IV 1 Апекс Медика ООД	брой 200.00	MAGMA, Quolimed Innovative Medizinprodukte GmbH	<u>да</u>	758.3300
233	Коронарен стент графт 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	брой 10.00	PK Papyrus, BIOTRONIK AG, Швейцария	<u>ДА от стр.104-</u> <u>105</u>	1800.0000
234	Резорбиращо се коронарно скеле 1 МЕДИХЕЛП ЕООД	брой 50.00	Magmaris, BIOTRONIK AG, Швейцария	<u>ДА от стр.104</u> <u>- 105</u>	2640.0000
235	Микрокатетър за емболизация тип I 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой 30.00	Direxion™ без водач, 0,021 ID, 2,4 Fr. Дистален/ В	<u>да, 25-27 стр.</u>	990.0000
236	Микрокатетър за емболизация тип II 1 Маримпекс-7 ЕООД	брой 40.00	Direxion™ HI - FLOW без водач,дистален 2,8 Fr/	<u>да, 25-27 стр.</u>	990.0000



237	Микрокатетър за емболизация тип III 1 "ЕКОС Медика" ООД	Bos PROGREAT TERUMO	50.00 <u>Д</u> Астр. 311	759.0000
238	Микрокатетър тип IV 1 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Cantata/COOK Medical	50.00 <u>Д</u> а	735.0000
239	Микрокатетър тип V 1 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Cantata/COOK Medical	10.00 <u>Д</u> а	735.0000
241	Емболизационни партикули тип I 1 Маримпекс-7 ЕООД 2 Фарматекс	Contour Embolisation Particles 45 - 150 до 250 Bearing / Мерит Медикъл САЩ	50.00 <u>д</u> а,31-33 стр. <u>д</u> а	237.5000 244.0000
242	Емболизационни партикули тип II 1 Маримпекс-7 ЕООД 2 Фарматекс	Contour Embolisation Particles 355 - 500 до 1000 - Bearing / Мерит Медикъл САЩ	100.00 <u>д</u> а,31-33 стр. <u>д</u> а	237.5000 244.0000
244	Емболизационни микросфери тип I 1 Маримпекс-7 ЕООД	Embozene Microspheres/ CeloNova	100.00 <u>д</u> а,12-16 стр.	390.0000
245	Емболизационни микросфери тип II 1 Фарматекс 2 "ЕКОС Медика" ООД	Embosphere microspheres / Мерит Медикъл САЩ HYDROPEARLTERUMO/ MicroVention	400.00 <u>д</u> а <u>Д</u> Астр. 311	342.0000 599.0000
246	Медикамент излъчващи сфери тип I 1 Маримпекс-7 ЕООД 2 "ЕКОС Медика" ООД	Embozene TANDEM/ CeloNova LIFEPEARLTERUMO / MicroVention	20.00 <u>д</u> а,51-55 стр. <u>Д</u> Астр. 311	1500.0000 1600.0000
247	Медикамент излъчващи сфери тип II 1 Фарматекс	Hepasphere microspheres / Мерит Медикъл САЩ	30.00 <u>д</u> а	852.0000
248	Емболизационни койлове 1 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД 2 "ЕКОС Медика" ООД	Mreye / COOK Medical AZUR PERIPHERAL HYDROCOILTERUMO/ MicroVention	10.00 <u>Д</u> а <u>Д</u> Астр. 311	200.0000 1825.0000
249	Койл тип I 1 Маримпекс-7 ЕООД	Figure 8 -18/ Boston Scientific Corp.	30.00 <u>д</u> а,51-55 стр.	150.0000
250	Койл тип II 1 Маримпекс-7 ЕООД	VortX -18/ Boston Scientific Corp.	30.00 <u>д</u> а,51-55 стр.	270.0000
251	Койл тип III 1 Маримпекс-7 ЕООД	VortX Diamond -18/ Boston Scientific Corp.	30.00 <u>д</u> а,51-55 стр.	270.0000
252	Койл тип IV 1 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Hilal / COOK Medical	50.00 <u>Д</u> а	300.0000
253	Койл тип V 1 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Mreye / COOK Medical	50.00 <u>Д</u> а	200.0000
255	Койл тип VII 1 "ЕКОС Медика" ООД	AZUR PERIPHERAL HYDROCOILTERUMO/ MicroVention	20.00 <u>Д</u> Астр. 311	1825.0000
266	Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI) 1 Маримпекс-7 ЕООД	Essentio MRI SR; Finline II Sterox/ Boston Scient	брой 10.00 <u>д</u> а,264-266 стр.	2400.0000
267	Двукухинни кардиостимулатори DDDR 1 Маримпекс-7 ЕООД	Essentio DR; Finline II Sterox (x 2)/ Boston Scie	брой 40.00 <u>д</u> а,264-266 стр.	2400.0000
268	Пейсмейкър за ресинхронизираща терапия в комплект;Еднополусно или двуполусно		брой 40.00	

	отвеждане				
	1	Маримпекс-7 ЕООД	Valitude CRT-P; Finline II Sterox (x 2); Easytrac	<u>да,264-266</u>	5000.0000
269		Пейсмейкър за ресинхронизираща терапия в комплект; Четириполюсно отвеждане	брой	<u>стр.</u>	40.00
	1	Маримпекс-7 ЕООД	Valitude X4 CRT-P; Finline II Sterox (x 2); Acuit	<u>да,264-266</u>	5000.0000
270		Еднокухинен кардиовертер дефибрилатор	брой	<u>стр.</u>	20.00
	1	Маримпекс-7 ЕООД	Inogen Mini ICD VR; Endotak Reliance 4-SITE/ Bosto	<u>да,264-266</u>	9500.0000
271		Двукухинен кардиовертер дефибрилатор	брой	<u>стр.</u>	20.00
	1	Маримпекс-7 ЕООД	Inogen Mini ICD DR; Finline II Sterox; Endotak Re	<u>да,264-266</u>	9650.0000
272		Кардиовертер дефибрилатор с ресинхронизираща система за стимулация	брой	<u>стр.</u>	20.00
	1	Маримпекс-7 ЕООД	Inogen X4 CRT-D DF4 IS4; Finline II Sterox; Endot	<u>да,264-266</u>	11675.00
273		Интродюсер	брой	<u>стр.</u>	500.00
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Li-Plus, Greatbatch Medical, САЩ	<u>ДА от стр.481-482</u>	50.0000
274		Интродюсер	брой	<u>стр.</u>	40.00
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Selectra, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	<u>ДА от стр.483-484</u>	300.0000
275		Катетри	брой	<u>стр.</u>	20.00
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Selectra, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	<u>ДА от стр.483-484</u>	300.0000
276		Комплект за работа с интродюсери	брой	<u>стр.</u>	5.00
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Selectra, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	<u>ДА от стр.483-484</u>	300.0000
277		Хартия	брой	<u>стр.</u>	50.00
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Printer Paper, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	<u>ДА от стр.483-484</u>	20.0000
278		VVIR	брой	<u>стр.</u>	40.00
	1	Интерагро 90 ЕООД	Sensia SR, Medtronic Inc	<u>да</u>	1500.0000
	2	МЕДИХЕЛП ЕООД	Effecta SR, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	<u>ДА от стр.483-484</u>	1955.8300
279		VVIR комплект	брой	<u>стр.</u>	200.00
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Effecta SR + Solia, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	<u>ДА от стр.483-484</u>	2000.0000
280		DDDR	брой	<u>стр.</u>	10.00
	1	Интерагро 90 ЕООД	Sensia DR, Medtronic Inc	<u>да</u>	1600.0000
	2	МЕДИХЕЛП ЕООД	Effecta DR, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	<u>ДА от стр.483-484</u>	1933.3300
281		DDDR комплект	брой	<u>стр.</u>	150.00
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Effecta DR + Solia + Solia, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	<u>ДА от стр.483-484</u>	2000.0000
282		DDDR	брой	<u>стр.</u>	15.00
	1	Интерагро 90 ЕООД	Sensia DR, Medtronic Inc	<u>да</u>	1600.0000
	2	МЕДИХЕЛП ЕООД	Enticos 4 DR, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	<u>ДА от стр.483-484</u>	1933.3300

283	DDDR комплект				100.00		
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Enticos 4 DR + Solia + Solia, BIOTRONIK SE & Co.K	ДА от стр.483-484		2000.0000	
284	CRT				2.00		
	1	Интерагро 90 ЕООД	Consulta CRT-P, Medtronic Inc	да		4350.0000	
	2	МЕДИХЕЛП ЕООД	Etrinsa 8 HF-T, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	ДА от стр.483-484		4500.0000	
285	CRT комплект				2.00		
	1	Интерагро 90 ЕООД	Consulta CRT-P + Attain Ability/MRI+ CapSure/MRI	да		4950.0000	
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Etrinsa 8 HF-T + Sentus + Solia + Solia + Selectra	ДА от стр.483-484		4950.0000	
286	VDD ICD				2.00		
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Iforia 5 VR-T DX + Protego DX, BIOTRONIK SE & Co.K	ДА от стр.483-484		9180.0000	
287	ICD Еднокухинно				2.00		
	1	Интерагро 90 ЕООД	PROTECTA VR , Medtronic Inc	да		7300.0000	
	2	МЕДИХЕЛП ЕООД	Iforia 3 VR-T, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	ДА от стр.483-484		7900.0000	
288	ICD Еднокухинно в комплект с електрод				2.00		
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	Iforia 3 VR-T + Protego, BIOTRONIK SE & Co.KG, Гер	ДА от стр.483-484		9000.0000	
289	Адаптор за свързване на електрод тип А1 -N.				брой 4.00		
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	A1-N, BIOTRONIK SE & Co.KG, Германия	ДА от стр.104-105		400.0000	
290	Адаптор за свързване на електрод тип А1 -В.				брой 4.00		
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	VC17, OSYPKA AG, Германия	ДА от стр.100-101		750.0000	
291	Пациентен кабел за измерване на параметри на стимулация и сензиране				брой 20.00		
	1	Интерагро 90 ЕООД	Surgical cable with Alligator Clips - 5832S Medtro	да		440.0000	
292	Трансвенозни електроди с балонче на върха				брой 40.00		
	1	Б.Браун Медикал ЕООД	Eledyn F5; B. Braun Melsungen AG	ДА		180.5900	
	2	"Булмед 2000" ЕООД	Pacel 40176X-St. Jude Medical	да, стр.342-344		184.6000	
	3	"НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	Helios; Osypka AG	1033		234.0000	
	4	МЕДИХЕЛП ЕООД	TC, VascoMed GmbH, Германия	ДА от стр.102-103		290.0000	
296	Дезиле- пилуей				брой 160.00		
	1	Интерагро 90 ЕООД	Peelable Percutaneous Lead Introducer (PLI) - 6207	да		46.0000	
	2	"Булмед 2000" ЕООД	Peel Away 405XXX-St. Jude Medical	да, стр.342-344		46.8000	
	3	Б.Браун Медикал ЕООД	Intradyn Tear-Away; B. Braun Melsungen AG	ДА		47.3700	
297	Пациентен кабел за измерване на параметрите съвместим с PSA				брой 6.00		
	1	Интерагро 90 ЕООД	Analizer Surgical cable with Alligator Clips - 229	да		444.0000	
298	Пациентен кабел за измерване на параметрите съвместим с PSA модел РК-1				брой 6.00		
	1	МЕДИХЕЛП ЕООД	PK-141, BIOTRONIK SE &	ДА от стр.104-		500.0000	

		Co.KG, Германия			
299	Пациентен кабел за PSA с 2-rip конектор, съвместим за работа с програматори 3150 и Merlin /SJM/	брой	<u>105</u>	6.00	
	1 "Булмед 2000" ЕООД	Merlin PSA Patient Cable 4051L-St	<u>да, стр.342-344</u>		125.0000
300	PSA съвместим с програматор Merlin.	брой	2.00		
	1 "Булмед 2000" ЕООД	PSA EX3100-St. Jude Medical	<u>да, стр.342-344</u>		2752.5000
303	Електроди за временен пейс	брой	50.00		
	1 "НОВИМЕД КАРДИО" ЕООД	ТВ-ПХ; Osypka AG	<u>1033</u>		70.0000
	2 Б.Браун Медикал ЕООД	Eledyn F5/ Eledyn2 F5; B. Braun Melsungen AG	<u>ДА</u>		180.5900
	3 "Булмед 2000" ЕООД	Pacel 40176X-St. Jude Medical	<u>да, стр.342-344</u>		184.6000

**IV.ОПРЕДЕЛЯМ** участниците, класирани на първо място за изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново“, по съответните обособени позиции/групи с предложената от тях най-ниска цена:

1.1. участника „Прохелт“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 20 Специален катетър тип II
- 58 Въвеждащ коронарен катетър тип I

1.2. участника „Инфомед“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 131 Стерилен, еднократен, трислоен чаршаф за
- 133 Ангиографски еднократен нетъкан текстилен

1.3. участника „Маримпекс-7“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 3 Коронарен дилатационен водач Тип III
- 43 Диагностичен водач тип XII
- 92 Iopromide
- 93 Iopromide
- 94 Iopromide
- 96 Gadobutrol
- 97 Gadobutrol
- 98 Gadopentetic acid
- 155 Балон тип I
- 156 Балон тип II
- 157 Балон тип III
- 158 Балон тип IV
- 159 Балон тип V
- 160 Балон тип VI
- 170 Балон тип XVII
- 171 Балон тип XVIII
- 180 Периферен стент тип VII
- 181 Периферен стент тип VIII
- 182 Периферен стент тип IX
- 183 Периферен стент тип X
- 184 Периферен стент тип XI
- 185 Периферен стент тип XII

- 186 Периферен стент тип XIII
- 188 Периферен стент графт тип I
- 191 Каротиден стент тип I
- 194 Система за протекция тип I
- 198 Периферен водач тип II
- 199 Периферен водач тип III
- 200 Периферен водач тип IV
- 201 Периферен водач тип VII
- 216 РТСА балон тип IV
- 217 РТСА балон тип V
- 218 РТСА балон тип VI
- 219 РТСА балон тип VII
- 220 РТСА балон тип VIII
- 221 РТСА балон тип IX
- 226 Медикамент излъчващ балон тип III
- 228 Коронарен стент тип II
- 230 Коронарен медикамент излъчващ стент тип II
- 231 Коронарен медикамент излъчващ стент тип
- 235 Микрокатетър за емболизация тип I
- 236 Микрокатетър за емболизация тип II
- 241 Емболизационни партикули тип I
- 242 Емболизационни партикули тип II
- 244 Емболизационни микросфери тип I
- 246 Медикамент излъчващи сфери тип I
- 249 Койл тип I
- 250 Койл тип II
- 251 Койл тип III
- 266 Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI)
- 267 Двукухинни кардиостимулатори DDDR
- 268 Пейсмейкър за ресинхронизираща терапия в
- 269 Пейсмейкър за ресинхронизираща терапия в
- 270 Еднокухинен кардиовертер дефибрилатор
- 271 Двукухинен кардиовертер дефибрилатор
- 272 Кардиовертер дефибрилатор с

1.4. участника **„Фарматекс Медикъл“** ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 54 Ангиографски диагностичен катетър тип IV
- 56 Ангиографски диагностичен катетър тип VI
- 57 Ангиографски диагностичен катетър тип VII
- 81 Интродюсерна игла тип II
- 114 Сет за перикардиоцентеза с включена
- 245 Емболизационни микросфери тип II
- 247 Медикамент излъчващи сфери тип II

1.5. участника **„Булмар МЛ“** ООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 63 Стерилен чувал за инструментална маса
- 65 Стерилен чувал за покриване на Ангио апарата

- 116 Еднократни „микулич“ компреси
- 132 Стерилен еднократен ангиографски чаршаф за

1.6. участника „ЕКОС Медика“ ООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 4 Коронарен дилатационен водач Тип IV
- 19 Специален катетър тип I
- 24 Коронарен микрокатетър тип II
- 27 Периферен Катетър за добра опора тип I
- 30 Интродюсер тип I
- 31 Интродюсер-сет II
- 35 Диагностичен водач тип IV
- 36 Диагностичен водач тип V
- 37 Диагностичен водач тип VI
- 38 Диагностичен водач тип VII
- 39 Диагностичен водач тип VIII
- 48 Сетове за трансфеморален достъп тип I
- 49 Сетове за трансфеморален достъп тип II
- 51 Ангиографски диагностичен катетър тип I
- 55 Ангиографски диагностичен катетър тип V
- 60 Въвеждащ коронарен катетър тип III
- 61 Въвеждащ коронарен катетър тип IV
- 112 Компресивно устройство за контролирана
- 143 Интродюсер за периферна ангиопластика тип
- 144 Интродюсер за периферна ангиопластика тип
- 145 Интродюсер за периферна ангиопластика тип
- 166 Балон тип XIII
- 167 Балон тип XIV
- 168 Балон тип XV
- 192 Каротиден стент тип II
- 202 Периферен водач тип VIII
- 222 РТСА балон тип X
- 223 РТСА балон тип XI
- 237 Микрокатетър за емболизация тип III
- 255 Койл тип VII

1.7. участника „Медимаг“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 187 Периферен стент тип XIV

1.8. участника „Софарма Трейдинг“ АД за следните номенклатурни единици с №№:

- 45 Диагностичен водач тип XIV
- 46 Диагностичен водач тип XII
- 47 Диагностичен водъч за смяна на катетър
- 52 Ангиографски диагностичен катетър тип II
- 53 Ангиографски диагностичен катетър тип III
- 62 Диагностичен коронарен катетър тип V
- 67 Филтър за вена кава сет
- 68 Y-конектори

71 Кит с инфлатор за налягане

1.9. участника „Интерагро - 90“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 278 VVIR
- 280 DDDR
- 282 DDDR
- 284 CRT
- 287 ICD Еднокухинно
- 291 Пациентен кабел за измерване на параметри
- 296 Дезиле-пилуей
- 297 Пациентен кабел за измерване на

1.10. участника „Медихелп“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 1 Коронарен дилатационен водач Тип I
- 2 Коронарен дилатационен водач Тип II
- 5 Коронарен дилатационен водач Тип V
- 6 Коронарен дилатационен водач Тип VI
- 22 Специален катетър тип IV
- 142 Интродюсер за периферна ангиопластика тип I
- 162 Балон тип IX
- 163 Балон тип X
- 164 Балон тип XI
- 165 Балон тип XII
- 169 Балон тип XVI
- 174 Периферен стент тип I
- 175 Периферен стент тип II
- 176 Периферен стент тип III
- 177 Периферен стент тип IV
- 178 Периферен стент тип V
- 179 Периферен стент тип VI
- 197 Периферен водач тип I
- 212 РТСА балон тип I
- 213 РТСА балон тип II
- 214 РТСА балон тип III
- 215 РТСА балон тип III
- 224 Медикамент излъчващ балон тип I
- 227 Коронарен стент тип I
- 229 Коронарен медикамент излъчващ стент тип I
- 233 Коронарен стент графт
- 234 Резорбиращо се коронарно скеле
- 273 Интродюсер
- 274 Интродюсер
- 275 Катетри
- 276 Комплект за работа с интродюсери
- 277 Хартия
- 279 VVIR комплект
- 281 DDDR комплект

- 283 DDDR комплект
- 285 CRT комплект
- 286 VDD ICD
- 288 ICD Еднокухинно в комплект с електрод
- 289 Адаптор за свързване на електрод тип А1 -N.
- 290 Адаптор за свързване на електрод тип А1 -В.
- 298 Пациентен кабел за измерване на

1.11. участника „Алекс 01“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 32 Диагностичен водач тип I
- 34 Диагностичен водач тип III
- 41 Диагностичен водач тип X
- 78 Хемостатичен “push-click”
- 82 Манифолд • Десни манифолд кранчета за
- 86 Лайтунг за високо налягане
- 89 Адаптер ротатор
- 151 Кранче за високо налягане

1.12. участника „Булмед 2000“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 33 Диагностичен водач тип II
- 42 Диагностичен водач тип XI
- 44 Диагностичен водач тип XIII
- 50 Хидрофилен водач
- 113 Балони за контрапулсация-
- 120 ФемоСтоп Консуматив
- 121 Устройство за ендоваскуларно затваряне на
- 126 ФемоСтоп Компресионна арка
- 127 ФемоСтоп Помпа
- 149 Интродюсер шит 18 F
- 150 Интродюсер шит 12 F
- 299 Пациентен кабел за PSA с 2-pin конектор,
- 300 PSA съвместим с програматор Merlin.

1.13. участника „Гамидор България“ ООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 69 Ротаторна хемостатична клапа
- 73 Ангиографски коронарно-контролни
- 90 Лайтунг

1.14. участника „Истлинк България“ ООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 99 Скалпел еднократен
- 100 Нерезорбируеми конци
- 101 Резорбируем конец
- 106 Еднократни текстилни, нетъкани, стерилни
- 107 Еднократни стерилни ръкавици
- 115 Марли квадратни
- 119 Спринцовка за MEDRAD-V 6000



- 135 Опаковъчна хартия 90/200
- 136 Опаковъчна хартия 75/200
- 137 Опаковъчна хартия 100/200
- 138 Опаковъчна хартия 150/200
- 139 Опаковъчна хартия 200/200
- 140 Опаковъчна хартия 250/200

1.15. участника „Апекс Медика“ ООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 21 Специален катетър тип III
- 225 Медикамент излъчващ балон тип II
- 232 Коронарен медикамент излъчващ стент тип

1.16. участника „Новимед Кардио“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 70 Инфлатор за налягане
- 74 Автоматична спринцовка
- 75 Автоматична спринцовка
- 76 Ротатор за водач
- 79 Сет инфлационна спринцовка
- 87 Кранче за високо налягане
- 117 Еднократни празни пластмасови спринцовки
- 128 Дивайс за изваждане на чужди тела тип I
- 129 Дивайс - за изваждане на чужди тела тип II
- 161 Балон тип VII
- 189 Периферен стент графт тип II
- 303 Електроди за временен пейс

1.17. участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 14 Коронарен дилатационен водач Тип XIV
- 80 Интродюсерна игла тип I
- 134 Плочка MANIFOLD 2 и 3 порта-двупътни
- 292 Трансвенозни електроди с балонче на върха

1.18. участника „Вега Медикал“ ЕООД за следните номенклатурни единици с №№:

- 29 Периферен катетър за добра опора тип III
- 146 Интродюсер за периферна ангиопластика тип V
- 147 Интродюсер за периферна ангиопластика тип
- 148 Интродюсер за периферна ангиопластика тип
- 153 Сетове за микропунктура
- 154 Дълъг Мълинс интродюсер
- 172 Балон тип XIX
- 173 Балон тип XX
- 203 Периферен водач тип IX
- 208 Периферен водач тип XIV
- 211 Периферен водач тип XVI

- 238 Микрокатетър тип IV
- 239 Микрокатетър тип V
- 248 Емболизационни койлове
- 252 Койл тип IV
- 253 Койл тип V

**ОПРЕДЕЛЯНЕТО** на изпълнител по **обособени позиции** с номера: № 87, № 157 и № 285 е извършено чрез публичен жребий по реда на чл.58, ал. 3 от ППЗОП, проведен на 03.07.2017 г.

**V. ПРЕКРАТЯВАМ** на основание чл.110,ал.1,т.1 от ЗОП обществената поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново“, открита с Решение № 76 / 10.03.2017 г., за следните номенклатурни единици:

- 7 Коронарен дилатационен водач Тип VII
- 8 Коронарен дилатационен водач Тип VIII
- 9 Коронарен дилатационен водач Тип IX
- 10 Коронарен дилатационен водач Тип X
- 11 Коронарен дилатационен водач Тип XI
- 12 Коронарен дилатационен водач Тип XII
- 13 Коронарен дилатационен водач Тип XIII
- 15 Коронарен дилатационен водач Тип XV
- 16 Коронарен дилатационен водач Тип XVI
- 17 Коронарен дилатационен водач Тип XVII
- 18 Коронарен дилатационен водач Тип XVIII
- 23 Коронарен микрокатетър тип I
- 25 Коронарен микрокатетър тип III
- 26 Коронарен микрокатетър тип IV
- 28 Периферен катетър за добра опора тип II
- 40 Диагностичен водач тип IX
- 59 Въвеждащ коронарен катетър тип II
- 64 Стерилен чувал за Ръонтг
- 66 Камери за инвазивно налягане
- 72 Сет за инжектиране на контрастни материи
- 77 Въвеждаща, нережеща игла
- 83 Спринцовки с гумено бутало тип I
- 84 Спринцовска с гумено бутало тип II
- 85 Спринцовка за аспирация
- 88 Камера за трансдюсер
- 91 Система за контрастна материя
- 95 Iopromide
- 102 Интакардиални игли
- 103 Ангиографски сет-комплект
- 104 Ангиографски еднократен нетъкан текстилен
- 105 Къс лайтунг
- 108 Еднократни гъби за измиване на ръцете
- 109 Разтвор за почистване на опративно поле

- 110 Разтвор за дезинфекция на ръце и повърхности.
- 111 Електродни лепенки за хемодинамична станция
- 118 Спринцовка за инжекторът MEDRAD-V
- 122 Тестове - плочка за Вирусологична експресна
- 123 Тестове - плочка за Вирусологична експресна
- 124 Тестове - плочка за Вирусологична експресна
- 125 Тестове - плочка за Вирусологична експресна
- 130 Дивайс за изваждане на чужди тела тип III
- 141 Комплект за стерилизация AR-11
- 152 Пункционни игли за водачи
- 190 Периферен стент графт III
- 193 Каротиден стент тип III
- 195 Система за протекция тип II
- 196 Система за протекция тип III
- 204 Периферен водач тип X
- 205 Периферен водач тип XI
- 206 Периферен вочат тип XII
- 207 Периферен водач тип XIII
- 209 Периферен водач тип XV
- 210 Периферен водач тип XVI
- 240 Микрокатетър тип VI
- 243 Емболизационни частици тип III
- 254 Койл тип VI
- 256 Съдов оклудер
- 257 Инфузионен катетър
- 258 Неврокатетър тип I
- 259 Неврокатетър тип II
- 260 Неврокатетър тип III
- 261 Периферен аспирационен катетър за свързване с
- 262 Сепаратор за аспирационен катетър 8F
- 263 Периферен аспирационен катетър за свързване с
- 264 Аксесоари за аспирационна помпа тип II
- 265 Аксесоари за аспирационна помпа тип II
- 293 Медицински силикон модел-АС-0130
- 294 Инструмент за изрязване и отстраняване на
- 295 Накрайник за отрязан електрод
- 301 PSA апарат самостоятелен-с кабел за измерване
- 302 Пациентен кабел за измерване параметрите на

**МОТИВИ:** До изтичане на крайния срок за подаване на оферти в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, не е подадена нито една оферта за участие за горепосочената позиция.

Решението може да бъде обжалвано в 10- дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя съгласно чл.197,ал.1, т.7 от ЗОП.

На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП настоящата решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в откритата процедура.

На основание чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящото решение, заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията за провеждане на процедурата да бъдат публикувани в профила на купувача <https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/invazivna-2017/> в същия ден на изпращане на решението на участниците

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**

На МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД  
/Д-Р СТЕФАН ФИЛЕВ/

