

ПРОТОКОЛ № 4

На основание чл. 67, ал.2 от ППЗОП

От проведени преговори по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“, публикувана в Регистъра а обществените поръчки под номер 00052-2017-0014

Днес 23.10.2017г. в 12,10 часа в Заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, ул. Ниш № 1 комисия, назначена със Заповед № 346/23.10.2017г. на Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Сибила Маринова – Началник ОАИЛ

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Акиф Али Шабан – лекар в Отделение по Кардиология
2. Силвия Дечева – адвокат ВТАК

Се събра в пълен състав за провеждане на процедура по договаряне без предварително обявление.

След проведен жребий, в присъствието на всички представители на участниците, подали предложения, преговори за сключване на договор с участник, съгласно жребия, четвърти по ред следва да се проведат с участника „РСР“ ЕООД, с адрес: гр. София 1606, ул. Виктор Григорович № 3, ет.1, ап.2, с телефон за контакти 02 / 951 59 76 , факс 02/951 59 32, e-mail: office@rsr.bg с писмено подадено предложение с вх. № 47 – 617 / 20.10.2017г. – 11,27 часа.

В заседателната зала беше поканен да остане само представителите на „РСР“ ЕООД, а именно Рачо Стефанов Рибаров – Управител на дружеството.

С покана изх. № 47-578/12.10.2017г. на Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД са определени конкретните изисквания към предмета на поръчката, както и изискванията към участника.

Комисията след като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката и на основание поканата за участие, приложенията към нея и представените от участника писмени документи, включително техническо и ценово предложение констатира, че участникът „РСР“ ЕООД е представил всички необходими документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор. Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на възложителя и покрива минималните такива за годност и технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя.

Техническото предложение на „РСР“ ЕООД отговаря на условията на възложителя, като предложението е както следва:

- Участникът е представил предложение по Обособена група № 1 с номенклатурни единици №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 и 18, Обособена група № 3 с номенклатурни единици №№ 23, 25 и 26, Обособена група №4 с номенклатурна единица № 28, Обособена група № 12 с номенклатурна единица № 59 и по Обособена група № 19 с номенклатурни единици № № 204, 205, 206 и 207.

- Участникът заявява, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

- Заявява, че с подаване на настоящата оферта направените от тях предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от получаване на заявка, подадена от възложителя.

- Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- Гарантира, че остатъчният срок на годност на медицинските изделия, към датите на доставка ще е 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.

- Съгласни са, в случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;

- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;

- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;

- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката

- Съгласен е в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да подмени доставените медицински изделия, незабавно с нови.

- Участникът е заявил, че офертата няма конфиденциален характер.

Приложени са заверени копия на проспекти, указание за употреба, декларации за съответствие от производителите, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя, оторизации от производителите за предлаганите медицински изделия; Техническа спецификация (Образец № 3А) за номенклатурните единици от съответната обособена група, които е оферирал участникът, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срока на валидност на офертата; Декларация за осигуряване на необходимите количества от оферираните продукти.

Участникът „РСР“ ЕООД е направил следното ценово предложение:

Обособена група №1

1.	I.	ДИЛАТАЦИОННИ ВОДАЧИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ	кол	Търговско наименование	Ед. Цена без ДДС	Стойност без ДДС	Стойност с ДДС	
7	Коронарен дилатационен водач Тип VII	PTCA водач, 0.014", 180/300cm; прав връх; добра shape намет; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на пружината - 28cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft	брой	80	Sion / Asahi Intecc	160,0000	12800,00	15360,00

8	Коронарен дилатационен водач Тип VIII	PTCA водач, 0.014"/0.010", 40 см хидрофилно SLIP-COAT покритие, рентгенопозитивна spring coil част 15 см, stainless steel сърцевина, дължина 190 см и 300 см; tip load 1.7, 3.5 и 4.5 g.	брой	40	Gaia / Asahi Intecc	240,0000	9600,00	11520,00
9	Коронарен дилатационен водач Тип IX	PTCA водач, 0.014"към 0.009"; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft	брой	60	Fielder XT / Asahi Intecc	180,0000	10800,00	12960,00
10	Коронарен дилатационен водач Тип X	PTCA водач, 0.014"; 180/300cm; прав или J-вариант; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 12cm; полимерен хидрофилен ръкав - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft	брой	60	Fielder FC / Asahi Intecc	180,0000	10800,00	12960,00
11	Коронарен дилатационен водач Тип XI	PTCA водач, 0.014", 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на shaft	брой	80	Miracle 3 / Asahi Intecc	180,0000	14400,00	17280,00
12	Коронарен дилатационен водач Тип XII	PTCA водач, 0.014", 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 4.5G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на shaft	брой	80	Miracle 4.5 / Asahi Intecc	180,0000	14400,00	17280,00
13	Коронарен дилатационен водач Тип XIII	PTCA водач, 0.014", 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 6.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на shaft	брой	80	Miracle 6 / Asahi Intecc	180,0000	14400,00	17280,00
15	Коронарен дилатационен водач Тип XV	PTCA водач, 0.014"към 0.009"; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft	Брой	20	Conquest / Asahi Intecc	195,0000	3900,00	4680,00
16	Коронарен дилатационен водач Тип XVI	PTCA водач, 0.014"към 0.009"; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и калцифицирани лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 12.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft	Брой	20	Conquest Pro 12 / Asahi Intecc	195,0000	3900,00	4680,00

17	Коронарен дилатационен водач Тип XVII	PTCA водач, 0.014"; 180cm; прав и J вариант, подходящ за проникване в силно стеснени и калцифицирани лезии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm; SLIP COAT покритие на на шафта	Брой	60	UltimateBros3 / Asahi Intecc	215,0000	12900,00	15480.00
18	Коронарен дилатационен водач Тип XVIII	PTCA водач, 0.014", 180cm; прав вариант; за хронични калцифицирани оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 12.0 G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта	брой	80	Miracle 12 / Asahi Intecc	180,0000	14400,00	17280.00

Обособена група № 3

III.		СПЕЦИАЛНИ МИКРОКАТЕТРИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ		кол	Търговско наименование	Ед. Цена без ДДС	Стойност без ДДС	Стойност с ДДС
23	Коронарен микрокатетър тип I	Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, метална оплетка от Tungsten, мек конусовиден връх, хидрофилно покритие, съвместим с водач 0.14"	брой	60	Corsair / Asahi Intecc	950,0000	57000,00	68400.00
25	Коронарен микрокатетър тип III	Микрокатетър с ACT ONE precision braided shaft, външен диаметър от 2.8Fr до 1.9Fr., мек конусовиден връх достиган до 1.4Fr. Хидрофилно покритие на 75 cm от върха. Дължина на шафта 135cm и 150cm	брой	20	Caravel / Asahi Intecc	950,0000	19000,00	22800.00
26	Коронарен микрокатетър тип IV	Микрокатетър със стена оплетка от стоманени водачи, дължина 135cm, съвместим с водач 0,014"; конусовиден връх 15cm; покрита част 30cm с диаметър 0,043"; външен/вътрешен диаметър на шафта 0,028"/0,018"; външен/вътрешен диаметър на върха 0,024"/0,016";	брой	10	Tornus / Asahi Intecc	850,0000	8500,00	10200.00

Обособена група № 4

IV.		ПЕРИФЕРЕН КАТЕТЪР ЗА ДОБРА ОПОРА		кол	Търговско наименование	Ед. Цена без ДДС	Стойност без ДДС	Стойност с ДДС
28	Периферен катетър за добра опора тип II	Периферен катетър за добра опора при стенози и оклузии, съвместим с водач на 0.035", 0,018" и 0,014" с дължини 65-90-135-150 cm, конусовиден връх, 3 платина-иридий маркери	Брой	40	Trailblazer / EV3/Medtronic	170,0000	6800,00	8160.00

Обособена група № 7

VII.		ВЪВЕЖДАЩИ КОРОНАРНИ КАТЕТРИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ		кол	Търговско наименование	Ед. Цена без ДДС	Стойност без ДДС	Стойност с ДДС
------	--	--	--	-----	------------------------	------------------	------------------	----------------

59	Въвеждащ коронарен катетър тип II	Водещ катетър - 6, 7 и 8Fr, PTFE покритие на вътрешния слой, атравматичен връх, метална оплетка тип "SHINKA", прекофигурирани кривки (JL, JR, AL, Hockey Stick, IM, PowerBack-up, Special Curve, Shepherd Crook, Super Power Backup, Multi Purpose).	брой	50	Zenyte EX / Asahi Intecc	140,0000	7000,00	8400,00
----	-----------------------------------	--	------	----	--------------------------	----------	---------	---------

Обособена група № 12

XII.		СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА	кол	Търговско наименование	Ед. Цена без ДДС	Стойност без ДДС	Стойност с ДДС
204	Периферен водач тип X	Периферен водач, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008"; рентгенопозитивен койл с дължина - 17см; натоварване на върха 20G.; обща дължина - 180/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани	100	Astato XS 20 / Asahi Intecc	190,0000	19000,00	22800,00
205	Периферен водач тип XI	Периферен водач с хидрофилно покритие, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008"; рентгенопозитивен койл с дължина - 17см; натоварване на върха 40G.; обща дължина - 200/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани	20	Astato XS 40 / Asahi Intecc	200,0000	4000,00	4800,00
206	Периферен водач тип XII	Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018 към 0.008"; натоварване на върха 7.5G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300см;	20	Gaia PV / Asahi Intecc	230,0000	4600,00	5520,00
207	Периферен водач тип XIII	Периферен водач, полимерно покритие, вътрешен диаметър 0.014 и 0.018; натоварване на върха 3G и 4G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300см;	30	Gladius / Asahi Intecc	230,0000	6900,00	8280,00

Обособена група № 19

XIX.		СПЕЦИАЛНИ КАТЕТРИ					
257	Инфузионен катетър	Инфузионен катетър с Cragg-микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 40/65/100/135см; дължина на инфузионния участък 5/10/20см за 4F и 5/10/20/30/40/50см за 5F; съвместими с водач 0,035"(4F) и 0,038"(5F); рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участък	60	Cragg Mcnamara / EV3/Medtronic	240,0000	14400,00	17280,00

Пред комисията, представляващият „РСР“ ЕООД потвърди представената оферта, включително представеното техническо и ценово предложение.

При проведеното договаряне се постигна съгласие между страните за изпълнение на поръчката, съгласно предварително обявените условия и изисквания за изпълнение на поръчката, съдържащи се в решението за откриване на процедурата, в поканата за участие и съгласно клаузите на проекта на договора. Участникът прие всички условия по проекта на договор.

Комисията предложи на представителя на участника да намали офериранияте единични цени на всяка една от номенклатурните единици. Представителят на участника заяви, че предложените единични цени са възможно най - ниските и не може да предложи други по - ниски цени.

Договарянето с участника „РСР“ ЕООД приключи на 23.10.2017г. в 12,55 часа.

За резултата от проведеното договаряне се състави настоящият протокол в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Сибила Маринова ..

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Акиф Али Шабан

2. Силвия Дечева.....

Заличен по

чл. 2 от

ЗЗЛД

За Участника „РСР“ ЕООД:

Рачо Рачев -

Заличен по

чл. 2 от

ЗЗЛД