

## ПРОТОКОЛ № 2

На основание чл.103, ал. 3 от ЗОП и чл. 56, ал.2 от ППЗОП

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 4/15.01.2019 г. за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на 5 броя хемодиализни апарати и водоочистваща система за отделение по хемодиализа при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД“, публикувана в Регистъра на обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки под номер 00052-2018-0012

Комисията поднови своята работа на 15.01.2019 г. от 12:30 ч. в административната сграда на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, етаж втори, Заседателната зала, в изпълнение на Заповед № 4/15.01.2019 г. на Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в пълен състав:

**Председател:** Д-р Галина Галева- Заместник директор организация на медицинската дейност

**и членове:**

1. Здравка Михайлова – Икономист обществени поръчки
2. Силвия Дечева – адвокат ВТАК, правоспособен юрист

**I.** На основание чл.56,ал.2 от ППЗОП комисията допуска до разглеждане на техническото предложение на участника Оферта с вх. № 47-14/ 11.01.2019 г., постъпила в 09,20 часа и подадена от „**Марвена Диагностика**“ ЕООД, с адрес: гр. София 1799, ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян №44, с телефон за контакти 02/974 89 44, факс 02/974 89 40, e-mail: [tenders@marvena-dx.com](mailto:tenders@marvena-dx.com) за позиция № 1 и за позиция № 2.

**II.** След извършване на горните действия относно преценката на съответствието на документите, представени от участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор, комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение (Образец № 3), съдържащо се в офертата на всеки един участник.

Участницка е направил следните предложения за изпълнение на обществената поръчка:

**1.** по отношение на **Оферта № 1** на участника „**Марвена Диагностика**“ ЕООД, същият е направил следното техническо предложение за позициите, за които участва:

Заявява, че:

1. При подготовката на предложението е спазил всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

2. Предлага апаратура по обособена позиция № 1 Доставка на 5 броя хемодиализни апарати - марка Baxter/Gambro, модел АК 98 Bio version и по обособена позиция № 2 Доставка на водоочистваща система - марка Baxter/Gambro, модел CWP 60 WRO 62.

3. Поема ангажимента:

- ✓ да доставим медицинската апаратура за срок до 60 /шестдесет/ дни (не повече от 60 (шестдесет)дни, считано от заявката на Възложителя (възлагателно писмо) и превеждане на авансовото плащане.

- ✓ да монтира и въведе в експлоатация Медицинската апаратура 7 (седем) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол;
- ✓ в срок от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол да обучи специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура.

#### 4. Приема следния начин на плащане:

- първа вноска /авансово плащане/ - в размер на 30 /тридесет/ % от стойността на договора с вкл. ДДС в срок от 14 (четирнадесет) работни дни от заявката на Възложителя (възлагателно писмо) и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура.

- окончателно плащане - в размер на 70 /седемдесет/ % от стойността на договора с вкл. ДДС в срок до 60 (шестдесет) дни от доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратурата и обучение на медицинския персонал.

#### **5. Предлага гаранционния срок на медицинската апаратура да е, както следва:**

✓ 12/дванадесет/ месеца, но не по - малък от 12 месеца от датата на пускане в експлоатация на апаратурата. **Предложеният от нас гаранционен срок не е по - малък от определения от производителя срок на гаранция.**

✓ Ще извършва гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура, в рамките на гаранционния срок в срок от не повече от 2 два календарни дни, а при спешност не повече от 6 часа, считано от датата на уведомяване за възникналата повреда.

Приема в случай, че предложението бъде прието и бъде определен за изпълнител, при сключването на договора да представи гаранция за изпълнение в размер и форма, съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантира предстоящото изпълнение на задълженията му, в съответствие с договорените условия.

*Съгласен е да се придържа към това предложение за срок от 180 дни (не по-малко от 180 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта.*

Част от офертата има конфиденциален характер.

Приложени са Описание и/или снимки на медицинската апаратура, която ще се доставя, както и попълнен Образец № 3А - Техническа спецификация.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „Марвена Диагностика“ ЕООД е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от управителя на дружеството и към него са приложени изискваните документи.

**III.** На следващия етап от своята работа, комисията пристъпи към обстойно разглеждане на техническата спецификация (Образец № 3А), съдържаща се към техническото предложение на участника.

Комисията провери съответствието на техническото предложение за предложената медицинска апаратура от участника със специфичните изисквания, включени в Техническата спецификация от утвърдената от възложителя документацията за участие в откритата процедура.

1. По отношение на техническото предложение на участника „Марвена Диагностика“ ЕООД, комисията установи, предложената апаратура по обособена

позиция № 1 Доставка на 5 броя хемодиализни апарати - марка Baxter/Gambro, модел АК 98 Bio version и по обособена позиция № 2 Доставка на водоочистваща система - марка Baxter/Gambro, модел CWP 60 WRO 62 отговарят на техническото задание на Възложителя.

След извършване на действията по чл. 54, ал.9 и чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията констатира, че офертата на „Марвена Диагностика“ ЕООД по обособените позиции, за които участва отговаря на изискванията на възложителя, като следва да бъде допусната до оценяване и класиране.

Въз основа на констатираното на етап разглеждане на технически предложения и след установяване на съответствието им с изискванията на възложителя, комисията реши следващото открито заседание да се състои на 18.01.2019 г.(петък) от 07,30 часа, когато ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения на допуснатите участници.

В изпълнение на разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача, че отварянето на ценовите предложения ще се проведе на 18.01.2019 г. от 07,30 часа в Заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД. Съобщението за оповестяване на ценовите предложения да бъде публикувано на 15.01.2019г. в Профила на купувача на адрес: <https://mobaltarnovo.nit.bg/proceduri-po-zop/aparati-dializa-2018/>.

Комисията приключи работата си в настоящото заседание в 14:30 часа на 15.01.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател: .....

(Д-р Галина Гарева)

Членове:

1. .... (Здравка Михайлова)

2. .... (Силвия Дечева)