



До
Всички заинтересовани участници

РАЗЯСНЕНИЯ

От МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД
гр. Велико Търново, ул. "Ниш" № 1,
представявана от д-р Стефан Филев Филев

ОТНОСНО: Постъпило запитване под наш Вх. № 47-604/26.11.2014 г. от участник, закупил документацията за участие в обявената обществена поръчка за „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново”, вписана в регистъра на АОП под № 00052-2014-0012.

На основание чл. 29 от ЗОП, ви представяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос: 1. Може ли вътрешнопаровата стерилизация да се чете като парова стерилизация?

Отговор: 1. Съгласно заложените в тръжната документация технически изисквания относно качеството на предлаганите диализатори, като важна характеристика Възложителят изисква предлаганите диализатори да бъдат стерилизирани чрез вътрешнопарова стерилизация.

Вътрешнопаровата стерилизация (INLINE STEAM) представлява най - модерния метод за стерилизация на диализаторите. При този процес освен стерилизацията, представляваща неутрализиране на патогените, се осъществява и физическо отстраняване на остатъчните ендотоксини, които се образуват вследствие на процеса на стерилизация. Както е известно, остатъчните ендотоксини са основният причинител на нежелани тежки алергични реакции при пациентите на хемодиализа, които влияят негативно върху общото количество на предлаганото хемодиализно лечение и емат дълготрайни последици за качеството на живот на пациентите.

Поради изложените по - горе причини, Възложителят в своето желание за осигуряване на висококачествено хемодиализно лечение на своите пациенти е заложил изрично изискване предлаганите хемодиализатори в тези позиции / номенклатурни единици да бъдат стерилизирани чрез вътрешнопарова стерилизация.

Въпрос: 2. Може ли показателите да се разглеждат като минимални технически изисквания?

Отговор: 2. Показателите са основни технически изисквания съгласно техническата спецификация, подробно описана в документацията на участие.

28.11.2014 г.
гр. Велико Търново

Изп. Директор:
/Д-р Стефан Филев/

