



## МОБАЛ "Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ" АД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000 гр.В. Търново, ул. "Ниш" №1 тел:(062)64 09 16 факс: (062) 64 08 29  
E-mail:mobal\_sch@yahoo.com

Изх. № 47-11/08.01.2015 г.

До  
Всички заинтересовани участници

### РАЗЯСНЕНИЯ

От МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД  
Гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1  
Представявана от д-р Стефан Филев Филев

**ОТНОСНО:** Постъпило запитване под наш Вх. № 47-11/07.01.2015 г. във връзка с евентуално участие в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“, публикувана в Регистъра на обществени поръчки на 04.12.2014 г. под идентификационен номер на поръчката 00052-2014-0013.

На основание чл. 29 от ЗОП, Ви представяме следните разяснения по документацията за участие:

**Въпрос 1:** В Позиция № 251 в колона 2 пише: Пейсмеър-Активно-фиксиращ се /на винт/, в колона технически характеристика е специфициран Електрод с активна фиксация и описание на двукухинен пейсмеър упоменат в позиция 252 със същите характеристики. Кой продукт има предвид възложителя в позиция 251 Електрод или двукухинен пейсмеър.

**Отговор:** Отнася се за електроди с активна фиксация без текета за кардиостимулаторната батерия.

**Въпрос 2:** В позиция 255 в колона 2 пише: Двукухинен кардиостимулатор DDD-R- Комплект с електроди с камерен и предсърден електрод с активна фиксация. В колона технически характеристики е специфициран електрод с пасивна фиксация, какви електроди има предвид възложителя по позиция 255.

**Отговор:** С активна фиксация на електродите – предсърден и камерен, както е упоменато в техническата спецификация.

08.01.2015 г.  
Гр. Велико Търново

Изпълнителен директор:  
/Д-р Стефан Филев/

