



МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” АД – В. ТЪРНОВО 5000

Изх. № Тел. централа 62-68-41 Факс 64-08-29 Изп. директор 64-09-16 Гл.счетоводител 64-18-13 e-mail: mobal_sch@yahoo.com
Дата 2015 г.



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснения с вх. № 47-292/24.04.2015г. от заинтересовано лице в обявената обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново”, за срок от 24 месеца по общо 705 позиции, разпределени в 31 обособени групи”, вписана в регистъра на АОП под № 00052-2015-0003.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос № 1: В техническата спецификация на номенклатурна единица № 482 „Епруветка за серум със сепариращ гел” от група 28 „Затворена система за вземане на кръв е посочено като изискване епруветките да бъдат с размери „Ø 13мм x 10 мл.”

Моля да уточните дали е допусната техническа грешка и изискваните размери са 13мм.х 100 мм. за този вид епруветка.

Отговор № 1: В техническата спецификация на номенклатурна единица № 482 „Епруветка за серум със сепариращ гел” от група 28 „Затворена система за вземане на кръв е допусната техническа грешка и изискваните размери са 13мм.х 100 мм., както и може да се предлагат и други размери за този вид епруветка.

Д-Р СТЕФАН ФИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

