

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 351 / 29.12.2015 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка и предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, за срок от 24 месеца”

На 05.01.2016 г. от 09,00 часа в малкия салон на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, комисията, назначена със Заповед № 351/29.12.2016 г. на Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, се събра в пълен състав:

1. **Председател:** д-р Сибила Маринова – Началник ОАИЛ и отговорник стационар База I и членове:

1. д-р Даниел Илиев – Н-к КДБ
 2. д-р Тодор Табаков – Н-к отделение по ортопедия и травматология
 3. Силвия Дечева – адвокат ВТАК, правоспособен юрист;
 4. Здравка Михайлова – икономист обществени поръчки
- продължи работата си в определения ден и час.

I. След извършване на горните действия относно преценката на съответствието на документите, представени от участниците с критериите за подбор, комисията пристъпи към обстойно разглеждане на техническото предложение (Образец № 3), съдържащо се във всеки Плик № 2 в офертата на всеки един участник.

Участниците са направили следните предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. по отношение на **Оферта № 1** на участника „СИКО - ФАРМА” ООД е представена за обособена група I - по позиции №№ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43; обособена група II - по позиция № 18; обособена група III - по позиции №№ 33 и 35; обособена група II - по позиции №№ 92 и 93 и обособена група III - по позиции №№ 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111 и 117, като същия е направил следните предложения:

- ✓ Заявяват, че са запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемат го без възражения и ако бъдат определени за изпълнител, ще сключат договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.
- ✓ Заявяват, че с подаване на настоящата оферта направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180(сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- ✓ Предлагат да извършат доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, а при спешност от 12 часа от получаване на заявка, подадена от възложителя.
- ✓ Приемат плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.
- ✓ Гарантират, че остатъчният срок на годност на медицинските консумативи, към датите на доставка ще е 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.
- ✓ Съгласни са, в случай на доставка на медицински консумативи и/или медицинските изделия с по-кратък от предложеният срок на годност, да заплатят неустойка както следва:
 - 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
 - 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
 - 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
 - 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
 - под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.
- ✓ Съгласни са в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да ги подменят, незабавно с нови.
- ✓ Към техническото предложение е приложена Техническа спецификация (Образец № 3А) за позициите/номенклатурните единици от съответната обособена група, който е оферирал участника.

- ✓ Съгласни са да се придържат към това предложение за срок от 180 дни (не по-малко от 180 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта.
- ✓ Заявяват, че част от офертата няма конфиденциален характер.

2. по отношение на **Оферта № 2 „Айф Фарма” ЕООД** е представена за обособена група I - по позиции № 1, 2 и 3, като същия е направил следните предложения:

- ✓ Заявяват, че са запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемат го без възражения и ако бъдат определени за изпълнител, ще сключат договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.
- ✓ Заявяват, че с подаване на настоящата оферта направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180(сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- ✓ Предлагат да извършат доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов”АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, а при спешност от 12 часа от получаване на заявка, подадена от възложителя.
- ✓ Приемат плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.
- ✓ Гарантират, че остатъчния срок на годност на медицинските консумативи, към датите на доставка ще е 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.
- ✓ Съгласни са, в случай на доставка на медицински консумативи и/или медицинските изделия с по-кратък от предложени срок на годност, да заплатят неустойка както следва:
 - 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
 - 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
 - 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
 - 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
 - под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.
- ✓ Съгласни са в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да ги подменят, незабавно с нови.
- ✓ Към техническото предложение е приложена Техническа спецификация (Образец № 3А) за позициите/номенклатурните единици от съответната обособена група, който е оферирал участника.
- ✓ Съгласни са да се придържат към това предложение за срок от 180 дни (не по-малко от 180 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта.
- ✓ Заявяват, че част от офертата няма конфиденциален характер.

3. по отношение на **Оферта № 3** на участника **„Екос Медика” ООД** е представена за обособена група I - по позиция № 16 и за обособена група II - по позиция № 90, като същия е направил следните предложения за всяка от обособените групи:

- ✓ Заявяват, че са запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемат го без възражения и ако бъдат определени за изпълнител, ще сключат договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.
- ✓ Заявяват, че с подаване на настоящата оферта направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180(сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- ✓ Предлагат да извършат доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов”АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, а при спешност от 12 часа от получаване на заявка, подадена от възложителя.
- ✓ Приемат плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- ✓ Гарантират, че остатъчният срок на годност на медицинските консумативи, към датите на доставка ще е 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.
- ✓ Съгласни са, в случай на доставка на медицински консумативи и/или медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплатят неустойка както следва:
 - 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
 - 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
 - 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
 - 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
 - под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.
- ✓ Съгласни са в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да ги подменят, незабавно с нови.
- ✓ Към техническото предложение е приложена Техническа спецификация (Образец № 3А) за позициите/номенклатурните единици от съответната обособена група, който е оферирал участника.
- ✓ Съгласни са да се придържат към това предложение за срок от 180 дни (не по-малко от 180 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта.
- ✓ Заявяват, че част от офертата няма конфиденциален характер.

4. по отношение на **Оферта № 4** на участника „Татал Мед” ООД е представена за позиции №№ 89, 101, 109, 113, 114 и 115, като същия е направил следните предложения:

- ✓ Заявяват, че са запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемат го без възражения и ако бъдат определени за изпълнител, ще сключат договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.
- ✓ Заявяват, че с подаване на настоящата оферта направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180(сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- ✓ Предлагат да извършат доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, а при спешност от 12 часа от получаване на заявка, подадена от възложителя.
- ✓ Приемат плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.
- ✓ Гарантират, че остатъчният срок на годност на медицинските консумативи, към датите на доставка ще е 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.
- ✓ Съгласни са, в случай на доставка на медицински консумативи и/или медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплатят неустойка както следва:
 - 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
 - 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
 - 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
 - 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
 - под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.
- ✓ Съгласни са в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да ги подменят, незабавно с нови.
- ✓ Към техническото предложение е приложена Техническа спецификация (Образец № 3А) за позициите/номенклатурните единици от съответната обособена група, който е оферирал участника.
- ✓ Съгласни са да се придържат към това предложение за срок от 180 дни (не по-малко от 180 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта.
- ✓ Заявяват, че част от офертата няма конфиденциален характер.

5. по отношение на **Оферта № 5** на участника „Фаркол” АД е представена за обособена група I - по позиции №№ 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 и 86; обособена група II - по позиция № 98; обособена група III - по позиции №№ 116 и 117, като същия е направил следните предложения за всяка от обособените групи:

- ✓ Заявяват, че са запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемат го без възражения и ако бъдат определени за изпълнител, ще сключат договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.
- ✓ Заявяват, че с подаване на настоящата оферта направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180(сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- ✓ Предлагат да извършат доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, а при спешност от 12 часа от получаване на заявка, подадена от възложителя.
- ✓ Приемат плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.
- ✓ Гарантират, че остатъчният срок на годност на медицинските консумативи, към датите на доставка ще е 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.
- ✓ Съгласни са, в случай на доставка на медицински консумативи и/или медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплатят неустойка както следва:
 - 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
 - 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
 - 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
 - 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
 - под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.
- ✓ Съгласни са в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да ги подменят, незабавно с нови.
- ✓ Към техническото предложение е приложена Техническа спецификация (Образец № 3А) за позициите/номенклатурните единици от съответната обособена група, който е оферирал участника.
- ✓ Съгласни са да се придържат към това предложение за срок от 180 дни (не по-малко от 180 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта.
- ✓ Заявяват, че част от офертата няма конфиденциален характер.

6. по отношение на **Оферта № 6** на участника „ЮСС Медика” ООД, е представена за Обособена група I - по позиции №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 и обособена група II - по позиции №№ 94, 95 и 96, като същия е направил следните предложения за всяка от обособените групи:

- ✓ Заявяват, че са запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемат го без възражения и ако бъдат определени за изпълнител, ще сключат договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.
- ✓ Заявяват, че с подаване на настоящата оферта направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180(сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- ✓ Предлагат да извършат доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, а при спешност от 12 часа от получаване на заявка, подадена от възложителя.
- ✓ Приемат плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.

- ✓ Гарантират, че остатъчният срок на годност на медицинските консумативи, към датите на доставка ще е 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.
- ✓ Съгласни са, в случай на доставка на медицински консумативи и/или медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплатят неустойка както следва:
 - 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
 - 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
 - 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
 - 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
 - под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.
- ✓ Съгласни са в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да ги подменят, незабавно с нови.
- ✓ Към техническото предложение е приложена Техническа спецификация (Образец № 3А) за позициите/номенклатурните единици от съответната обособена група, който е оферирал участника.
- ✓ Съгласни са да се придържат към това предложение за срок от 180 дни (не по-малко от 180 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта.
- ✓ Заявяват, че част от офертата няма конфиденциален характер.

7. по отношение на **Оферта № 7** на участника „**Медицинска Техника Инженеринг**” ООД е представена за обособена група I - по позиции №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29; за обособена група II - по позиция №91 и за обособена група III - по позиция № 117, като същия е направил следните предложения за всяка от обособените групи:

- ✓ Заявяват, че са запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемат го без възражения и ако бъдат определени за изпълнител, ще сключат договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.
- ✓ Заявяват, че с подаване на настоящата оферта направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180(сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- ✓ Предлагат да извършат доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, а при спешност от 12 часа от получаване на заявка, подадена от възложителя.
- ✓ Приемат плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.
- ✓ Гарантират, че остатъчният срок на годност на медицинските консумативи, към датите на доставка ще е 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.
- ✓ Съгласни са, в случай на доставка на медицински консумативи и/или медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплатят неустойка както следва:
 - 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
 - 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
 - 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
 - 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
 - под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.
- ✓ Съгласни са в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да ги подменят, незабавно с нови.
- ✓ Към техническото предложение е приложена Техническа спецификация (Образец № 3А) за позициите/номенклатурните единици от съответната обособена група, който е оферирал участника.
- ✓ Съгласни са да се придържат към това предложение за срок от 180 дни (не по-малко от 180 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта.
- ✓ Заявяват, че част от офертата няма конфиденциален характер.

8. по отношение на **Оферта № 8** на участника „Титаника 2008” ЕООД, е представена за обособена група I- по позиции №№ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74 и 77 и за обособена група II - по позиция № 97, като същия е направил следните предложения за всяка от обособените групи:

- ✓ Заявяват, че са запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемат го без възражения и ако бъдат определени за изпълнител, ще сключат договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.
- ✓ Заявяват, че с подаване на настоящата оферта направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180(сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- ✓ Предлагат да извършат доставките периодично, за своя сметка, до болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” АД – гр. Велико Търново, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по-дълъг от 48 часа, а при спешност от 12 часа от получаване на заявка, подадена от възложителя.
- ✓ Приемат плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на фактура.
- ✓ Гарантират, че остатъчният срок на годност на медицинските консумативи, към датите на доставка ще е 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.
- ✓ Съгласни са, в случай на доставка на медицински консумативи и/или медицинските изделия с по-кратък от предложения срок на годност, да заплатят неустойка както следва:
 - 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
 - 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
 - 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
 - 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
 - под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.
- ✓ Съгласни са в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да ги подменят, незабавно с нови.
- ✓ Към техническото предложение е приложена Техническа спецификация (Образец № 3А) за позициите/номенклатурните единици от съответната обособена група, който е оферирал участника.
- ✓ Съгласни са да се придържат към това предложение за срок от 180 дни (не по-малко от 180 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта.
- ✓ Заявяват, че част от офертата няма конфиденциален характер.

II. На следващия етап от своята работа, комисията пристъпи към обстойно разглеждане на техническата спецификация (Образец № 3А), съдържащи се във всеки Плик № 2 на участниците. Комисията провери съответствието на техническото предложение за предлаганите продукти от участниците със специфичните изисквания, включени в Техническата спецификация (Приложение № 2А и Образец № 3А) от утвърдената от възложителя документацията за участие в откритата процедура.

Резултатите от техническите предложения за доставка на медицински изделия за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, за срок от 24 месеца са подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от Протокол № 2.

След извършване на действията по чл. 68 от ЗОП, комисията констатира, че офертите на всички участници по позиции отговарят на изискванията на възложителя, като следва те да бъдат допуснати до оценяване и класиране за съответните позиции, за които отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие.

III. В хода на своята работа комисията установи, че никой от участниците не е подал оферта за следните позиции с №№:

4 Система за безциментно тазобедрено протезиране		брой 10.00
5 Система за безциментно тазобедрено протезиране с		брой 5.00
6 Система за безциментно тазобедрено протезиране с		брой 5.00
7 Двуполюсна система за циментно тазобедрено	брой	10.00
8 Еднополюсна система за циментно тазобедрено		брой 10.00
9 Система за хибридно тазобедрено протезиране с		брой 5.00
10 Система за хибридно тазобедрено протезиране с		брой 5.00
11 Система за хибридно тазобедрено протезиране с		брой 5.00
12 Реконструктивен пръстен за ревизионно	брой	брой 5.00
13 Ревизионно стебло за тазобедрена става	брой	2.00
14 Ревизионна тазобедрена става с циментна капсула		2.00
15 Ревизионна тазобедрена става с безциментна	брой	брой 1.00
68 Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн		1.00
75 Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране		брой 5.00
76 Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране		брой 2.00
78 Система за хибридно ендопротезиране включващо		брой 2.00
87 Тотална първична безциментна ендопротеза за	брой	брой 2.00
88 Тотална колянна ендопротеза с циментно	брой	2.00
106 Укрепващ кейдж за ацетабуларна ревизия	брой	2.00
107 Ацетабуларен кейдж	брой	1.00
108 Трохантерна плака	брой	2.00
112 Тазобедрен спейсър тип "Мюлер"	брой	2.00
		2.00

Комисията единодушно РЕШИ: Плик № 3 „Ценово предложение” на допуснатите участници по съответните обособени позиции да бъде отворено на 14.01.2016г. (четвъртък) в 09,30 часа.

Председателя на комисията да публикува съобщение в интернет страницата на възложителя за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

Комисията приключи работата си в настоящото заседание в 14.30 часа на 05.01.2016 г.

КОМИСИЯ:

Председател:
(д-р Сибила Маринова)

Членове:

1. д-р Даниел Илиев –
2. д-р Тодор Табаков –
3. Силвия Дечева –
4. Здравка Михайлова –

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за доставка на медицински изделия за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, за срок от 24 месеца

Позиция	Название на позицията	мярка	количество	гаранци цена
	Техническо изискване			
	Доставчик	Проводител		
1	Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация	Техническо брой	3.00	Каталожен номер 78.00
	Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация - Фемурално стъбло - полирано, стандартно и латерализирано, с размери (6,25;7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17), конус, 5 на шийката 12/14 мм, Ацетабуларна чашка (46мм-60мм) - Мюлер класическа 32 мм вътрешен и Мюлер дълбока 32 мм вътрешен диаметър, фемурална глава , диаметър 32 мм. и размери от S до XXXL, 26р x 40 грама костен цимент (нисък и висок вискозитет, със и без Гентамицин), универсален цимент рестриктор			
1	АЙФ ФАРМА ЕООД			
	"Система за тотално ендопротезиране със циментна фиксация: ААР Implantate AG Vario Lock Stem Cemented; Müller Cup латерализирано, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17), конус на шийката 12/14мм, стандартно и УНМВРЕ с размери от 46мм до 62мм - Мюлер класическа 32мм вътрешен/ Мюлер дълбока 32мм вътрешен диаметър; •Фемурална глава СоСтМо, диаметър 32мм и размери от S до XXXL включително; •26р x 40г. костен цимент (нисък и стандартен вискозитет; с Гентамицин и стандартен); •универсален цимент рестриктор."			
2	Система за частично ендопротезиране с циментна фиксация на стъблото	брой	5.00	0.00000 от HG 0306-00 до HG 0317-00; от AM 1046-32 до AM 1
	Система за частично ендопротезиране с циментна фиксация на стъблото - Фемурално стъбло - полирано, стандартно и латерализирано, с размери (6,25;7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5), конус на шийката 12/14 мм, Модуларна биполярна фемурална глава, 12/14, 32 мм вътрешен диаметър и 42мм-60мм външен диаметър, 16р x 40 грама костен цимент (нисък и висок вискозитет, със и без Гентамицин), универсален цимент рестриктор			
1	АЙФ ФАРМА ЕООД			
	"Система за частично ендопротезиране със циментна фиксация на стъблото: ААР Implantate AG Vario Lock Stem Cemented; Bipolar латерализирано, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17,5), конус на шийката 12/14мм; •Фемурално стъбло - полирано, стандартно и / модуларна с размери от 42мм до 60мм, 12/14; •Фемурална глава СоСтМо, диаметър 28мм и размери от S до XL включително; •16р x 40г. костен цимент (нисък и стандартен вискозитет; с Гентамицин и стандартен); •универсален цимент рестриктор."			
3	Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация	брой	2.00	0.00000 от HG 0306-00 до HG 0317-00; от HA 9002-42 до HA 9
	Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация - Фемурално стъбло - титаново покритие, стандартно и латерализирано, с размери (6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5), конус на шийката 12/14 мм, Ацетабуларна чашка (външна), от 46 до 68 мм външен диаметър, възможност за допълнителна фиксация със спонгиозни винтове, Ацетабуларна чашка (вътрешна), 32 мм и 28 мм, възможност за избор на 10 градуса офсет, фемурална глава , диаметър 32 мм и 28 мм. и размери от S до XXXL			

Позиция

Название на позицията

Техническо изискване

Доставчик

1 АЙФ ФАРМА ЕООД

Производител

мярка

количество

гаранти

цена

Каталожен номер

0.00000

ААР Implantate AGVarijo Lock Stem Cementless; Varijo

Техническо

"Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация (с възможност за латеризация и 10° офсет) : ●Фемурално стъбло - титаниево плазм покритие, стандартно и латерализирано, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17,5), конус на шийката 12/14мм; ●Ацетабуларна чашка (външна) - TiAl6V4, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17,5), конус 52мм/64мм - вътрешен/външен диаметър и възможност за допълнителна фиксация със спонгиозни винтове; ●Ацетабуларна чашка (вътрешна) - UHMWPE, с размери от 37мм до 52мм външен диаметър и 32 мм и 28 мм вътрешен диаметър, 10° офсет; ●Фемурална глава CoCrMo, диаметър 28мм и 32мм и размери от S до XXXL включително; ●Спонгиозен титаниев винт с размери от 25мм до 40мм."

16 Система за тотално тазобедрено протезиране с безциментна фиксация

брой

5.00

175.00

Системата включва: Бедрено стъбло с хидрокси апатитно покритие на цялото стъбло (80µm +/- 20µm). Възможност за използване на стандартно стъбло 135° (размери от 0 до 8) или латерализирано 126° (размери от 1 до 8). Дължина на стъблото по размери 0(125,5) 1(131,5) 2(135,5) 3(139,5) 4(143,5) 5(147,5) 6(151,5) 7(155,5) 8(159,5). Материал на износване и подходящ за приложение при пациенти с алергии към метали. Размер 28 или 32мм - конус 12/14Бедрена глава покрит с циркониев оксид способстващ за по-ниско ниво на с 3 отвора за закрепване) с покритие хидрокси апатит и размери от 46мм до 68мм.Инсерт от крос-линк полиетилен 0 градусаИнсерт от крос-линк полиетилен 0 градусаИнсерт от крос-линк полиетилен антилуксационен използват винтовеКалачка за затваряне на централния отвор на ацетабуларната капсула

1 "ЕКОС Медика" ООД

Smith&Nephew Polarstem R3

Система за тотално тазобедрено протезиране с безциментна фиксация Бедрено стъбло с хидрокси апатитно покритие на цялото стъбло (80µm +/- 20µm). Възможност за използване на стандартно стъбло 135° (размери от 0 до 8) или латерализирано 126° (размери от 1 до 8). Дължина на стъблото по размери 0(125,5) 1(131,5) 2(135,5) 3(139,5) 4(143,5) 5(147,5) 6(151,5) 7(155,5) 8(159,5). Материал на стъблото по размери 0(125,5) 1(131,5) 2(135,5) 3(139,5) 4(143,5) 5(147,5) 6(151,5) 7(155,5) 8(159,5). Материал на стъблото Ti-6Al-4V Бедрена глава изработена от кобалт-хром размер 28 или 32мм - конус 12/14 Бедрена глава покрит с циркониев оксид способстващ за по-ниско ниво на износване и подходящ за приложение при пациенти с алергии към метали. Размер 28 или 32мм - конус 12/14 Ацетабуларна капсула с безциментно закрепване (полиетилен 0 градуса за закрепване) с покритие хидрокси апатит и размери от 46мм до 68мм. Инсерт от крос-линк ацетабуларна капсула 20,25,30мм Тапи за затваряне на централния отвор на ацетабуларната капсула в случай, че не се използват винтове Калачка за затваряне на централния отвор на ацетабуларната капсула

0.00000

0 Кат. №№: 75100462,
75100463, 75100464, 75100465,
75100466, 75100467, 75100468,
75100469, 75100470, 75100471,
75100472, 75000473 Кат. №№:
71303203, 71303200, 71303204,
71303208, 71303212, 71303216
Кат. №№: 71343200, 71343203,
71343204, 71343208, 71343212,
71343216 Кат. №№: 71331940,
71331942, 71331944, 71331946,
71331948, 71331950, 71331952,
71331954, 71331956, 71331958,
71331960, 71331962, 71331964,
71331966, 71331968 Кат. №№:
71337648, 71337650, 71337652,
71337654, 71337656, 71337658,
71337660, 71337662 Кат. №№:
71339548, 71339550, 71339552,
71339554, 71339556, 71339558,
71339560, 71339562 Кат. №№:
71332515, 71332520, 71332525,
71332530, 71332535 Кат. №№:
71369894 Кат. №№: 71336500

Позиция**Название на позицията**
Техническо изискване**Доставчик**
Производител**Система за тотално циментно тазобедрено протезиране**

Системата включва: Циментируемо право стъбло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на Гърба на стъблото от 12° до 20° към оста му според размера на стъблото, удължен конус 12/14 мм, □CCD° 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стъблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Капсула циментна – вътрешен диаметър 32 мм или 28 мм и външен: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с рентгенопрозрачен пръстен. Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Biopoint, Al2O3 (ISO 6474-2). Костен цимент за стъбло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със и без антибиотик); Спринцовка за ацетабуларна капсула, пластичен (със и без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на крайника.

1 "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Mathys Ltd, Швейцария

"Тотална циментна протеза - Mathys. Циментируемо право стъбло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на стъблото от 12° до 20° към оста му според размера на стъблото, удължен конус 12/14 мм, □CCD° 135 със

стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стъблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Капсула циментна – вътрешен диаметър 28 мм и външен: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с рентгенопрозрачен пръстен. Глава – 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) Костен цимент пластичен SEMSYS 1

Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка за Костен цимент"

Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка SEMSYS 3Спринцовка за Костен цимент"

мярка
количество**Техническо**
брой**гаранци**
цена**Каталожен номер**
17
10.00255.00

"0.2.30.330 до 2.30.368 2.14.325
до 321 2.30.010 до 014
52.34.008252.34.0083"

0.00000

18 Хибридна циментна протеза с безциментна капсула и циментно стъбло

включваща: Циментируемо право стъбло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на Гърба на стъблото от 12° до 20° към оста му според размера на стъблото, удължен конус 12/14 мм, □CCD° 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стъблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Капсула безциментна, профит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал TiCP (ISO 5832-2) с размерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през цялата дебелина на капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, покритие, а при нужда от използване на винтове да се пробиват с винта. Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Biopoint, Al2O3 (ISO 6474-2). Костен цимент за стъбло с нисък вискозитет предназначен за употреба със костен цимент с овална форма на крайника.

1 "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Mathys Ltd, Швейцария

Mathys Ltd, Швейцария

0.00000

"0.2.30.330 до 2.30.368
52.34.0032 - 52.34.0063 2.30.010
до 014 52.34.008252.34.0083"

"Хибридна циментна протеза с циментно стъбло и безциментна ацетабулум Mathys Циментируемо право стъбло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на Гърба на стъблото от 12° до 20° към оста му според размера на стъблото, удължен конус 12/14 мм, □CCD° 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стъблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Капсула безциментна, профит, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2), покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), ренгенов пръстен от материал TiCP (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгеозна 4.0мм резба, материал TiCP (ISO 5832-2) с размерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Отворите за винтове да не са през цялата дебелина на капсулата и да не пробиват титановото покритие, а при нужда от използване на винтове да се пробиват с винта. Глава – 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12). Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка SEMSYS 3Спринцовка за Костен цимент"

Позиция	Название на позицията	Техническо изискване	мярка	количество	гаранци цена
19	Хибридна циментна протеза с безциментно стъбло и циментна капсула	Производител	Техническо брой	3.00	Каталожен номер 103.50
	<p>включваща: Безциментно стъбло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стъбло, странично разположени двустранно ребра – за размери на стъблото от 5 до 8 мм – 3 бр, за 9 до 12.5 мм – 4 бр, и за размери от 13.75 до 20 мм – 5 бр; дължината им се увеличава от латерално-медиално до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално към латерално увеличаваща се до 4-то ребро, а 5-то отново намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 5°38' до Ф12.6мм, БССД 145°, материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет, размерна гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм. Капсула циментна – вътрешен диаметър 28 мм и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 мм и пълен профил с вътрешен диаметър 32 мм или 28 мм и външен: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с рентгенопрозрачен пръстен. Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2), Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със и без антибиотик);</p>				

1 "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Mathys Ltd, Швейцария

0.00000

"0 4.30.370SC - 4.30.402SC
2.14.325 до 321 2.30.010 до 014
52.34.008252.34.0083"

20 Система за хеми тазобедрено протезиране с циментно стъбло

Системата включва: Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм, конус 12/14 Циментируемо право стъбло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стъблото от 12° до 20° към оста му според размера на стъблото, удължен конус 12/14 мм, БССД° 135 със един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12), размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Костен цимент за стъбло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

брой 10.00

210.00

1 "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Mathys Ltd, Швейцария

0.00000

"0 2.30.420 - 2.30.430 2.30.330
до 2.30.368 52.34.0082
52.34.0083"

"Хеми (еднополюсна) тазобедрена ендопротеза с циментна фиксация Mathys. Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм, конус 12/14 Циментируемо право стъбло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стъблото от 12° до 20° към оста му според размера на стъблото, удължен конус 12/14 мм, БССД° 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стъблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Костен цимент получен за апликация със спринцовка CEMSYS 3Сспринцовка за Костен цимент"

Позиция	Название на позицията	мярка	КОЛИЧЕСТВО	гаранти
Доставчик	Техническо изискване	Техническо	цена	Каталожен номер
21	Производител	брой 5.00	120.00	брой 12/14
<p>Системата включва: Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм, конус 12/14 Безциментно стъбло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стъбло, странично разположени двустранно ребра – за размери на стъблото от 5 до 8 мм – 3 бр, за 9 до 12.5 мм – 4 бр, и от медиално към латерално увеличава се до 4-то ребро, а 5-то отново намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм.</p>				
1	"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД	Mathys Ltd, Швейцария	0.00000	0 2.30.420 - 2.30.430 4.30.370SC - 4.30.402SC

Система за хеми тазобедрено протезиране с безциментно стъбло - Mathys Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм, конус 12/14 Безциментно стъбло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стъбло, странично разположени двустранно ребра – за размери на стъблото от 5 до 8 мм – 3 бр, за 9 до 12.5 мм – 4 бр, и за размери от 13.75 до 20 мм – 5 бр; дължината им се увеличава от латерално-медиално до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално към латерално до централното ребро, а 5-то отново намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 5°38' до Ф12.6мм, БСССД 145°, материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм.

22 Система за еднополусно (хеми) тазобедрено протезиране с биполярна глава и циментно стъбло

Системата включва: Биполярна Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 мм, конус 12/14. Модулна, позволяваща избор на размер на метална глава и слобяване в процеса на операцията. Глава – метална 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12). Циментируемо право стъбло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стъблото от 12° до 20° към оста му според размера на стъблото, удължен конус 12/14 мм, БСССД° 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стъблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Костен цимент за стъбло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик). Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със и без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

1 "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Mathys Ltd, Швейцария

"Хеми (еднополусно) тазобедрена ендопротеза с циментна фиксация и биполярна глава - Mathys. Биполярна Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 мм, конус 12/14. Модулна, позволяваща избор на размер на метална глава и слобяване в процеса на операцията. Глава – метална 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12). Циментируемо право стъбло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стъблото от 12° до 20° към оста му според размера на стъблото, удължен конус 12/14 мм, БСССД° 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стъблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм. Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка

0.00000	"0 54.11.0042 до 54.1.1.0058 2.30.010 до 014 2.30.330 до 2.30.368 52.34.008252.34.0083"
---------	---

Позиция

Название на позицията
Техническо изискване

Доставчик
Производител

23

Система за еднополусно (хеми) тазобедрено протезиране с биполярна глава и безциментно стъбло

Системата включва: Биполярна Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 мм, конус 12/14. Модулна, позволяваща избор на размер на метална глава и слобяване в процеса на операцията. Глава – метална 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12). Безциментно стъбло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с размери от 5 до 8 мм – 3 бр., за 9 до 12.5 мм – 4 бр., и за размери от 13.75 до 20 мм – 5 бр.; дължината им се увеличава от латерално-медиално до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално до латерално увеличава се до 4-то ребро, а 5-то отнво намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 5°38' до Ф12.6мм, ØCCD 145°, материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм.

1 "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Mathys Ltd, Швейцария

0.00000

Система за еднополусно (хеми) тазобедрено протезиране с биполярна глава и безциментно стъбло - Mathys Биполярна Хемиглава – материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 мм, конус 12/14. Модулна, позволяваща избор на размер на метална глава и слобяване в процеса на операцията. Глава – метална 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12). Безциментно стъбло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с размери от 5 до 8 мм – 3 бр., за 9 до 12.5 мм – 4 бр., и за размери от 13.75 до 20 мм – 5 бр.; дължината им се увеличава от латерално-медиално до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално до латерално увеличава се до 4-то ребро, а 5-то отнво намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 5°38' до Ф12.6мм, ØCCD 145°, материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм.

24 Система за тотално безциментно тазобедрено протезиране с pressfit капсула

брой

5.00

187.50

Системата включва: Безциментно стъбло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стъбло, странично разположени двустранино ребро – за размери на стъблото от 5 до 8 мм – 3 бр., за 9 до 12.5 мм – 4 бр., и за размери от 13.75 до 20 мм – 5 бр.; дължината им се увеличава от латерално-медиално до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално до латерално увеличава се до 4-то ребро, а 5-то отнво намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 5°38' до Ф12.6мм, ØCCD 145°, материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм. Капсула безциментна, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизирани с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), рентгенов пръстен от материал TiCr (ISO 5832-2) с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгиозна 4.0мм резба, материал TiCr (ISO 5832-2) с размерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Глава – 32 мм или 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2). Размер 36 на капсулата да е за глава, изработена от керамика (ZrO и AlO).

0.00000

0.4.30.370SC - 4.30.402SC

52.34.0032 - 52.34.0063 2.30.010

до 014

1 "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Mathys Ltd, Швейцария

0.00000

0.4.30.370SC - 4.30.402SC

52.34.0032 - 52.34.0063 2.30.010

до 014

Тотална безциментна протеза Mathys с RM PRESFIT капсула и СВС безциментно стъбло Безциментно стъбло с грапава (корундова) повърхност (RA 6 µm), с прав гръб, право стъбло, странично разположени двустранино ребро – за размери на стъблото от 5 до 8 мм – 3 бр., за 9 до 12.5 мм – 4 бр., и за размери от 13.75 до 20 мм – 5 бр.; дължината им се увеличава от латерално-медиално до централното ребро, което достига до 60 мм дължина, а тяхната височина се изменя от медиално до латерално увеличава се до 4-то ребро, а 5-то отнво намалява височината си; връх заоблен, но не конусовиден, конус на шийката 12/14 – къс дизайн, 5°38' до Ф12.6мм, ØCCD 145°, материал Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) без покритие, отливка, латерален и стандартен офсет; размерна гама: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00 мм. Капсула безциментна, сферична с овална форма с периферни 4 бр отвори за допълнителна фиксация от винтове, материал UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с или без стабилизирани с Вит. Е, покритие Ti6Al4V (ISO 5832-3), рентгенов пръстен от материал TiCr (ISO 5832-2), с размерна гама: вътрешен диаметър 28 мм и външен: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, мм и винтове специализирани с глава потъваща във капсулата и шийка, цяла спонгиозна 4.0мм резба, материал TiCr (ISO 5832-2) с размерна гама: 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44мм. Глава – метална 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12).